

מדינת ישראל/משרד החקלאות
מינהל המחקר החקלאי
מכון וולקני

ועדת המכרזים המרכזית
ועדה מיום 11.8.2015

מס' פטור: 918

סעיף פטור: (33)3

הנדון: רכישת גלאי INDEX למכשיר HPLC


שם החברה/הספק: אגנטק (1987) בע"מ ע.מ.: 511243545

תקופת ההתקשרות: מיום אישור ההזמנה ועד ליום 31.12.2015

היקף ההתקשרות: 41,854 ₪ כולל מע"מ 18%

ה ח ל ט ה

בהמשך לחוות הדעת הרצ"ב והסברי הרפרנט, מאשרת ועדת המכרזים את ההתקשרות האמורה לפי סעיף (33)3 בהתאם לנימוקים המפורטים במסמכים המצ"ב.


נציג היחידה
פאול צ'אפה
בוילטקר

מוטי ניר- חבר
מ"מ יו"ר הוועדה


אילנית סרנר
חשבת המינהל


מיכל סופר נציגת
היועצת המשפטית


אמיר גנאור
יו"ר הוועדה

לשימוש הקניין

אופן רכישה: 23 – פטור ממכרז

סיבת פטור: 26 – (33)3

פריט התחייבות: 33-02-02-02

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד"
בהתאם לתקנה 3(33)

מינהל המחקר החקלאי	משרד החקלאות
אחסון\טכנולוגיה\וולקני	יחידה מזמינה/מכון:
10.08.15	תאריך חוות דעת:
918	פטור מס' (פנימי):

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה: X 3(33) לתקנות חובת מכרזים

סוג ההתקשרות:

ביצוע עבודה

שירותים

טובין

אגנטק (1987) בע"מ	שם הספק:
511243545	מספר הספק: (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)
<input type="checkbox"/> ספק חוץ	ספק זה הנו: <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד
41,854 ₪ כולל מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:
מיום אישור ההזמנה ועד ליום 31.12.2015	תקופת ההתקשרות:

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

הנושא: רכישת גלאי סוכרים RID למכשיר HPLC כולל תוכנת התאמה

מהות הבקשה: רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה

רכישת גלאי Refractive Index למכשיר HPLC. המכשיר מהווה חלק אינטגרלי ממערכת להפרדה כרומטוגרפית של סוכרים וחומצות. המכשיר משמש בתהליך זיהוי וכימות של סוכרים וחומצות ברקמה צמחית של פירות וירקות.

ספציפיקציות ייחודיות הדרושות ממכשיר זה:

- Digital communication (control and data processing) between the RID -20 and LABSOLUTION s/w .
(not analog communication as with other detectors that will connect with your system. No control . Only analog data collection).
- Wide range : 0.01- 5000 x 10⁻⁶ RIU. (4 PARTITION DETECTOR ELEMENT SIGNAL IN PROPORTIONAL TO (A+B) / (C+D) .
- Excellent baseline stability , unaffected by changes in room temperature. Lower then 0.5 micro RIU/ Hour after 30 minutes after start up.
- Automated solvent exchange in reference cell by using the auto purge command in the LabSolutions start up method.
- Relief valve to counteract pressure increase .
- Leak sensor for early leak detection
- Validation support - quick and simple monitoring of the RID status by LabSolutions.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד בהתאם לתקנה 3(33)

כל מערכת ה-HPLC היא מתוצרת Shimazu ומופעלת ע"י תוכנה יעודית. רכישת מכשיר מתוצרת אחרת תפגע ביכולות המכשיר (דיוק ובטיחות המכשיר) והיכולת של המפעיל לשלוט במכשיר ע"י התוכנה.

כמו כן, נדרש מכשיר זהה למכשיר שהתקלקל על מנת לשמור על אחידות תוצאות המחקר.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

דני אשל	חוקר	ד.א. - פאולסני ספר האנוש
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה נישט בנוי