

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאה כ"ח ליפא
יחידה מזמינה:	מחלקת ביקוריות
תאריך:	21.07.15

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095072393	AEROSPRAY GRAM SLIDE STAINER/CYTOCENTRIFUGE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 15,712 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

6 במאי 2015
מספרנו: יש/2015-0227
תיק: 1237, 8004

לכבוד
מר ברונר לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: הצטיידות 2015/אגף מעבדות/מעבדה בקטריולוגית =
חוו"ד לרכישת מכשיר לצביעת GRAM SLIDE

הצטיידות 2015

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 1 יח'.
2. מדובר במכשיר אשר צובע בצורה אוטומטית בעזרת ריסוס ע"י ריאגנטים, זכוכיות נושא למיקרוסקופ עם דגימה ביולוגית מרוחה.
תהליך הצביעה כולל: ריסוס צבע, קיבוע, צביעה ב-CRYSTAL VOLET, ריסוס ביד לקבלת משקע צבוע וביצוע DECOLORIZATION לקבלת GRAM POSITIVE בצבע כחול-שחור או GRAM-NEGATIVE בצבע אדום.
ההפרדה הנ"ל לשתי קבוצות מאפשרת תחילת מתן תרופות אנטיביוטיות עוד לפני זיהוי סופי של החיידק.
3. לחברת WESCOR מכשיר מסוג AEROSPRAY GRAM SERIES 2 דגם 7322, אשר מבצע את האמור בסעיף 2 לעיל, ואשר כולל את המרכיבים הבאים:
 - א. כולל מסך מגע.
 - ב. כולל קרוסלה לכמות של 12 סליידים הסובבת במהירות בתחום 100-2000 סל"ד.
 - ג. כולל יכולת בחירה ותכנות הליכי הצביעה.
 - ד. זמן פעולה ממוצע 4.5 דקות (כ-150 סליידים לשעה).
 - ה. זינה חשמלית – 230V/50Hz.
 - ו. שימוש בריאגנטים המצויים במעבדה והשמישים בדגם 7320 (שיושבת).
 - ז. כולל ברקוד לכמות הריאגנטים במיכל.
 - ח. כולל ברקוד לדגימה.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

ט. שיטת הפעלה זהה לדגם הקיים במעבדה.

3. בבירורנו הסתבר כי לא קיים יצרן חלופי למיכשור דומה.

לפיכך ניתן לראות את חב' WESCOR ספק בלעדי לדגם 7322 על כל המשתמע מכך.

מומלץ לפיכך לממש הצעת מחיר 152501070 של חב' מדטכניקה מיום 1.2.15 על כל סעיפיה:

פריט 1 - המכשיר

פריט 2 - ריאגנט פוקסין (שחפת)

פריט 3 - ריאגנט ספרנין (איבחון חיידקים)

פריט 4 - ריאגנט יודין (כחול)

פריט 5 - ריאגנט קריסטל (סגול)

יש לקבל אחריות לתקופה של 24 חודשים כמקובל במוסד ולא בהתאם לרשום בהצעה.

ספרות הפעלה ושרות ייכללו בהזמנה.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתק: ד"ר סמולן גילאן
ד"ר רם דולמן
מר משה חמד