

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(מריאל בית שמש)
יחידה מזמינה:	לבוני אסטר
תאריך:	2.08.15

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095059549	VIDEOGASTROSCOPE GIF-H-180

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	19862 יורו + מע"מ
תקופת ההתקשרות	

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

23 ביולי 2015
מספרנו: יש/2015-0392
תיק: 6-1130, 7005

לכבוד
מר ברונו לביא
כ.א.ן

נכבדי,

הנדון: מכון גסטרו – חוו"ד לרכישת וידאוגסטרוסקופ תוצרת OLYMPUS

בשימוש מכון גסטרו וידאוגסטרוסקופ דגם GIF-Q160, מסי' סדי' 2001122, תוצרת OLYMPUS, המצוי בחוזה שרות.

המכשיר נשלח לתיקון והובהר כי אינו בר תיקון ויצא משירות היצרן.

רצ"ב הצעת מחיר חבי' מדטכניקה לרכישת וידאוגסטרוסקופ דגם GIF-H180J, אותה מומלץ לממש.

יש לסכם עלות הרכישה בהתאם להסכם חוזה השרות שנחתם עם החברה.

במכון הגסטרו מיכשור מתוצרת OLYMPUS. לא ניתן לרכוש וידאוגסטרוסקופ מיצרן אחר זולת חבי' OLYMPUS. לפיכך ניתן לראות היצרן ונציגתו המקומית ספק יחיד לרכישה זו.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר