



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2 בדצמבר 2015
מספרנו: עש/2015-0597
תיק: 4001, 1120-9

לכבוד
מר ברנו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: בינוי 2016/אגף יולדות/יולדות א' HIGH RISK -
חוו"ד לרכישת מערכת ניטור

רשימת הצטיידות עבור בינוי 2016 - מחלקת הריון בסיכון

1. בהמשך לסימוכין נדרשת רכישת מערכת ניטור מרכזית מודולרית.
2. המערכת תכלול:
 - א. 4 יח' מוניטורים מסוג BedSide.
 - ב. 4 יח' מודולים רב פרמטריים הכוללים את הפרמטרים הבאים: ECG, NIBP, SPO2.
 - ג. 1 יח' תחנה מרכזית.
3. מדובר במוניטור דגם MX700 תוצרת חבי PHILIPS מאחר ועליו להיות מקושר למערכת המחשוב המרכזית מתוצרת PHILIPS (OBTV), המצויה במערך המיילדות לתיעוד, לאיסוף ולאחזור נתוני המוניטורים. הקישוריות למערכת המחשוב המרכזית ניתנת אך ורק באמצעות מוניטורים מתוצרת PHILIPS.
4. מומלץ לממש הצעת מחיר 152510011 של חברת מדטכניקה לרכישת מערכת ניטור תוצרת Philips.
- לנוכח האמור לעיל ניתן לראות את חבי PHILIPS, באמצעות נציגותה בארץ, חבי מדטכניקה, ספק בלעדי לרכישה ולממשה בהתאם לקריטריון של ציוד רפואי ייחודי על כל המשתמע מכך.
5. פריסת מערכת הניטור:
 - א. חדר אינדוקציה - 2 מוניטורים (2 מיטות מנוטרות מתוך 4 המיטות הקיימות בחדר).
 - ב. חדרי טיפול מוגבר - 2 מוניטורים (2 מיטות מנוטרות, אחת בכל חדר טיפול מוגבר).

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

ג. בשלב ראשון יחוברו לתחנה המונויטורים מחדרי הטיפול המוגבר בלבד.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעת מחיר

העתקים : פרופ' אייל סיוון
פרופ' מזעקי-טובי שלום
גבי תמר ארגמן
מר גיל דר