

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הפריאה ביה שיקא
יחידה מזמינה:	איון נשים
תאריך:	18.03.15

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
מ"ש	3
א	031

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אפיק
מספר הספק (ח.פ./ח.צ./ע.מ/ מספר עמותה)	590036195 - 1743
ספק זה הינו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד _____ <input type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	" 94106 \$ 7 אלף
תקופת ההתקשרות:	מה

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:**

<p>ספקי חוץ " אבי שפא"י</p>	<p>" אבי שפא"י</p>

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד - ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהל המח' להנדסה רפואית	ד"ר יורם שדמי
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

11 במרץ 2015
מספרנו: יש/2015-0122
תיק: 1125A, 4000A

לכבוד
מר ברונו לביא
כ א נ

נכבדי,

הנדון: מיון נשים – נזק למתמרים מתוצרת פיליפס

במיון נשים מכשיר אולטראסאונד דגם IU-22 תוצרת פיליפס בו זינוקו שני המתמרים הבאים:

א. מתמר וגנינלי דגם C10-3V – מכה בממברנה, חדירת אויר וחוסר באלמנטים.

ב. מתמר אבדומינלי דגם C5-1 – מכה בממברנה וחוסר אלמנטים.

החברה מציעה עיסקת חליפין לכל מתמר כדלקמן:

א. למתמר הוגינלי – הצעת מחיר 50152502377 של חבי מדטכניקה, בעלות של 6,462 דולר ללא מע"מ.

ב. למתמר האבודמינלי – הצעת מחיר 50152500860, של חבי מדטכניקה, על סך 12,750 שהינה בתוקף.

שני המתמרים שניזוקו יושבתו.

מומלץ לממש הצעת החברה הרצי"ב.

לא ניתן להמתין חודשיים לתיקון המתמרים מאחר ובמדובר בצורך דחוף.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעות מחיר

העתקים: דר' דליה אדמון
פרופ' ראובן אחירון

9051260

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

11 במרץ 2015
מספרנו: יש/2015-0120
תיק: 1125A, 4000A

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: מיון נשים – נזק למתמר אבדומינלי תוצרת פיליפס

במיון נשים מצוי אולטראסאונד דגם SPARQ תוצרת פיליפס בו ניזוק מתמר אבדומינלי דגם C6-2 עקב מכה בממברנה.

המכשיר באחריות ואולם המתמר שניזוק אינו כלול באחריות.

מומלץ לממש הצעת חב' מדטכניקה לרכישת מתמר חדש בעסקת TRADE-IN. המתמר הלקוי יושבת.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת חב' מדטכניקה

העתקים: ד"ר דליה אדמון
פרופ' ראובן אחירון

2015/3/11