

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(בריאלה נ"ח ש"פ)
יחידה מזמינה:	ריאלה י. ק"מ
תאריך:	29.06.15

מדינת ישראל X
 קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
ריפ"ש _____
ריאלה י. ק"מ _____

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין
 שירותים
 ביצוע עבודה

שם הספק:	אפיק
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)	1773 - 520036195
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	43391
תקופת ההתקשרות	12 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

22 ביוני 2015
מספרנו: יש/2015-0342
תיק: 6-1130, 2-7014

לכבוד
מר ברונז לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: ריאות ילדים -
חוו"ד לרכישת מרכיבי מערכת וידאוברונכוסקופיה תוצרת OLYMPUS

דוא"ל מיום 7.6.15

בסימוכין ניתן מידע כי נגנבו פריטי מע' הוידאוברונכוסקופיה הבאים מתוצרת OLYMPUS:

א. מעבד וידאו (Video Processor) דגם CV-180 EXTRA II - מס' סדי 7777826.

ב. מקור אור (Light Source) דגם CLV-180 EXTRA II - מס' סדי 7707164.

ג. כבל חיבור וידאו (Videoscope Cable) בין מקור אור לוידאוברונכוסקופ דגם MAJ-1430 EXTRA II.

רצ"ב הצעת חב' מדטכניקה להשלמת כל אחד משלושת הפריטים שנגנבו.

מומלץ לממש הרכישה לכל שלושת הפריטים.

מאחר ומדובר במערכת וידאוברונכוסקופיה מחוייב לרכוש את פריטי המערכת מיצרן המערכת על מנת שניתן יהיה לחברם למערכת הקיימת.

לא ניתן לחבר מרכיבי מע' וידאוברונכוסקופיה מיצרן אחד עם מרכיבים מיצרן חלופי. ניתן לפיכך לראות את היצרן אולימפוס ונציגתו בארץ חב' מדטכניקה ספק בלעדי לרכישה זו.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים לכל הפריטים מיום הקליטה במחלקה לריאות ילדים.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעה

העתקים: פרופ' אורי אפרתי
גב' סמדר שפי