

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הכרמל / בית שמש
יחידה מזמינה:	חצר זיבה
תאריך:	21.04.15

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
רכישת ציוד רפואי - 2 x

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן X לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אפיק
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	520036195 - 1743
ספק זה הינו:	ספק יחיד <u>✓</u> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	97160 ₪ + 164
תקופת ההתקשרות	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

13 ביולי 2015
מספרנו: יש/0383-2015
תיק: 1120-5, 40015

לכבוד
מר ברונז לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: חדר לידה - חו"ד לרכישת מוניטור מיילדות

דוא"ל מיום 12.7.15

במתחם חדר הלידה עומדים לפתוח שני חדרי לידה נוספים המחייבים קיום מוניטורים בכמות 2 יח'.

מדובר במוניטור מיילדות המאפשר ניטור חיצוני ופנימי של עובר יחיד ושל תאומים, כאשר ניתן בנוסף לנטר לחץ תוך רחמי (IUP), לחץ דם לא חודרני וסטורציה של היולדת (האם).

גם AVALON FM-30 תוצרת חב' PHILIPS הינו הדגם המתאים לנדרש מאחר ועליו להיות מקושר למערכת המיחשוב המרכזית מתוצרת PHILIPS המצויה בחדר לידה לתיעוד, לאיסוף ולאיחזור נתוני המוניטורים. הקישוריות למערכת המיחשוב המרכזית ניתנת אך ורק באמצעות מוניטורים מתוצרת PHILIPS.

המוניטור מדגם זה הינו הגירסה העדכנית של היצרן ועונה על כל הנדרש, מצוי בחדר לידה וכולל גם כרטיס תקשורת למע' המיחשוב המרכזית.

המוניטור שייכש ייתן מענה הולם ועדכני לחדר הניתוח וישמש גם גיבוי למוניטורים שבחדר לידה בו הוא מצוי בכמות 12 יח'.

לצורך הרכישה מומלץ לממש הצעת מחיר 1400241 על כל סעיפיה, בכמות 2 יח', כאשר:

פריט 1 – המוניטור הכולל ניטור עובר פנימי וחיצוני, מתמר אולטראסאונד, מתמר טוקו.

פריט 2 – ניטור סטורציה ולחץ דם לא חודרני שלהיולדת.

פריט 3 – כבל ייעודי לניטור לחץ תוך רחמי (IUP) ו-Fetal Scalp.

פריט 4 – אביזרים לניטור ל.ד. לא חודרני הכוללים צנורית ומנג'טה.

פריט 5 – מדידת דופק היולדת.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

פריט 6 – כרטיס תקשורת למערכת תיעוד מרכזית.

פריט 7 – תוספת מתמר לניטור תאומים

פריט 8 – לחצן לשימוש היולדת להודעה על קיום צירים.

פריטים 9+10 – התקן תלייה ע"ג הקיר.

הערה: אין צורך בעגלה הנוספת.

לנוכח האמור לעיל ניתן לראות את חב' PHILIPS, באמצעות נציגותה בארץ, חב' מדטכניקה, ספק בלעדי לרכישה ולממשה בהתאם לקריטריון של ציוד רפואי ייחודי על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות למשך 24 חודשים מיום קליטת המיכשור בביה"ח.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת + הצעת מחיר

העתקים: פרופ' א. שמיס
ד"ר א. מורן
גב' ו. מרגלית
גב' א. הורוביץ