

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(וכפי שאלק ג"ח לראש)
יחידה מזמינה:	אכ"פ
תאריך:	8.11.15

מדינת ישראל קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095072849	X6-1 TRANSDUCER /FINAL ASSEMB

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$15163 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

70,963 ₪ כולל מע"מ

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר, 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

22 באוקטובר 2015
מספרנו: יש/2015-0527
תיק: 1011, 1125A

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: מכון לכלי דם – חווי"ד לרכישת מתמר וסקולרי

בשימוש מכון כלי דם מתמר וסקולרי דגם X6-1, מס' סד' 03GXHG תוצרת חב' PHILIPS, המשמש מכשיר אולטראסאונד דגם IU-22 מתוצרת פיליפס.

המתמר ניזוק – סדק בגוף המתמר, נשלח לתיקון והובהר כי לא ניתן לתקנו.

רצ"ב הצעת חב' מדטכניקה נציגת חב' פליפס למתמר חדש עם אחריות ל-3 חודשים.

רצ"ב חב' מדלייף נציגת חב' MIDAS למתמר משומש בעיסקת טרייד-אין עם אחריות ל-3 חודשים.

מומלץ לממש הצעת חב' מדטכניקה לרכישת מתמר חדש מהטעמים הבאים:

השימוש במתמר במכון הינו מאסיבי ויש עדיפות חיונית לשימוש במתמר חדש. המוצע ע"י חב' מדלייף הינו מתמר משומש ואין כל מידע אודות טיבו לאורך זמן.

בבירור עם שתי החברות – זמן אספקת המתמר מייד.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעות מחיר