

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(כריתול בית חלב)
יחידה מזמינה:	מרכז מידע - פינת 202
תאריך:	24.03.15

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)		
ספק		
מאגרי		
סוליסט'ים		

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר: _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

סובין שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	
510848690 - 1148	
ספק זה הינו:	
_____ ספק יחיד ✓	_____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	
79,500 י"ח + א"א	
תקופת ההתקשרות	
12 חודשים	

אגף הדימות

ב' ניסן, תשע"ה
22 מרץ, 2015

לכבוד
אריה שלומוב
כאן.

מר שלומוב הנכבד,

הנדון: שדרוג ממוגרף לטומוסינטזיס – היחידה לדימות השד במרכז מירב.

ביחידה לדימות השד שבמרכז מירב קיימים מכשירי ממוגרפיה מסוג DR בטכנולוגיה מעודכנת. מכשיר אחד מהם שודרג לפני כשנה לביצוע צילומי ממוגרפיה בהזרקת חומר ניגוד ושימוש בשיטת ההחסרה (subtraction) להדגמת גידול. כעת אנו מבקשים לשדרג את המכשיר השני לממוגרפיה המבצעת בנוסף לצילומים המקובלים גם בדיקות טומוסינטזיס. בעיקרון הטכנולוגיה של טומוסינטזיס היא צילום של השד בשכבות כך שיוצאים חתכים דקים יותר ובמקום צילום אחד מתקבלים עשרות חתכים, והדבר נותן פתרון אבחוני לשדיים בסמיכות גבוהה, במיוחד אצל נשים צעירות.

השדרוג של GE מאפשר לבצע הצילום בטומוגרפיה, המאפשר תלת מימד בתוספת קרינה שולית, ואיבחון ברמה גבוהה, כשהמגמה בעולם הינה לעבור לצילומים שוטפים בטכנולוגיה זאת.

השדרוג המבוקש משתמש במכשיר הקיים שברשותנו שהוא מראש בטכנולוגית DR, וכן שימוש בתחנת העבודה לפיענוח הקיימת תוך שידרוג התוכנות הדרושות לאיחון טומוסינטזיס.

מצ"ב הצעת מחיר של חברת אלדן בע"מ.

יש לראות במציעה, חברת אלדן בע"מ ספק יחיד לצורך שידרוג זה, היות והיא נציגתה הבלעדית של היצרן, חברת GE בישראל לתחומי רדיולוגיה שונים כולל תחום הממוגרפיה, ורק לה הידע, התוכנות והחומרות המתאימים לביצוע השדרוג. אין ספק מתחרה לפעולה.

אודה על טיפולך,

בברכה,



יוסי ורד
רנטגנאי ראשי

העתקים:
פרופ' קונן
ד"ר סקלייר