

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאה ג"ח שומא
יחידה מזמינה:	מרכז הבריאה שומא
תאריך:	28/05/15

מדינת ישראל X קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
רפואת נשים - 118 - 118	

לא X

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X

שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)	
ספק זה הינו:	ספק יחיד <u>✓</u> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	36155 "מ"ל + מ"מ"
תקופת ההתקשרות	12 חודשים





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

20 במאי 2015  
מספרנו: עש/2015-0269  
תיק: 2-1124, 8001

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כאן

נכבדי,

הנדון: מרכז התרמה למנות דם – חוו"ד לרכישת צנטריפוגה למנות דם

בקשת דר' מנדל מטילדה מיום 24.02.15  
חוות דעת משתמש לרכישה מספק יחיד מיום 18.05.15

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 1 יח'.
2. מדובר בצנטריפוגה בעלת התכונות הבאות:
  - א. צנטריפוגה רצפתית מקוררת המתאימה לעבודה עם מנות דם (שקיות).
  - ב. קיבולת של 12 שקיות לפחות. כל שקית בנפח מינימלי של 600cc.
  - ג. קירור בתחום  $-20^{\circ}\text{C}$ – $40^{\circ}\text{C}$ .
  - ד. קיום מנגנון IMBALANCE SWITCH-OFF.
  - ה. קיום הגנה בפני התחממות יתר.
  - ו. RCF – 5000g לפחות.
  - ז. מתח זינה חד פאזי 230V/50Hz.
3. הדגם היחיד שנמצא מתאים לדרישות הוא ROTO SILENTA 630 RS תוצרת HETTICH.  
דגמים נוספים אשר נבדקו בתחום הצנטריפוגות המותאמות למנות דם (שקיות) היו בעלי קיבולת נמוכה משמעותית מדגם זה.  
דגם זה הינו היחיד שנמצא אשר לא מגביל את המשתמש מבחינת נפח המנה עצמה ומאפשר עבודה בזמנית על מספר גדול של שקיות.  
מרכז ההתרמות צפוי להיות אתר עמוס כך שלקיבולת הפעלה של הצנטריפוגה משמעות מהותית.
4. בהתאם לסעיף 3 וחוות דעת משתמש, ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק יחיד לרכישה.

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

5. יש לממש הצעת מחיר 155D00367 על כל סעיפיה.  
תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים מיום הקליטה בפועל.  
תינתן ספרות הפעלה ושרות.

**בברכה**

ענבר שושן - Bsc  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעה

העתקים : דר' מטילדה מנדל  
מר נסיר הקמתיאן