

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות ביח ש"ס
יחידה מזמינה:	כ"ן ה"מ
תאריך:	12.03/15

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל +

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
מ"ע - מכשיר אולטרה סאונד - חב' סוליס

X לא

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה _____

שירותים _____

+ טובין

שם הספק:	מ"מ
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)	510512841 - 1990
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	" 7 אב"ז \$ 95,000
תקופת ההתקשרות:	12 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

14 בדצמבר 2014
מספרנו: יש/2014-0699
תיק: 1111-14, 8001

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: בנק הדם – חו"ד לרכישת מכשיר לפרזיס רב תחומי

בבנק הדם מצוי מכשיר דגם SPECTRA תוצרת חבי COBE, בעל מס' סד' S02384 אשר מצוי בבניה"ח מיום 18.10.1995.

רציב דו"ח תקלות בשנתיים האחרונות.

החל מיום 29.9.14 קיימת בעיה רנדומלית במכשיר שתיקונה מחייב השקעה המפורטת בהצעת חבי בפקס SC141337.

עלות מכשיר חדש מפורטת בהצעה Q143283.

לנוכח גיל המכשיר והבלאי שבו עקב היקף השימוש אין כדאיות כלכלית במימוש התיקון.

מומלץ לממש רכישת מכשיר חלופי חדש שיאפשר שימוש באופן רציף ותיקן.

כל המיכשור בבנק הדם הינו מדגם SPECTRA תוצרת COBE ולפיכך יש להמשיך ולשמור על אחידות המיכשור מהטעמים הבאים:

א. הניסיון המצטבר בעבודה עם המכשירים הקיימים מצויין.

ב. יתרון הדגם המצוי בבניה"ח בהשוואה לדגמים מיצרנים אחרים הינו מוחלט.

ג. לאחידות המיכשור (סטנדרטיזציה) יתרונות מההיבטים הבאים:

1) אחידות באביזרים מתכלים (סטים)

2) אחידות בקביעת אמות מידה של איכות השתל למושתל (איכות וטיב טיפול)

3) מניעת טעויות אנוש בהפעלה מאחר והידע קיים ואין כל סיכוי לבלבול בהפעלה.

4) הוצאות תחזוקה מינימליות מאחר והידע וכמות החלפים הנדרשים למיכשור המצוי בבניה"ח ולא נדרשת הוצאה כספית חריגה זולת טיפולים מונעים בהתאם לקיים.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

לנוכח הנייל מומלץ לממש רכישת מכשיר חדש מתוצרת COBE דגם SPECTRA בהתאם להצעת המחיר הרציב ועל פי קריטריון של מיכשור רפואי ייחודי על כל המשתמע מכך.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעת מחיר

העתק : ד"ר מ. מנדל