




אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד


יחידה מזמינה :	צ'נתאריק	מס' ועדה :	151505
מהות הרכישה :	ATRIAL APPENDAGE CLOSURE		
סכום הרכישה מטבע ספק :	500000 ש"ח ערך בשקלים		
ספק פוטנציאלי :	C.P.F		


הוועדה התכנסה בתאריך 19.5.15 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)


שמואל עמר


עו"ד רות פרי


יוסף שחון


מיכל אריאלי


עילי בן-ציון

חתימת המאשרים :



ה י ח י ד ה ל קרדיולוגיה התערבותית

פרופ' שמואל בנאי – מנהל היחידה

28/04/2015

לכבוד
ועדת מכרזים
כאן

הנדון: Boston Scientific (WATCHMAN) Left Atrial Appendage Closure מהצדן :

1. הציוד הנ"ל נדרש במקרים של צורך בסגירה מלעורית ע"י מתקן דימוי מטריה בלב.
2. הציוד של החברה הנ"ל הנו ייחודי בשל המבנה האנטומי ואורך "השאפט" (המוביל) של ההתקן, כמוכן, לחברה הנ"ל מענה במקרים בהם נדרשים קטרים גדולים במיוחד.
3. בבדיקה שערכתי מול מרכזים אחרים בעולם ומהניסיון המצטבר במכון, במקרים הספציפיים המצוינים הספק הנ"ל הינו הספק היחיד המסוגל לתת פתרון.
4. לפיכך אבקש לאשר את הספק Boston Scientific כספק בלעדי לציוד ייחודי זה.

פרופ' שמואל בנאי
מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית

בברכה,

פרופ' שמואל בנאי
מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית