

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבטיחה
יחידה מזמינה:	הרפואה ציבורית
תאריך:	30/09/15

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095072633	IFS-INTELLIGENT FLOW SYSTEM-230V
2	1098903040	AIRSEAL 8MM ACCESS PORT W BLADELESS OPTI
3	1098903057	AIRSEAL 5MM ACCESS PORT W BLADELESS OPTI

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	עמוס גזית
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510469893
מספר ספק בשיבא	2008
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____ / ספק חוץ _____

אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 36,000 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

2/..

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).**
2. **ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).**
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:**

עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

דר' יורם שדמי	מנהל המחלקה להנדסה רפואית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

10 בספטמבר 2015
מספרנו: יש/0490-2015
תיק: 1001, 1143

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן
נכבדי,

הנדון: חדר ניתוח מרכזי –
חוו"ד לרכישת אינסופלטור רציף לניתוחי כריתת רקטום
בשיטת TaTME

- א. דוא"ל פרופ' זמורה מיום 25.8.15
- ב. דוא"ל פרופ' זמורה מיום 6.9.15
- ג. דוא"ל פרופ' זמורה מיום 9.9.15

בסימוכין א' מפורט הצורך באינסופלטור בו הפעילות רציפה, כאשר הדגש הינו על הרציפות.

בסימוכין ב' מבהיר פרופ' זמורה כי בוצעה פעילות תוך שימוש באינסופלטור דגם טרמופלטור מתוצרת STORZ המצוי בשימוש בכל חדרי הניתוח והוברר כי אינו מאפשר פעילות רציפה, דבר הגורם ל"צניחת" חלל הבטן בעת הפעילות הכירורגית מצב שאינו קביל.

כתחליף לדגם האינסופלטור הקיים בפועל, נבדק דגם AIRSEAL תוצרת חב' Surgiquest ארה"ב.

דגם זה כולל בקר אליו מחובר סט מתכלה הכולל פילטר-צנרת וטרוקר.

ליצרן 3 סוגי פילטרים ו-7 סוגי טרוקרים.

פרופ' זמורה הבהיר (בסימוכין ג') כי הטרוקרים הנדרשים הינם:

- א. טרוקר עם דוקרן בקצה בקוטר 5 מ"מ ובאורך 100 מ"מ.
- ב. טרוקר עם דוקרן בקצה בקוטר 8 מ"מ ובאורך 100 מ"מ

הבהרה:

כל סוג של טרוקר ניתן לרכישה במארז המכיל 6 פריטים.

הפילטר הנדרש כולל 3 ערוצי צנרת עבור:

- א. אספקת CO2
- ב. שאיבת עשן
- ג. סנסור לבדיקת הלחץ התוך ביטני



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

פעילות 3 ערוצי הצנרת רציפה וקיימת קומפנסציה בין כל השלושה על מנת להבטיח ניפוח יציב של חלל הבטן באמצעות CO₂ תוך שאיבת העשן. יציבות זו מבוקרת ע"י הסנסור שגורם לשינוי אוטומטי של זרימת ה-CO₂ ושאיבת העשן על מנת להבטיח את המדיום הניתוחי במצב יציב כנדרש.

הפילטר ננעל בבקר ובאמצעות הצנרת הייעודית הצמודה אליו (ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסט) באמצעותה הוא מחובר אל הטרוקר.

מבנה הטרוקר הינו של צנרת בתוך צנרת כאשר ה-CO₂ מוזרם בחלק הצינור החיצוני ואילו החלל של הצינור הפנימי משמש לשאיבת עשן ולהוצאת הפרפרטים הביולוגים המוצאים בנייתוח.

הבקר ניזון חשמלית מרשת החשמל ומאספקה מרכזית של CO₂.

הפעילות בפועל בדגם זה של אינסופלטור בוצעה והוברר כי אכן התוצאות עונות לנדרש.

לא ידוע על דגם מקביל של אינסופלטור המאפשר פעילות רציפה של CO₂ תחת בקרה המבטיח את שמירת מצב חלל הבטן באופן שיאפשר את ביצוע הטיפול הכירורגי הנדרש.

ניתן, איפוא, לראות את היצרן Surgiqueust ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

מומלץ לממש הצעת חב' גזית הרצ"ב על כל סעיפיה.

חב' גזית משמשת כנציג המוסמך של היצרן האמריקאי.

ההזמנה תכלול תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד.

ההזמנה תכלול ספרות הפעלה בכמות 2 יח' וספרות שרות בכמות 1 יח'.

הבהרה:

מאחר וכמות המתכלים המומלצת לרכישה במסמך זה הינה ל-6 פעולות, יש לסכם עם נציגת היצרן בארץ יכולת קבלת המתכלים בלוי"ז קצר על פי הנדרש.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתקים: פרופ' עודד זמורה
דר' רון שפירא
מר גיל דר