





## אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד


מס' ועדה: 151651	יחידה מזמינה: כלל המערך
	מהות הרכישה: מזרק 100 למשאבות עירוני
ערך בשקלים: _____	סכום הרכישה מטבע ספק: 100,000 ש"ח (כולל מע"מ)
	ספק פוטנציאלי: דובר


הוועדה התכנסה בתאריך 24.12.15 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם  
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:

  
רויח שירי בן זאב

  
שמואל עמר

  
עוייד רות פרי

  
יוסי שחר

המרכז הרפואי תל-אביב  
מחלקת הנדסה רפואית  
טל: 03-6973208  
פקס: 03-6973440

24 בדצמבר 2015

סימוכין: 21-12

לכבוד  
וועדת רכישות  
כאן

אדוניים נכבדים,

**הנדון: מזרקים חד פעמיים 100cc עבור משאבות PCA**

בביה"ח נמצאים בשימוש מכשירי עירוי PCA תוצרת חברת ALARIS (לשעבר IVAC, סוכן: דובר).  
מכשירים אלו משתמשים במזרקים חד פעמיים של 100cc עודניים. מזרקים אלו מיוצרים ע"י יצרן המכשיר ולא ניתן לרכשם, אלא מספק המכשיר (תחליפים לא קיימים ו/או לא מתאימים).  
לפיכך יש לראות במזרקים הנ"ל חלק ממערכת שלמה הכוללת את המכשיר והמזרק, ולכן יצרן המערכת (באמצעות הסוכן) הוא ספק יחיד למקרה זה של רכישת המזרקים.

בברכה,

ד"ר ולנטין וינטראוב  
מנהל מחלקת הנדסה רפואית