

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

הרביטאל	משרד:
למ"ע ציודים	יחידה מזמינה:
15/06/15	תאריך:

מדינת ישראל   X   קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
הכרזת	
המכרז	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין   X      שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

מכרז		<b>שם הספק:</b>
1089 - 511053118		<b>מספר הספק</b>
ספק חוץ _____		<b>(ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)</b>
ספק יחיד <u>  ✓  </u>		<b>ספק זה הינו:</b>
14635.6		<b>אומדן / שווי ההתקשרות:</b>
		<b>תקופת ההתקשרות</b>





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

7 ביוני 2015  
מספרנו: יש/2015-0315  
תיק: 1130-1, 4000

לכבוד  
מר ברונר לביא  
כאן

נכבדי,

הנדון: אגף גניקולוגי/מחלקה גניקולוגית – חו"ד לרכישת מורסילטור

דוא"ל דר' משיח מיום 7.4.15 מיום 19.5.15

בהמשך למסר של דר' רועי משיח שבסימוכין, הנני להבהיר כי אין יכולת לרכוש המורסילטור מתוצרת J&J, עקב החלטת היצרן להפסיק השיווק, בעקבות הודעת ה-FDA לגבי אירוע בו מטופלת שעברה טיפול במורסילטור מתוצרת J&J והסרטן התפשט בגופה.

החלטת היצרן על הפסקת השיווק נובעת ממניעי גישה מחמירה.

על מנת לתת מענה לסוגיה המועלת ע"י דר' משיח, הוברר כי לחבי STORZ קיים מורסילטור הכולל את המרכיבים הבאים:

א. יוניט או בקר דגם UNIDRIVE S III, מק"ט יצרן 1-26701001.

ב. ידית לאחיזת הסט הלפרסוקופי, מק"ט יצרן 267013035.

ג. סט לפרוסקופי, מק"ט יצרן 26713018, מערכת חיתוך בקטרים 12/15 מ"מ ומנוע. מרכיבי הסט כלולים בדף 465 של היצרן הרצ"ב.

ד. פקק חד פעמי (מתכלה) במארז של 5 יח' למניעת בריחת CO2 מחלל הבטן.

ה. סלסלה לעיקור.

במכשיר המוצע מירב הסט הלפרסוקופי הינו רב שימושי בהשוואה למוצר מחבי J&J שרובו היה מתכלה.

המכשיר המוצע נבחן והתוצאות חיוביות (רצ"ב בדוא"ל מיום 19.5.15).

לנוכח הנ"ל מומלץ לממש הרכישה בהתאם להצעת מחיר חבי ברסלוער הרצ"ב על כל מרכיביה.

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

מהטעמים המפורטים לעיל ניתן לראות את חב' STORZ ונציגותה המקומית ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים מיום הקליטה וכן ספרות הפעלה ושרות.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעת מחיר

העתקים : פרופ' מ. גולדנברג  
ד"ר ר. משיח