





אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד


מס' ועדה: 15006	יחידה מזמינה: ריאות ואלרגיה
מהות הרכישה: ביצוע בדיקות אלרגיה במכשיר מדגם Phadia 100 תוצרת חברת Thermo-Phadia	
סכום הרכישה מטבע ספק: 27,000 יורו (לא כולל מע"מ)	ערך בשקלים: _____
ספק פוטנציאלי: גאמידור דיאגנוסטיקה	


הוועדה התכנסה בתאריך 21.4.15 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)


חתימת המאשרים:


שמואל עמר


עוי"ד רות פרי


יוסי שחור


מיכל אריאלי


רו"ח שירי בנצור

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
ט"ל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

12 באפריל 2015

סימוכין: 01-04

לכבוד
וועדת רכישות
כאן

הנדון: השאלת מכשיר לבדיקות אלרגיה ואימונולוגיה תמורת ריאגנטים עבור המעבדה לריאות ואלרגיה

במעבדה לריאות ואלרגיה יש צורך במערכת, והכוללת מכשיר ומתכלים, לביצוע אוטומטי של בדיקות אלרגיה ואימונולוגיה, על ידי מדידה כמותית של Specific IgE (immunoglobulin E) בדם. נדרשת מערכת עם התכונות הבאות:

1. יכולת לבצע בדיקה אוטומטית של רנות Tryptase בדם לצורך גילוי מצב של שוק anaphylactic - (למשל בעקבות אלרגיה לחרקים או יל'סמים); ודיאגנוזה ומעקב של מחלת mastocytosis
 2. יכולת גילוי של מעל 100 קומפוננטות מולקולאריות של אלרגנים
- מבדיקות שערכנו (התייעצות עם מומחים, שי זוט עם ספקים, חיפוש באינטרנט) מתברר שרק לחברת גאמידור ישנה מערכת ייחודית התואמת את רישות המכון, המפורטות למעלה – מערכת דגם Phadia 100, תוצרת חברת Thermo Fisher. לידיעתנו אין מערכת אחרת בשוק שעומדת בשתי הדרישות המפורטות למעלה. לחברות האחרות אין יכולת לגלות רמת Tryptase באופן אוטומטי, והיכולות לזהות קומפוננטות מולקולאריות של אלרגנים- הרב יותר קטנה (פחות מחצי יחסית למערכת שבנידון) לדעתי מדובר בציווד ייחודי, ולכן, לאור נתונינו אלה, יש לראות בחברת גאמידור (הנציגה הרשמית של היצרן בארץ) ספק יחיד למקרת זה.
למכשיר אישור אמ"ר כנדרש.

בברכה,

לנה ויסמן
ראש מדור פנימיות ומעבדות רפואיות
מחלקת הנדסה רפואית