

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
כ"ס מיון 11,911 מיון 10,100

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ג. ב. ג. ג. ג.
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)	71160 - 520042396
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	19900 י"ח + 1000
תקופת ההתקשרות	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:**

ספקי חוץ
לפי
לפי
לפי

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד - ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר יורם שדמי	מנהל המחלקה להנדסה רפואית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

26 באפריל 2015
מספרנו : יש/2015-0200
תיק : 6-1130, 7014

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון : מכון ריאות – חוו"ד לרכישת וידאו ברונכוסקופ

בקשת גבי ריקי לוסטיג מיום 16.4.15
בקשת דר' שולימזון מיום 20.4.15

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש הנדון בכמות 1 יח'.
2. מדובר בוידאו ברונכוסקופ בו קוטר תעלת העבודה הינו 2.8 מ"מ, אשר מאפשר הוצאת גופים זרים באמצעות קטטרים ואו מלקחיים, מאפשר פעילות של לייזר וקריו בטיפול בגידולים בריאה.
בבדיקת מצאי הוידאוברונכוסקופים שבמכון הריאות הוברר כי לא קיים וידאוברונכוסקופ שלו תעלת עבודה בקוטר הנדרש (2.8 מ"מ).
נתוני הברונכוסקופ הנוספים היום :
קוטר ההחדרה 6.4 מ"מ.
קוטר הקצה הדיסטלי 6.3 מ"מ.
אורך עבודה 600 מ"מ.
זווית צפייה 120° מיקוד בתחום 3-50 מ"מ.
כיפוף הקצה הדיסטלי מעלה 180°, מטה 130°.
3. במכון ריאות מצויים כיום וידאו-פרוססור ווידאו-ברונכוסקופים תוצרת חב' PENTAX. דגם הוידאו-ברונכוסקופים התואם את תשתית הוידאו-ברונכוסקופיה המצויה במכון הריאות הינו EB-1975K מתוצרת חב' PENTAX.
למען הסר ספק, לא ניתן לחבר למע' וידאו אנדוסקופית ובמקרה דן וידאוברונכוסקופית יחידת קצה שאינה מתוצרת יצרן מע' הוידאו-ברונכוסקופ.
לפיכך ניתן לראות את חב' PENTAX ונציגותה בארץ חב' גטר ספק בלעדי לוידאו-ברונכוסקופ הנדרש על כל המשתמע מכך.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

מומלץ לממש הצעת חב' גטר הרצ"ב.
תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעה

העתקים : ד"ר ט. שולימזון
גב' ר. לוסטינג