




## אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד


מס' ועדה: <u>151582</u>	יחידה מזמינה: <u>אנגיו</u>
	מהות הרכישה: <u>נקז דרכי מרה</u>
ערך בשקלים: _____	סכום הרכישה מטבע ספק: <u>150,000 ש"ח (כולל מע"מ)</u>
	ספק פוטנציאלי: <u>גטר</u>


הוועדה התכנסה בתאריך 18.11.15 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם  
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:

  
רז"ח שירי כהנאב

שמואל עמר

  
עוייד רות פרו

  
יוסי שחר

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
TEL AVIV SOURASKY MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler Faculty of Medicine  
Municipality of Tel Aviv-Yaffo



מדינת ישראל  
משרד הבריאות  
המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי  
מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
עיריית תל-אביב-יפו

6-9-15  
ד"ר יצחק סגל  
23987

לכבוד  
ועדת מברזים  
בגן

חלטות (נקו לזרבי מרה

חנקו מתוצרת Cook הנו נקו ייחודי בעל תכונות הבאות:

1. עשוי סיליקון - המאפשר גמישות ואוויריות מרבית המונע כיפוף חנקו
2. קיימת אפשרות לחוספת תורים נוספים בצורה ידנית במקרים של חסימת דרכי מרוח גבוהה
3. חנקו הנו בעל סימון radio opaque לציון מיקום החור האחרון

מדובר בנקו מוליק בעל תכונות ייחודיות ולכן אבקש לאשר את חבי Cook וחבי נטר ספק יחיד.

בברכה,

ד"ר יצחק סגל