

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד: הבריאות היה לישראל	
יחידה מזמינה: מכון גסטרו	
תאריך: 18.03.15	

מדינת ישראל X _____ קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
כ"ש	אסן + 4 תרומה
אסן	אסן + 4 תרומה
אסן	אסן + 4 תרומה

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין
 שירותים
 ביצוע עבודה

שם הספק:	קופיפון
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה):	7159 - 512833336
ספק זה הינו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	74685
תקופת ההתקשרות:	אסן + 4 תרומה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2 במרץ 2015
מספרנו: יש/2015-0107
תיק: 1,7005-1126

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: מכון גסטרו - מע' צילום ופענוח במעי הדק באמצעות קפסולה תוצרת GIVEN IMAGING

פניית פרופ' אלייקים מיום 2.3.15

ביום 16.7.2013 ניתנה חו"ד לשדרוג המערכת שבנדון שבוצעה ביום 4.8.13.

חוה"ד כללה 3 רצועות של סנסור מגירסה DR3 עקב הכנסת קפסולת SB3 במסגרת המחקר.

ביום 2.9.13 ניתנה חו"ד לרכישת תוספת של 2 רצועות סנסור מגירסה DR3.

בסימוכין מבקש פרופ' אלייקים להחליף 4 רצועות מגירסה DR3 אותן ניתן לרכוש אך ורק מיצרן המערכת, באמצעות נציגותה המקומית, דהיינו מדובר ברכישה מספק בלעדי כלל המשתמע מכך.

רצ"ב הצעת חב' קובידיאן.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפעל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתק: פרופ' א. אלייקים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

3 במרץ 2015
מספרנו: יש/2015-0113
תיק: 1,7005-1126

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: מכון גסטרו – חו"ד לרכישת מסך ייעודי למעי צילום ופענוח במעי הדק

בשימוש מכון גסטרו טכנולוגיית קפסולה תוצרת Given Imaging יקנעם ישראל, המשמשת לצילום ופענוח במעי הדק תוך שידור טלמטרי של התמונה (הקפסולה מכילה את המצלמה) אל מסך ייעודי מסוג Data Record דגם DR3.

קיים מסך ייעודי משנת 2008 תקול אשר נשלח לתיקון אל היצרן והוברר כי אינו ניתן לתיקון ולפיכך יושבת.

רצ"ב הצעת מחיר של נציגת היצרן בארץ, חב' קובידיאן לרכישת מסך חדש הכולל את רצועת הסנסור (פריט 1 בהצעה) אותה מומלץ לממש.

הבהרה:

לא מומלץ לממש עיסקת החליפין (פריט 2) מאחר ויתכן ולמרות הודעת היצרן, ניתן יהיה לתקן המסך כך שבראיה אופטימית יהיה גיבוי חלופי מיידי. השימוש בטכנולוגיה הינו מאסיבי.

מדובר בפריט ייחודי של היצרן ולפיכך ניתן לראות בחב' קובידיאן ספק בלעדי על כל המשתמע מכך.

יש לדרוש למסך תקופת אחריות של 24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר