







אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: <u>151567</u>	יחידה מזמינה: <u>ביו הנדסה רפואית</u>
מהות הרכישה: <u>חוזה שרות למכשיר FACSCALIBUR E2199 במעבדה לאימונולוגיה קלינית</u>	
סכום הרכישה מטבע ספק: <u>26,250 דולר (לא כולל מע"מ)</u>	ערך בשקלים: _____
ספק פוטנציאלי: <u>בקטלאב דיאגנוסטיקה בע"מ</u>	

הוועדה התכנסה בתאריך 25.8.15 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:

 רויח שחל בן זאב	 שמעאל עמר	 עוי"ד רות פרי	 יוסי שחל
--	--	---	---

9 באוגוסט 2015

סימוכין: 02-08

לכבוד
וועדת רכישות
כאן

שלום רב,

הנדון: חוזה שרות למכשיר FACS במעבדה לאימונולוגיה קלינית

למכשיר שבנדון בעל וותק של 15 מדגם FACSCALIBUR, בעל מס' טבוע E2199, תוצרת חב' BECKTON DICKINSON (סוכן: בקטלאב דיאגנוסטיקה בע"מ) – הוחלף מחשב ושודרגה תוכנה, כדי להתאימו לצרכי המעבדה.

עקב גיל המכשיר, העובדה שכולל 2 לייזרים שעלותם גבוהה (מעל \$10,000 ליחידה) ומאחר והספק הסכים לכלול את החלפת המחשב ושדרוג התוכנה (כ – \$20,000) ללא עלות כחלק מהסכם שירות – ממלחץ לחתום על חוזה למשך 3 שנים לפי הצעתו (\$8,750 + מע"מ לשנה).

היות וחב' בקטלאב דיאגנוסטיקה בע"מ הנה נציגתו הבלעדית של היצרן בארץ (חב' BECKTON DICKINSON) ורק לה הידע וחלקי החילוף הנדרשים לבצוע התחזוקה הנדרשת – יש לראות בה ספק יחיד למקרה זה.

בברכה,

ד"ר ולנטין איינטראוב
מנהל מחלקת הנדסה רפואית