



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ועדת המכרזים המרכזית

הנדון: פטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) התקשרות עם "הוריזון ביוטק" עבור רכישת ערכות בדיקת נוגדנים לברוצלה בשיטת FPA החלטת הוועדה מיום 16/11/2015
 מסי מחלקת מכרזים: 1657/11/2015
 ח.פ. 514073667

פרוטוקול

1. בפני הוועדה בקשת היחידה לאשר לה התקשרות עם חברת "הוריזון ביוטק" זאת לצורך רכישת ערכות נוגדנים לברוצלה.
2. לפרוטוקול מצ"ב מסמכי הנמקה מאת היחידה חתומים ע"י ד"ר מנחם בנאי, להיותה של החברה כאמור ספק יחיד בנסיבות העניין.
3. ד"ר בנאי הופיע בפנינו היום והסביר כי למעשה ייחודיות המוצר גלומה בעצם שיטת הבדיקה המתאפשרת באמצעותו (שיטת FPA). בהינתן כי:
 - א. שיטה זו ייחודית עבור המכון שכן היא מגלמת לפי הסברו תכונות של מהימנות ומהירות ובהתחשב בעבודה
 - ב. קיים יצרן אחד בלבד המייצר ערכות מסוג זה
 - ג. חברת הוריזון ביוטק בע"מ הנה נציגותו הבלבדית של "היצרן בישראל".
 הרי שצירוף כל אלו מובילים למסקנה כי החברה מהווה ספק יחיד בנסיבות העניין.
4. לאור האמור והמפורט במסמכים, מאשרת הוועדה את מתן הפטור על בסיס תנאי תקנה 3 (29) כאמור בכפוף לחובת פרסום והיעדר השגות.
5. שה"כ היקף ההתקשרות הנו 63,473 ₪ כולל מע"מ. בהתאם להצעת מחיר של החברה מיום 1/11/15.
6. תוקף ההתקשרות הנו מיום חתימת הזמנת עבודה ועד ליום 31/12/2016.
7. תוקף הפטור הנו מיום קבלת החלטה זו ועד ליום 31/12/20156.
8. ההתקשרות כפופה להוצאת הזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי החתימה של המשרד.

נציג היחידה

תמיס סגן
 ס/חשבת

עוזר בידרמן אח"י
 נציג הנועץ המשפטי

אח"י דגמי
 יו"ר הוועדה

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

משרד החקלאות	החקלאות
יחידה מזמינה/מכון:	מכון וטרינרי
תאריך חוות דעת:	20.10.2015
בקשה מס' (פנימי):	

אל: ועדת המכרזים

המדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה ♦ 3(29) / □ 3(31) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: □ כן □ לא

סוג ההתקשרות:

× טובין □ שירותים □ ביצוע עבודה

שם הספק:	הורייזן ביוטק בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.ל.ע.מ/מספר עמותה)	ח.פ. 514073667
ספק זה הנו:	בלעדי (ראה מכתב מצורף)
אומץ / שווי ההתקשרות:	63,473 ₪ (כולל מע"מ)
תקופת ההתקשרות:	6 חודשים

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

רכישה של ערכת בדיקת נוגדנים לברוצלה בשיטה של Fluorescence Polarization Assay (FPA). אנחנו מבקשים אישור לרכישת 5000 בדיקות על פי הצעת המחיר המצורפת. בהמשך, יתכן ונבקש אישור רכישה לעוד 10,000 בדיקות עד לסוף ינואר 2016 (סה"כ 15,000 בדיקות).
 הבדיקה בלעדית בהיותה הומוגנית (אין צורך בשלבי טיפול כמו שטיפה, הנחוצה בשיטת בדיקה אחרת כמו ELISA). לפיכך, הבדיקה מהירה מאד ומתארת את ריכוז הנוגדנים האמיתי בדוגמה לעומת שיטת ה-ELISA שבה יתכן ותהיה שונות בהתאם לתנאי השטיפה והטיפול בבאר הנבדקת במיקרופלטה. יש לנו ניסיון בשימוש בשיטה המראה אמינות גבוהה ביותר.
 לאחרונה השו"ט פתחו בתהליך ביעור מחלת הברוצלוזיס מעדרי הצאן בנגב. על פי התכנית, נדדק לפעולה משולבת שחלקה העיקרי יגיע לביצוע רק בשנת 2016 ואילו עד לזמן האמור נצטרך לבדוק כ-15,000 ראשי צאן. כמות בדיקה כזו עולה בהיקפה על יכולת המעבדה הנכונה כיום, ולכן אנחנו נזקקים לבדיקה בשיטת FPA, שבאמצעותה נוכל לקבל תוצאות מהירות ואמינות. להנעת תהליך הביעור אנחנו מבקשים רכישה של 5000 בדיקות, ובהמשך, לאור התפתחויות בשטח יתכן ונבקש השלמת הרכישה עד ל-15,000 בדיקות.
 • למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

מגישי הצעת המחיר מצרף כתב בלעדיות לשיווק הערכה בארץ

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת (ספק יחיד/ספק חוץ)

למיטב ידיעתנו לא נמצאו ספקים אחרים בחיפוש שערכנו.

3. נימוקים והערות נוספות

אין בישראל יצרן כלשהו של הערכה הנ"ל, הערכה המבוקשת מיוצרת בחו"ל ע"י חב' ellie. חב' "הורייזן ביוטק בע"מ" הנציגה הבלעדית בארץ של חב' ellie ולכן אנו מבקשים לאשר אותה כספק יחיד.

ב"מבחן הטבעת" התברר שהערכה של הם היא הטובה והמתאימה ביותר לצרכינו. השיטה מתאימה ביותר לעבודה במעבדה היות ויש לנו מכשיר קורא FPA שהינו רובוט ומנהל את כל תהליך הבדיקה בלחיצת כפתור אחת עד לכתובת התוצאה (סה"כ 92 בדיקות במיקרופלטה אחת, יתר 4 הבארות מנוצלות להשוואה לסרום ייחוס שלילי וחיובי, בהתאמה. משך בדיקת מיקרופלטה, 92 בדיקות יחידות, כ 30 דקות. לכן, ניתן ביום אחד להשלים כ – 800 בדיקות, ובעשרים יום לכסות את 15,000 הבדיקות). התוצאה נרשמת כלוח Excel וניתנת להעברה מהירה למערכת השופטת.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר מנחם בנאי	מנהל מרכז ארצי לברוצלוזיס	ד"ר מנחם בנאי
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית