




אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 151618	יחידה מזמינה: ת"א
מהות הרכישה: (התפטר (רכישת) סליל) האוס המעכר MRI AERA (מס' 18052)	
סכום הרכישה מטבע ספק: 15,683 י"ר	ערך בשקלים: _____
ספק פוטנציאלי: סימנס ילניאל כ"ה	


הוועדה התכנסה בתאריך 3.11.15 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:


ד"ר שירי בן זור


שמואל עימר


עוי"ד רות פרי


יוסי שחר

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

29 באוקטובר 2015

סימוכין: 18-10

לכבוד
וועדת הרכישות
כאן

אדוניס נכבדים,

הנדון: החלפת (רכישת) סליל ראש במערכת MRI AERA


במחלקת רנטגן מותקנת מכונת MRI AERA, מס"ד 18652 של חבר'ת SIEMENS הכוללת סליל ראש

בלתי נפרד מהמערכת מ – 22.10.14

לאחר בדיקת התקלה ע"י אנשי שירות התברר שהסליל ראש לא תקין.

במקומה ממליץ לרכוש ולהתקין סליל ראש חדש. היות והסליל ראש הנו חלק אינטגרלי מהמערכת,

יש לראות בו השלמה למערכת הקיימת ובחבר'ת SIEMENS ספק יחיד לסליל ראש מקורי זה.

בברכה,

שמריה מוזיגאנט
מהנדס מכשור רפואי
ראש צוות מכשור רנטגן