

המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

משרד: פדראל קה סיכס	יחידה מומינת:
חדר ניתוח לב פתוח	תאריך: 12.02.2015

מדינת ישראל קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"מ מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מותג ההתקשרות (רישום המותג של היצרן / היצרנית / המעבדה)	
VASOVIEW HEMPRO	
קצירת וריד אנדוסקופית	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים _____ ביצוע עבודה _____

אי.סי.טי	שם הספק:
512336066-2952	מספר הספק
	(ח.מ./ה.ג./נ.מ. מספר שותף)
ספק חוץ _____	ספק זה הינו:
ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/>	אומדן / שווי ההתקשרות:
400,000 ₪	תקופת ההתקשרות
24 חודשיים	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).**
2. **ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).**
3. **נימוקים והערות נוספות.**

אזורי נתונים	אזורי נתונים
אזורי נתונים	אזורי נתונים
אזורי נתונים	אזורי נתונים
אזורי נתונים	אזורי נתונים
אזורי נתונים	אזורי נתונים
אזורי נתונים	אזורי נתונים
אזורי נתונים	אזורי נתונים

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרו.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית
[חתימה]	[חתימה]	[חתימה]

פרנץ אהוד רענני
 מנהל מערך ניתוחי לב
 המרכז הרפואי שיבא תל השומר מ.ר. 22189

Specifications for HP2

One system for both SVG and RA

Direct thermal energy source with 0 thermal proliferation on concave jaw side

**Proprietary, 0 degree, 7 mm minimum (low profile), extended length (40 cm at least)
endoscope**

In-line instrumentation (i.e the cutting tool and the c-ring in the same cannula)

Spot cautery patch

אותה מערכתתהיה יכולת להוצאת SGV וגם RA

חשוב מאוד עניין הפיזור הטרמי של הקואגולציה והחיתוך שלא יגיע לוריד או לעורק על מנת שלא יגרם נזק לשתל

עם סקופ 0 מעלות , ניתן להסתכל קדימה ולא למעלה , חשוב מאוד לראות לאן אתה נכנס לראות את הוריד או העורק על מנת להמנע מפגיעה בו , 7 מ"מ פרופיל נמוך , אורך 40 ס"מ יאפשר הוצאת וריד ארוך יותר ולא צריך לחתוך פעמיים

מכשיר אנטיגריי שכולל את החלק שמרחיק את הוריד או העורק מהחיתוך על מנת שלא יגרם נזק על ידי פגיעה טרמית או פיסית בו, ובנוסף הכלי של החיתוך והקואגולציה נמצא על אותו מכשיר , עניין זה מאפשר למנתח לעבוד עם יד אחת ולא צריך עוזר להוצאת הוריד בחדר נתוח

למערכת הזאת קיים Cautery שעובד על מתח ישר DC (ולא BIPOLAR) אשר ממקד את הכח החיתוך במוקד ולא מפזר את החום מעבר למוקד בכלל , הדבר שומר על השתל שלא יפגע