

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(בג"א) ה"ח שיבא
יחידה מזמינה:	" 31313
תאריך:	30/03/15

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומיקום התקשרות / חשירות / העבודה)
הכ"ס - רכישת אבזורים לחדר
ס'יון - טלפון

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן X לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

שירותים _____ טובין T
ביצוע עבודה _____

שם הספק:	811 - 111
מספר הספק (ח.מ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמדת)	511389985 - 1728
ספק זה הינו:	ספק יחיד <u>✓</u> / ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	17494 ש"ח " + אל"א "
תקופת ההתקשרות	12 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

23 במרץ 2015
מספרנו: יש/2015-0149
תיק: 1139, 7001, 4503

לכבוד
מר ברונו לביא
כ א נ

נכבדי,

הנדון: חו"ד לרכישת מכשיר לבדיקת סינון שמיעה ביילודים

בדיקת TEOAE מהווה בדיקת פלט אקוסטי המבוססת מזה שנים בביה"ח על טכנולוגיה של חב' OTODYNAMICS. המשמעות של השימוש בטכנולוגיה זו הינו בקיום רצף של נתונים בפורמט ספציפי שהצטברו במשך השנים.

על מנת לאפשר המשך שימוש במאגר הנתונים בפורמט הקיים נדרש להמשיך ולהשתמש בטכנולוגיה זו.

מעבר למאגר הנתונים קיימת פרוצדורת בדיקה שגם היא מבוססת על טכנולוגיית היצרן משך שנים ואשר משמשת גם את סקר היילודים בקמפוס.

כל הנתונים שהצטברו מצויים ברמת DATABASE ספציפי ולא ניתן ליישם ליצרן חלופי.

מסקנה - על מנת לאפשר המשך השימוש חובה להמשיך בטכנולוגיית חב' OTODYNAMICS.

בסימוכין מבהירות דר' הנקין, דר' שטראוס ודר' ארי-אבן רוט הצורך החיוני בהחלפת המכשור הקיים עקב היותו מיושן מאוד, מסורבל וללא יכולת תמיכה של היצרן עקב גילו והתיישנותו. שני המכשירים הקיימים נרכשו בשנים 2001 ו-2007. עלויות הטיפול גבוהות עקב הכרח בעבר לטפל בכל המגברים ולהחליף המחשבים בכל מכשיר.

אכן קיים צורך וצדק רב בהחלפת הקיים אשר בנוסף יקצר משמעותית את משך זמן הבדיקות (AABR+TEOAE).

רצ"ב הצעת חב' OTODYNAMICS באמצעות חב' למיאופ לרכישת דגם OTOPORT SCREENER HANDHELD בתוספת קורא-ברקוד ייעודי ומודול לבדיקות AABR (כל מרכיבי ההצעה).

מאחר וכאמור יש לשמור על אחידות בדיקת ה-OAE בטכנולוגיית OTODYNAMICS כמפורט לעיל, יש לראות יצרן זה ונציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה.

2015/03/23



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

למען הסר ספק לא ניתן לקשר בין הטכנולוגיה הקיימת שהוכיחה עצמה מעל לכל ספק עם טכנולוגיה חלופית.

הבהרה: ההצעה אינה כוללת חומרה (מחשב) שיסופק ממאגר ביה"ח במידת הצורך.

ההזמנה תכלול כמות של 2 יח' עבור מח' יונקים ועבור מכון השמיעה.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד וכן ספרי שרות והפעלה.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתקים: דר' י. הנקין
דר' צ. שטראוס
דר' ד. ארי-אבן רוט