

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

קרן מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה ___ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הסוג / השירות / העבודה)
רביע אפסיקאי זקאסוקי HDR

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

X טובין שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	רביע אפסיקאי
מספר הספק (ת.ס. / ת.צ. / ג.מ. / מספר גמותה)	רביע אפסיקאי - 63660 - 514869947
ספק זה הינו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	32,100 י"ח + אג"ח
תקופת ההתקשרות	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

6 באפריל 2015
מספרנו: יש/2015-0179
תיק: 7002

לכבוד
מר ברנו לביא
כאן
נכבדי,

הנדון: מכון אונקולוגי/ברכיטרפיה -
חוו"ד לרכישת אפליקטור גניקולוגי HDR

דוא"ל מיום 29.12.14, 31.3.15

בשימוש היחי' לברכיטרפיה אפליקטורים מסוג Tandem & Ring ו-Flacher באמצעותם מתבצעת הקרנה תוך גופית בנפח קטן.

עקב בעיות דוזימטריות של התפלגות מנת הקרינה באפליקטורים הקיימים, קיים צורך במציאת אפליקטור עבור צוואר הרחם, אשר יאפשר קיבוע טוב יותר תוך פיצול מנת הקרינה, על מנת למנוע פגיעה באזורים סמוכים לאזור ההקרנה מחד-גיסא, ועל מנת לאפשר אופציות הקרנה טובות יותר לכיסוי נפח ההקרנה בעת הצורך, כגון שימוש במחטים ויכולות ביצועים טובים יותר של תכנוני הקרינה.

במסגרת כנס ASTRO בארה"ב נחשף דר' אלעזרא לאפליקטור דגם SPLIT-RING בו המבנה הינו באמצעות פיצול טבעתי הנותן מענה לנדרש. האפליקטור מחובר לקטטר וממנו למכשיר ההקרנה HDR (High Dose Rate) בו עוצמת מקור הקרינה הינה 10curi (עוצמה גבוהה).

האפליקטור תואם ל-CT, ל-MRI ועשוי מטיטניום והינו אביזר מיכני בעל מבנה של פיצול טבעתי הנותן לו את היתרונות המתוארים לעיל.

מדובר במוצר מתוצרת חב' MICK Radio-Nuclear Ins.Inc ארה"ב התואם לכל המערכות הקיימות בעולם ובכללן למערכות מתוצרת VARIAN GammaMed/VariSource. מדובר בדגם בעל מסק"ט יצרן 0605.

מומלץ לממש הצעת חב' לביא נציגת היצרן בארץ.

לנוכח העובדה כי אין יצרן חלופי למוצר שהינו חדשני מאוד, ניתן לראות היצרן ונציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה.

יש לדרוש תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעה

העתק: דר' דרור אלעזרא