

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

		שם הספק:
		מספר הספק
		(ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)
		ספק זה הינו:
		אומדן / שווי ההתקשרות:
		תקופת ההתקשרות

קמ'ס'ע'מ

511287739

- 2151

ספק חוץ _____

ספק יחיד

"אמ"א" רונס

17846



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

11 במאי 2015
מספרנו: יש/2015-0239
תיק: 1120-16,7014

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: מכון ריאות – חו"ד לרכישת מוניטור למדידת PCO2

תכתובת מאפריל ומאי 2015

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 1 יח'.
2. מדובר במוניטור המאפשר מדידה מתמשכת בלתי חודרנית של הלחץ החלקי של דו תחמוצת הפחמן בדם. כמו כן מודד המכשיר סטורציה, גל סטורציה וקצב לב. מדידת PCO2 מתבצעת בעזרת אלקטרודה PH זעירה בהתאם לעיקרון SEVERINGHAUS.
3. להלן תכונות המכשיר:
 - א. מדידת PCO2 בתחום 0-200mmHg (0-26.67KPa) ברזולוציה של 0.1mmHg (0.1KPa).
 - ב. מדידת SpO2 בתחום 1-100% ברזולוציה של 1%.
 - ג. מדידת קצב לב בתחום 30-250bpm ברזולוציה של 1bpm.
 - ד. אתרעות לגבי כל הפרמטרים הנמדדים.
 - ה. אפשרות לייצוא נתונים.
 - ו. אפשרות לשמירת נתונים עד 12 יום.
 - ז. סוללה נטענת המאפשרת ניטור עד 6 שעות.
 - ח. זינה – 230V/50Hz.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

4. מומלץ לממש הצעת מחיר, של חב' קלינטיקה, מיום 13.4.15, לדגם SDM תוצרת SENTEC, לפריטים 1,2,3,4 ולמתכלים פריטים 12, 13, 14, 17, 18 (בהתאם להתייחסות דר' שולימזון מיום 7.5.15).

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.

5. יש לשים לב להתייחסות דר' שולימזון מיום 3.5.15 לגבי התחייבותו לטפל במכשיר כמשתמש קצה בהתאם להנחיות היצרן, התחייבות שיש לה משנה תוקף לנוכח העובדה כי מכשיר שנרכש עבור שיקום נשימתי הושבת עקב חוסר יכולת הצוות לעמוד בהנחיות היצרן למשתמש הקצה.

6. לצוות לא ידוע על יצרן נוסף שלו מכשיר תואם לדגם המבוקש.

ב ב ר כ ה ,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעה

העתק : דר' ט. שולימזון