

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	(וקריאל ק"ח ל"א)
יחידה מזמינה:	סקר י"ל י"א
תאריך:	15.07.15

קרון מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
ר"ע - רפואה כללית
800 קטגוריה 1000
Water - מים

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X      שירותים \_\_\_\_\_      ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	1010
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	514683769 - 53993
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	7000 \$
תקופת ההתקשרות	





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

13 ביולי 2015  
מספרנו : יש/0384-2015  
תיק : 1207-2, 7010

לכבוד  
מר ברנו לביא  
כאן

נכבדי,

**הנדון : סקר יילודים –**  
**חוו"ד לרכישת מכלל הזנה אוטומטי לספקטרומטר תוצרת WATERS**

דוא"ל מיום 8.7.15

בשימוש סקר יילודים המכשיר שבנדון דגם ACQUITY UPLC CH-A, מס' סד' K14CHA808G מיום 28.10.2014.

המכשיר נרכש עם טעינה ידנית של פלטות המאפשרת הזנה של 2 פלטות בו-זמנית (עקב חוסר תקציב לרכישת המזין האוטומטי).

צרכי המעבדה מחייבים הרצת כמות של 17 פלטות ליום ולפיכך נדרש מזין אוטומטי שיאפשר הפעלת המערכת ללא הפסקה ומסביב לשעון.

רצ"ב הצעת נציגות היצרן בארץ אותה יש לממש.

מאחר וקיים הכרח ברכישת הפריט מיצרן המכשיר, על מנת לאפשר את חיבורו למכשיר, ניתן לראות היצרן WATERS ספק בלעדי לרכישה.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים מיום הקליטה במעבדה.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעה

העתק : דר' שלמה אלמשנו