




אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: <u>151533</u>	יחידה מזמינה: <u>מ"ר</u>
מהות הרכישה: <u>הואג - טכניקה ל"ב CO2 למש"ר אקראית</u>	
סכום הרכישה מטבע ספק: <u>66000 ₪</u>	ערך בשקלים: _____
ספק פוטנציאלי: <u>ספק רול-מזן גז</u>	

הוועדה התכנסה בתאריך 18.6.15 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:

 רמי שור	 שמואל עמר	 עו"ד רות פרי	 יוסי שור
--	--	--	---

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

31 במאי 2015

סימוכין: 15-05

לכבוד
וועדת רכישות
כאן

שלום רב,

הנדון: החלפת שפורפרת לייזר CO2 למכשיר ACUPULSE במרפאת עור

בבדיקה שנערכה נמצא שיש צורך להחליף שפורפרת לייזר ושנאי מתח גבוה למכשיר לייזר CO2 של מרפאת עור.
המכשיר עבד בצורה תקינה עם פריטים אלו מעל שנתיים וחצי כמקובל במוצע למכשור זה.

היות וחב' SPECTRO-MED חנה ספק המערכת ולה בלבד יש חלקי החילוף והידע היחודיים הנדרשים לטפול
במכשור, ממליץ לראות בה ספק יחיד למקרה.

בברכה,

ד"ר ולנטיין
מנהל מחלקת הנדסה רפואית
וינטראוב