

משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני  
המחלקה למכרזים

דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250 טל': 03-9683774 פקס: 03-9683795

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 14.12.2015

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.


מכרז מס': 14/2015


נושא: אספקת מערכת ספקטרומטרית FTIR עבור המכוון להנדסה חקלאית במינהל.


מועד אחרון להגשה: 17.12.2015 עד השעה (12:00)


• הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>  
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/923.aspx>

מס	חשבונית המכרז	פירוט השאלה	תשובה
1.	מפרט טכני A7 סעיף 3	האם יש לכלול בנוסף למדחס ומחולל אויר גם automated purge shutters ?	כן

 מוטי ניר  
 חבר ומ"מ יו"ר  
 הועדה

 גלעד שמידה  
 חשב המינהל

 עייל בן-דוד  
 יועצת משפטית

 אמיר גורן  
 יו"ר הועדה

שם המציע חותמת וחתימה