

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250 טל': 03-9683774 פקס: 03-9683795

1.12.2015

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 3.12.2015

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 15/2015

נושא: אספקת מכשיר מיקרוסקופ קונפוקלי סורק עבור המכון למדעי הצמח במינהל המחקר החקלאי
מועד אחרון להגשה: 10.12.2015 (עד השעה 12:00)

* הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>
 ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/923.aspx>

מס"ד	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1.	סעיף 7(א)-4 תת סעיף א	בסעיף 7(א)-4 תת סעיף א. - האם ניתן להסתפק במרחק עבודה של 0.29 מ"מ ?	כן. תנאי הסף הינו מרחק עבודה של לפחות 0.28 מ"מ כך שכמובן ש 0.29 מ"מ אכן מספק.
2.	סעיף 7(א)-4 תת סעיף ג.	בסעיף 7(א)-4 תת סעיף ג. - האם ייתכן כי הכוונה בסעיף זה הייתה לאובייקטיב <u>אוויר</u> 40X?	לא. הכוונה הייתה והינה לאובייקטיב מים וזאת בהתאם לצרכים המדעיים שלנו (רוב הדוגמאות שלנו הינן בסביבה מימית).
3.	סעיף 7(א)-8	בסעיף 7(א)-8 – האם ניתן לפרט איזה ספקטרום ותוך כמה זמן תהיה מסוגלת המערכת לבצע סריקה עם הפרדה כזו?	כל ספקטרום יתקבל ובלבד שיענה על הנדרש בסעיף 7(א)8 (הפרדה בין אורכי גל קרובים – עד 10 ננומטר).

מוטי ניר
חבר ומ"מ יו"ר
הועדה

גלעד שמיר
חשב המינהל

עו"ד ד"ר עמי הלוינג
יועצת משפטית

אמיר גנאור
יו"ר הועדה

שם המציע חותמת וחתימה