

התייחסות בגוף המכרז או הנספחים	התייחסות	נוסח השאלה	סעיף אולי מתייחסת השאלה
לא רלוונטי	רשימת המכשור הרפואי היא כפי שצורפה למכרז, ואין בה שינוי. בפרט מנוף נדרש לשירות תחזוקה שנתית. אין חובה להגיש הצעות לכל הקטגוריות.	עריסל למנוף מוגדר כפריט מתכלה ולא בר תיקון, על כן יש להוציא מרשימת המכשירים נשואי השירות.	טבלה מס' 1 רשימת ציוד רפואי בקטגוריית מכשירים וציוד להרמה ושינוע כללי
לא רלוונטי	כל המכשירים נכנסים לשירות מיד עם תחילת תקופת ההתקשרות. ככלל, המכשירים נמצאים תחת תחזוקה שוטפת.	מהי תקופת ההכשרה במהלכה ייבטן סטטוס המכשירים בכדי לקבוע נקודת מוצא והבאת המכשירים לכדי תקינות המתחייבת כנקודת מוצא לחסכם זה	במידה ונדרשת תחזוקה למכשירים שאינם נתמכים עוד ע"י היצרן, אזי יש להחליטם ולציין כי עבורם חספק יבצע מאמצים לאיתור חלפים ולתיקון. אולם אינו יכול להתחייב לשמירת תקינותם.
הנוסח עודכן בסעיף ד.5. להסכם, במסמכי המכרז המעודכנים	<p>5. חלפים</p> <p>5.1. חספק מתחייב להחזיק תמיד מלאי מספיק של חלפים לצורך ביצוע כל הטיפולים השוטפים, התחזוקה המונעת, התקינה השנתית וכי"ב צרכי התחזוקה השוטפת.</p> <p>5.2. מכשיר אשר היצרן אינו מייצר ואו משווק עוד חלפים שמתאימים לו; במקרה כזה – חספק יעשה את כל המאמצים כדי לאתר חלפים.</p> <p>5.3. למען חסר ספק, המזמין רשאי לספק חלפים לכל מכשיר שהוא ברשימת המכשור הרפואי כפי שתהיה בעת הרלוונטית, ועל חספק יהיה להתקינו. תיקון או תחזוקה שוטפת שיתבצע באמצעות חלפים שנרכשו מספק אחר ע"י המזמין, לא יהוו תירוץ לביצוע עבודה שאינה מושלמת.</p>	חשוב להבהיר כי פרק הזמן שיידרש ללקוח למתן מענה בדבר המשך טיפול במכשיר שבדאיות תיקונו מוטלת בספק, וזאת לאחר המלצת חספק, לא תיכלל במניין הימים הנזקפים לתקופת תיקון התקלה	נספח ג - מפרט השירות
התווסף סעיף קטן 4.3. במפרט השירות, במסמכי המכרז המעודכנים	פרק הזמן ממועד העברת הצעת מחיר התומה ועד למועד העברת הזמנת עבודה מתאימה לא ייחשב במניין הזמן שדרש לביצוע העבודה.	חשוב להבהיר כי פרק הזמן שיידרש ללקוח למתן מענה בדבר המשך טיפול במכשיר שבדאיות תיקונו מוטלת בספק, וזאת לאחר המלצת חספק, לא תיכלל במניין הימים הנזקפים לתקופת תיקון התקלה	נספח ג - מפרט השירות

לא רלוונטי	לא רלוונטי. חספך ייתן את השירות בהתאם לדרישות המכרז.	טיפול במכשיר תחת אחריות ע"י צד ג', שלא מכר או שיווק את המוצר, במהלך תקופת האחריות עלול להוביל לאבדן אחריות היצרן ובשל כך גורר עלויות אחזקה שלא לצורך, לרבות החלפת תלפים שניתן להחליפם ללא כל עלות במהלך תקופה זו. על כן, חשוב שספק המכשיר (שאינו הספק לתכולת העבודה כמוגדר במכרז זה) ימשיך מתן השירות עד לתום תקופת התחייבותו אל מול המוסד הרפואי.	כללי
לא רלוונטי	לא רלוונטי. חספך ייתן את השירות בהתאם לדרישות המכרז.	הסעיף מקובל בהסתייגות הבאה: על המזמין לעדכן את חספך במועד התימת החסכס אודות מכשירים המוחלט עליהם תקופת אחריות אשר עתידה להסתיים במהלך שנת החסכס הראשונה. כפי שצויין בשאלה מספר 5, מכשירים בתקופת האחריות יסופלו ע"י המשווק ממנו נרכשו, כך שלספק חסכס זה תהיה תקופת היערכות לקליטת המכשירים במסגרת החסכס.	כללי
לא רלוונטי	המכשיר נדרש להיות זהה לאילו שבשימוש בבית החולים, ומתאים לצרכים עליהם ענה המכשיר המקולקל, הכל בהתאם לאישור המפקח מטעם המרכז הרפואי.	מבוקש להגדיר "מכשיר חלופי" כמכשיר אשר דומה במאפייניו למכשיר התקול, שכן ביכולתו של כל אחד מהספקים להעמיד לרשות הלקוח מכשירים אותם הוא משווק. בנוסף, חלק מהמכשירים המצויים בשימוש הלקוח אינם מיוצרים עוד ואינם משווקים, כך שלא ניתן לעמוד בדרישה זו.	נספח ג - מפרט השירות
לא רלוונטי	המזמין אחראי, כמו ביחס לכל מכשיר בהסכס השירות, על שבר או על קלקול שנוצר כתוצאה משימוש בניגוד ליעוד.	בהתבסר מכשיר חלופי, אחריות שמירת תקינותו של המכשיר, לרבות נזק, מוטלת על הלקוח. התייחסות הספק אל מכשיר זה מבחינת טיפול מונע ותיקון בעת קלקול, תהיה זהה כאחריות הספק למימוש העבודה בהתאם להסכס זה.	נספח ג - מפרט השירות
לא רלוונטי	לא מקובל. ניתן לעדכן במסגרת השוטרף כי המכשיר נשאר במלאי.	היה ויימצא צד ג' לתיקון מכשיר שכדאיות תיקונו הוטלה בספק, מבקש לעדכן את חספך טרם אישור התיקון ע"י צד ג'.	נספח ג - מפרט השירות
לא רלוונטי	הוגדר במכרז מפקח מטעם המזמין, והוא אחראי לניהול ההתקשרות, לרבות מינוי אנשים מטעמו.	בכדי שההתקשרות תהיה יעילה ככל הניתן, עפי שמוגדר מנהל החסכס ע"י הספק, חשוב לקבוע מנהל ההתקשרות מטעם המזמין והוא אשר יוכל להפעיל את מנהל השירות ככל שיתדרש. פניות שבשגרה לדיווח אודות תיקונים ותיאום טיפולים יתבצעו אל מול מוקד השירות הטכני כמתואר בנספח ג' סעיף 9	נספחים ג ו-ה - נספח השירות והסכס והתקשרות
תנוסה עודדכן בסעיף ז', להסכס, במסמכי המכרז המעודכנים	נכון	חסרה המילה הוספה "בעבור גרועה או הוספה של מפשר"	נספח ה, סעיף ז'
לא רלוונטי	לא מקובל.	מבוקש להוסיף כי המזמין לא יתנגד לשינוי כאמור אלא מטעמים סבירים ומנומקים.	נספח ה, סעיף 6.ד

לא רלוונטי	לא מקובל.	מבוקש להוסיף כי בקשה כאמור תותנה במתן נימוקים סבירים.	נספח ה, סעיף 6.ד
לא רלוונטי	לא מקובל.	מבוקש להבהיר כי בקשר עם הארכת החסכם, יותנה בכך שהספק ימשיך לשמש נציגו של היצרן הרלוונטי בתקופה זו.	נספח ה, סעיף ו'
לא רלוונטי	לא מקובל.	מבוקש להוסיף כי גם לספק זכות ביטול בכפוף להודעה מוקדמת בכתב של 60 יום (ללא סיבה), וכן במקרה של הפרה מהותית של המזמין שלא תוקנה בתוך 7 ימים מקבלת התראה בכתב מהספק.	נספח ה, סעיף ו'
לא רלוונטי	לא מקובל.	מבוקש כי קיזוז יהיה בהודעה מראש ובכתב לספק ובגין סכומים קטנים ומוכחים בלבד.	נספח ה, סעיף כ'
הנוסח עודכן בסעיף כ"ב להסכם, במסמכי המכרז המעודכנים	14 יום.	מבוקש כי הזמן לתיקון ההפרה יוארך ל-14 יום. כמו כן, מבוקש כי ביטול החסכם על ידי המזמין על פי סעיף זה יהיה כפוף להפרה מהותית של הספק.	נספח ה, סעיף כ"ב
לא רלוונטי	לא מקובל.	ביחס לכל סעיפי האחריות והשיפוי שבחסכם וננספחיו בנוסח מבוקש להבהיר כי: א. אין באמור במי מסעיפי האחריות בהסכם כדי להטיל על הספק ומי מהבאים מטעמו אחריות מעבר לאחריות המוטלת עליהם על פי דין וכי אין באמור בהם כדי לפטור את המזמין ו/או ניזוק כלשהו, והבאים מטעמם של הני"ל מאחריות המוטלת עליהם על פי דין. ב. חובת השיפוי/פיצוי המוטלת על הספק הנה החובה לשפות את המזמין בגין סכומים שהמזמין יחויב לשלם על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו בעקבות תביעה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש להם אחראי הספק על פי דין ובלבד שהמזמין הודיע לספק על התביעה ו/או הדרישה תוך זמן סביר מקבלתה, אפשר לספק להתגונן מפניה ושיתף עמו פעולה בהתגוננות כאמור.	נספח ה, סעיף ט"ו

לסעיף הביטוח בהסכם ולנספח הביטוח
ההתייחסות של עורך המכרז מסומנת באדום

מבוקש כי:	יג1(4)
א. המילה "נטעו" תחלף עם המילה "נקבעו" – נדחה	התייחסות לסעיף הביטוח
ב. לאחר המילים: "קבלים, קבלני משנה עובדיהם שבשירותו" יירשם: "היה והספק ייחשב כמעבדים" - נדחה	יג2- התייחסות לסעיף הביטוח
מבוקש כי:	
א. בסעיף 2.5 – תבוא הסיפא: "למעט רכוש עליו עובדים במשרתי". נדחה	יג3- התייחסות לסעיף הביטוח
ב. בסעיף 2.6 – תבוא הסיפא: "למעט רכוש עליו עובדים במשרתי". נדחה	
מבוקש כי:	
א. בסעיף 3.1 המילים: "חבות הצרף" תמחקנה. נדחה	
ב. בסעיף 3.1 המילה: "בהתאם" תחלף עם המילה: "בקשר". נדחה	יג4- התייחסות לסעיף הביטוח
מבוקש כי:	
א. המילים: "או כל הסיווגים בהתאם לאופי הציד" – תמחקנה. נדחה	
ב. סעיף 4.2 ימחק. נדחה	יג5- התייחסות לסעיף הביטוח
מבוקש כי:	
א. בסעיף 5.2 לאחר המילים: "וע"י אחד הצדדים" יירשם: "במשך תקופת הביטוח". נדחה	
ב. בסעיף 5.2 במקום: "60" יבוא: "30" נדחה	
ג. בסעיף 5.9 המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" תמחקנה ובמקומן יירשם: "ולעניין ביטוח חבות המוצר גם למשך תקופה נוספת של 36 חודשים לאחר מכן". נדחה	
ד. בסעיף 5.9 המילה: "שבועיים" תמחק. נדחה	
מבוקש כי המילים: "על פי מכרז" תוחלפה במילים: "בקשר עם". מאושר	הפסקה הראשונה
מבוקש כי המילים: "יאל נפתח מסד" תוחלפה במילים: "בסד". מאושר	התייחסות לנספח הביטוח
כללי ביחס לגבולות האחריות שנתבקשו התייחסות לנספח הביטוח	

<p>מבוקש כי:</p> <p>א. בסעיף 5 תבוא הסיפא: "למעט רכוש עליו עובדים במישרין". נדחה. יחד עם זאת וכחלופה, יתקבל תוספת המלל הבא בסיפא הסעיף: "למעט פריט הרכוש עליו עובדים במישרין".</p> <p>ב. בסעיף 6 תבוא הסיפא: "למעט רכוש עליו עובדים במישרין". נדחה. יחד עם זאת ותוספת המלל הבא בסיפא הסעיף: "למעט פריט הרכוש עליו עובדים במישרין".</p> <p>ג.</p>	<p>ביטוח אחריות כלפי צד ג' התייחסות לנספח הביטוח</p>
<p>מבוקש כי:</p> <p>א. בסעיף 1 – המילה: "והיצרן" תמחק. מאושר</p> <p>ב. בסעיף 1- המילה: "בהתאם" תוחלף עם המילה: "בקשר". מאושר</p> <p>ג. בסעיף 5 - המילה: "לפחות" תמחק". מאושר</p> <p>לאור המקובל בשוק הביטוח מבוקש כי:</p> <p>א. לאחר המילים: "ביטול הביטוח" יבוא: "במשך תקופת הביטוח"; נדחה</p> <p>ב. במקום: "60" יבוא: "30". נדחה</p>	<p>ביטוח חבות מוצר התייחסות לנספח הביטוח</p> <p>כללי – סעיף 8 התייחסות לנספח הביטוח</p>
<p>א. כי הספק עורך ביטוח אחריות כלפי צד ג' וביטוח חבות מוצר במסגרת ביטוח חבויות משולב AIG GGL 09/05 ניתן לערוך ביטוח אחריות כלפי צד ג' וביטוח חבות מוצר במסגרת ביטוח חבויות משולב, ונתאי שאגבול האחריות המצטבר לא יפחת מסך של 3,500,000 דולר ארדי"ב למקרה ולתקופת ביטוח. כמו כן, נתאי AIG 09/05 GGL לא יתקבלו במקום נתאי "פוליסת נוסח ביטי".</p> <p>ב. תבוא הסיפא: "אין הנוסח המקביל לו אצל אותו המבטח במיוחד עריכת הביטוח לרבות 09/05 (GGL) נדחה</p>	<p>סעיף 13 התייחסות לנספח הביטוח</p>