

מדינת ישראל

המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

מכרז פומבי מס' 151485

התקשרות לרכישת

ניידות רנטגן דיגיטאליות לצילומים

המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

מכרז פומבי מס': 151485

התקשרות לרכישת ניידות רנטגן דיגיטאליות לצילומים

הודעה

1. המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן: "המרכז הרפואי ת"א") מזמין בזאת הצעות לרכישת ניידות רנטגן דיגיטאליות לצילומים.
2. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום בסך של 400 ש"ח (שלא יוחזר) ביחידת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה (1-) בימים א'-ה' בין השעות 10:00 - 13:30.
3. את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע, יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' 151485 לתיבת המכרזים הנמצאת ביחידת המכרזים במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה (1-) עד ליום 28.5.15 בשעה 12:00.
4. המציע נדרש להגיש את הניידות להדגמה לא יאוחר מ- 7 ימים ממועד הגשת המכרז. באחריות המציע לתאם את ההדגמה עם הגורם המקצועי - אברהם אוסלנדר בטל': 03-6973206, 052-4266621 אלא אם ניתן פטור על ידי הגורם המקצועי עקב הכרות קודמת. המציע יקבל אישור מהגורם המקצועי במרת"א על ההדגמה. אם לא יינתן פטור מהדגמה על ידי הגורם המקצועי, ולא תבוצע הדגמה על ידי המציע, ההצעה תיפסל (הצעה שלא עומדת בכל תנאי המכרז, תנאי סף 5 ז').
5. **תנאי הסף / המוקדמים להשתתפות במכרז הינם:**

א. ערבות בנקאית או המחאה בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה של 25,000 ש"ח. הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית בתוקף ליום 28.8.15, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תיפסל על הסף ותגרום לפסילת ההצעה.

המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת המזמין, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך 90 יום.

ב. קיום אישור אמ"ר בר תוקף, או הגשת אסמכתא לבקשה לאמ"ר ואישור FDA ו/או CE. במידה ועד חודש ממועד הגשת ההצעה או עד למועד אספקת המוצר לפי הנסיבות ושיקול ועדת מכרזים לא יוגש אישור האמ"ר, תהיה רשאית הועדה לפסול את ההצעה ולבחור בהצעה אחרת.

ג. תקן בינלאומי לתאימות אלקטרומגנטית IEC-60601-1-2

ד. עמידת ההתקן האלחוטי בסעיפים הבאים:

(1) תמיכה בתדרים: IEEE 802.11b/g/n (אוו' תמיכה בתדר: IEEE 802.11a/ac).

(2) מלבד הקליינט האלחוטי המתחבר לרשת ארגונית, לא יהיה שום רכיב אלחוטי פנימי אחר.

(3) כרטיס הרשת האלחוטי צריך לתמוך בהזדהות חזקה IEEE 802.1x PEAP/TLS.

- ה. קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
- ו. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל (המציע ימציא אישור עו"ד או רו"ח לאימות האמור לעיל).
- ז. עמידה מלאה במפרט הטכני (נספח ג') ובדרישות המכרז ללא יוצא מן הכלל.
- ח. צרוף טופס חתום להתחייבות המציע - נספח ד'.
6. ההצעות אשר תענינה על התנאים המוקדמים / תנאי הסף, תיבחנה על ידי צוות מטעם המזמין לנושא האיכות ורק הצעות שיזכו לציון מעבר של 80 לפחות במרכיבי האיכות ישוקללו עם המחיר.
7. מציע אשר לא ימלא את כל פרטי ההצעה - נשמרת לועדת המכרזים הרשות שלא לדון בהצעה.
8. אין המרכז הרפואי ת"א מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
9. את מסמכי המכרז ניתן לראות בקישור הבא :
- <http://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx>
10. לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות ליחידת המכרזים בטלפון מס': 03-6974883, פקס: 03-6974666

במקרה של סתירה בין נוסח המודעה לבין תוכן מסמכי המכרז תינתן עדיפות לאמור במסמכי המכרז.

בכבוד רב,

הלוי יורם

מנהל יחידת מכרזים

לוטים :

- נספח א' - תנאי המכרז
- נספח ב' - טופס הגשת הצעה (חלק א') + הצעת מחיר (חלק ב') + תנאים מיוחדים
- נספח ג' - מפרט טכני ודרישות
- נספח ד' - התחייבות המציע
- נספח ה' - אישור הגורם המוסמך על הדגמה והתאמת המוצר
- נספח ו' - תשקיף משתתף
- נספח ז' - 3 דפי תנאים כלליים להספקת טובין
- נספח ח' - ערבות בנקאית
- נספח ט' - הנחיות לגבי הנחות
- נספח י' - אישור רוי"ח המאשר "טובין מתוצרת הארץ" (אם רלוונטי)
- נספח יא' - הצהרת סודיות ללא פגות תוקף

מכרז פומבי מס' 151485

1. המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן: "המרכז הרפואי ת"א") מזמין בזאת הצעות לרכישת ניידות רנטגן דיגיטאליות לצילומים.
2. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום בסך של 400 ש"ח (שלא יוחזר) ביחידת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה (1-) בימים א'-ה' בין השעות 10:00 - 13:30.
3. את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע, יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' 151485 לתיבת המכרזים הנמצאת ביחידת המכרזים במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה (1-) עד ליום 28.5.15 בשעה 12:00.
4. המציע נדרש להגיש את הניידות להדגמה לא יאוחר מ- 7 ימים ממועד הגשת המכרז. באחריות המציע לתאם את ההדגמה עם הגורם המקצועי - אברהם אוסלנדר בטל': 03-6973206, 052-4266621 אלא אם ניתן פטור על ידי הגורם המקצועי עקב הכרות קודמת. המציע יקבל אישור מהגורם המקצועי במרת"א על ההדגמה. אם לא יינתן פטור מהדגמה על ידי הגורם המקצועי, ולא תבוצע הדגמה על ידי המציע, ההצעה תיפסל (הצעה שלא עומדת בכל תנאי המכרז, תנאי סף 5 ז').
5. **תנאי הסף / המוקדמים להשתתפות במכרז הינם :**

א. ערבות בנקאית או המחאה בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה של 25,000 ש"ח. הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית בתוקף ליום 28.8.15, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תיפסל על הסף ותגרום לפסילת ההצעה.

המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת המזמין, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך 90 יום.

ב. קיום אישור אמ"ר בר תוקף, או הגשת אסמכתא לבקשה לאמ"ר ואישור FDA ו/או CE. במידה ועד חודש ממועד הגשת ההצעה או עד למועד אספקת המוצר לפי הנסיבות ושיקול ועדת מכרזים לא יוגש אישור האמ"ר, תהיה רשאית הועדה לפסול את ההצעה ולבחור בהצעה אחרת.

ג. תקן בינלאומי לתאימות אלקטרומגנטית IEC-60601-1-2

ד. עמידת ההתקן האלחוטי בסעיפים הבאים :

(1) תמיכה בתדרים : IEEE 802.11b/g/n (אוו) תמיכה בתדר : IEEE 802.11a/ac).

(2) מלבד הקליינט האלחוטי המתחבר לרשת ארגונית, לא יהיה שום רכיב אלחוטי פנימי אחר.

(3) כרטיס הרשת האלחוטי צריך לתמוך בהזדהות חזקה 802.1 PEAP/TLS.x

ה. קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו (1976) (5).

ו. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל (המציע ימציא אישור עו"ד או רו"ח לאימות האמור לעיל).

- ז. עמידה מלאה במפרט הטכני (נספח ג') ובדרישות המכרז ללא יוצא מן הכלל.
- ח. צרוף טופס חתום להתחייבות המציע - נספח ד'.
6. ההצעות אשר תענינה על התנאים המוקדמים / תנאי הסף, תיבחנה על ידי צוות מטעם המזמין לנושא האיכות ורק הצעות שיזכו לציון מעבר של 80 לפחות במרכיבי האיכות ישוקללו עם המחיר.
7. הצעתכם תהיה בתוקף לפחות 3 חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעה.
8. על המציע לצרף את כל מסמכי המכרז חתומים ולצרף את כל האישורים הנדרשים. אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז, עלולים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון בועדת המכרזים.
9. ההצעה תיבחן על ידי גורמים מקצועיים במרת"א ותובא לדיון ענייני בועדה רק בתנאי שתאושר על ידי גורמים אלו.
- הועדה תפסול הצעה ו/או פריטים בהצעה אשר המומחים המקצועיים במרת"א לא אשרו את התאמתם לצרכים.
10. מצ"ב מפרט טכני ודרישות המהווה חלק בלתי נפרד ממרכז זה.
11. אין אנו מתחייבים לקבל את ההצעה שקבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא או כל חלק ממנה. ביה"ח יהא רשאי לפצל את ההזמנה בין כמה מציעים, לבטל וכן להרחיב ולצמצם את היקף המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות וארגוניות ו/או מחמת נסיבות שאינן בשליטתו ו/או סיבות אחרות לפי שיקול דעתו ו/או לעכב ביצוע המכרז ו/או חלקים ממנו. במקרה כזה למציע לא תהיינה כל טענות נגד המזמין.
12. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להחליט כי הצעה הסוטה בשיעור מהותי מהאומדן הכספי המוקדם שלה, לא תוגש לבדיקה ולדיון בפניה. הועדה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לפסול הצעות אשר חורגות מהאומדן בסביבות $\pm 25\%$.
13. ביה"ח לא יישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת המכרז ו/או הגשתו, ו/או אי זכייתו, ו/או ביטולו.
14. תקופת ההתקשרות היא לשנה. ביה"ח יהא רשאי להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות וכן יהא רשאי להגדיל או להקטין את הכמויות בגבולות של $\pm 30\%$.
15. היה והתברר תוך כדי שימוש בפריטים השונים, עד שלושה חודשים מהתחלת השימוש בהם, במיוחד לגבי פריטים שטרם נצבר ניסיון בהפעלתם בבית החולים, כי אינם עונים על מלוא הצרכים, יהיה רשאי ביה"ח להפסיק את ההתקשרות עם המציע תוך מתן הודעה של שבוע מראש ולהתקשר עם המציע שהצעתו הייתה הבאה בתור מבין המשתתפים במכרז.

16. בבחירת ההצעה אנו רשאים לקבל את ההצעה המעניקה את מירב היתרונות למזמין כאמור בתקנה 22 לתקנות חוק חובת המכרזים. כלומר, ועדת המכרזים רשאית לבחור ספק/ספקים שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר לאחר שקלול הניקוד שיקבלו על סמך מרכיבי אמות המידה כדלקמן:

א. איכות - 30%

- איכות טכנולוגית והתאמה לדרישות העבודה - 10%

- נוחות בעבודה - 10%

- טיב השירות - 10%

ב. מחיר - 70%

**הצעה שתזכה לציון הנמוך מ- 80
במרכיבי האיכות, תיפסל**

סה"כ 100%

17.

א. ועדת המכרזים החליטה לשמור לעצמה את הזכות ולנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות וזאת הואיל וההתקשרות הינה מסוג ההתקשרויות המנויות בסעיף 7 א' לתקנות חובת מכרזים.

ב. המשא ומתן יתקיים בהתאם לאמור בתקנה 7(א)7 או 7(א)1.

18. כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או כל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה, כאילו לא נכתבו. הדבר אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה.

(הערות או תוספות לא תילקחנה בחשבון על ידי הועדה גם באם לא תיפסל ההצעה)

19. המציע לא יהיה רשאי להמחות כל זכות או חיוב על פי מכרז זה לאחר, ללא קבלת הסכמה בכתב מהמזמין / ביה"ח.

20. מוסכם כי המרכז הרפואי ת"א יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם מציע ההצעה ו/או הזוכה במכרז, בהתקיים אחד מהמקרים שלהלן:

א. הוגשה בקשה לפרוק או כינוס נכסים נגד החברה.

ב. הוטלו עיקולים או שעבודים על נכסי החברה, העלולים לפגוע בתפקודה של החברה.

ג. בוטלו אישורים ממשרדי הממשלה, מכון התקנים, משרד הבריאות או משרד התעשייה והמסחר.

21. כל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה, אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי מתנאים מיוחדים, כוחו של המיוחד יגבר על כוחו של תנאי כללי.

22. המציע מתחייב לספק את השרות/הטובין בכל עת, **לרבות בשעת חרום**.

המציע יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש על ידי המזמין.

23. ניתן לשלוח שאלות/הבהרות עד ליום 21.5.15 ליחידת המכרזים בפקס: 03-6974666,

טל': 03-6974883.

טופס הגשת הצעה

תאריך: _____

לכבוד

ועדת מכרזים של המרכז הרפואי ת"א ע"ש א. סוראסקי

רח' ויצמן 6

תל אביב 64239

א.ג.ג,

הנדון: מכרז פומבי מס' 151485

במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי - ביה"ח איכילוב

1. אני הח"מ מגיש בזה את הצעתי בצרוף כל מסמכי המכרז הנלווים כשהם חתומים וזאת לאחר שעיינתי בכל המסמכים ומצהיר כי אני מסכים לכל תנאי המכרז, 3 דפי תנאים כלליים והנספחים ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות המפורטים בהם.
2. הנני מצהיר שקבלתי, במידה ובקשתי, את כל ההסברים בכל הקשור למכרז.
3. אם אזכה במכרז הנ"ל, הנני מתחייב לעמוד לרשותכם ולספק את הפריטים שבנדון עפ"י כל תנאי המכרז המפורטים בכל הטפסים ומסמכי המכרז, לשביעות רצונכם המלאה וזאת בתמורה שמפורטת בהצעת המחיר או במחיר נמוך מכך כפי שיוסכם בין הצדדים.
4. הנני מתחייב לחתום על 3 דפי תנאים כלליים המצ"ב, ומסכים שכל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומשלימים זה את זה. בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו בתנאים הכלליים לבין תנאי כלשהו בתנאים המיוחדים, תנאי מיוחד יגבר על תנאי כללי.
5. לשם הבטחת קיום התחייבויותי עפ"י תנאי המכרז, הנני מצ"ב לבקשתכם ערבות בנקאית או המחאה בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה של 25,000 ש"ח. הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית בתוקף ליום ה- 28.8.15 . במידה ואזכה – תוחלף ערבות זו בערבות צמודה אחרת בגובה 5% מההיקף הכספי של מכרז זה כולל מע"מ, וזאת להבטחת קיום התחייבויותי עפ"י מסמכי המכרז, בתוקף עד 60 יום מתום תקופת ההתקשרות (להלן: "ערבות הביצוע").
6. הצעת המחיר חייבת להינתן על גבי טופס הצעת המחיר (נספח ב' - חלק ב') לפי העניין בטבלה שהוכנה ע"י המזמין בלבד.

7. ידוע לי שאי מלוי ו/או צרוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז ו/או חתימה על מסמך כלשהו כנדרש, עלולים לגרום לפסילת הצעתי - להלן המסמכים כנדרש בתנאי המכרז :

- טופס הגשת הצעה (הנ"ל) - נספח ב' - חלק א' - חתום.
- והצעת מחיר - נספח ב' - חלק ב' + תנאים מיוחדים - חתום.
- מפרט טכני ודרישות - נספח ג' - חתום.
- התחייבות המציע - נספח ד' - חתום.
- אישור הגורם המקצועי - נספח ה' - חתום.
- תשקיף משתתף - נספח ו' - חתום.
- 3 דפי תנאים כלליים להספקת טובין - נספח ז' - חתום.
- הצהרת סודיות ללא פגות תוקף - נספח יא' - חתום.
- ערבות בנקאית כנדרש בנוסח המצ"ב בנספח ח'.
- אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים צבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
- צרוף אישור אמ"ר בר תוקף או אישור שהוגשו כל המסמכים לקבלת אישור אמ"ר.
- צרוף אישור FDA ו/או CE.
- אישור רו"ח או עו"ד שהחברה אינה נמצאת בהליכי פירוק ופשיטת רגל.
- אישור רו"ח המאשר "טובין מתוצרת הארץ" (אם רלוונטי) - נספח י'.
- צילום הקבלה ע"ס 400 ש"ח עבור רכישת מסמכי המכרז.

חתימת וחותמת המציע

שם החברה

תאריך: _____

הצעת מחיר מהמלאי לרכישת ניידות רנטגן דיגיטאליות לצילומים

מכרז פומבי מס' 151485

- המציע חייב למלא ע"ג חלק ב' ולפי כל תנאי המכרז מחיר יחידה וסה"כ לגבי הפריטים המוצעים על ידו. ועדת המכרזים עורכת השוואת הצעות המופיעות על גבי טופס זה בלבד. מציע שלא ימלא טופס הצעת המחיר (חלק ב') לפי העניין ייחשב כמי שלא ענה על המכרז.
- הצעות נוספות ניתן להוסיף בנספח נפרד, אולם הן לא תילקחנה בהשוואת המחירים.

שם הפריט	מק"ט יצרן	מטבע	מחיר יחידה	כמות	סה"כ
ניידת רנטגן דיגיטאלית לצילומים - FD (גלאי) גדול				1	
ניידת רנטגן דיגיטאלית לצילומים - FD (גלאי) קטן				1	

המזמין שומר לעצמו את הזכות לרכוש כמות של שני מכשירים (שני מכשירים גדולים או שני מכשירים קטנים או מכשיר גדול ומכשיר קטן)

דגשים:

- המחיר כולל אחריות מלאה ל-24 חודשים כולל כל הבדיקות, הטיפולים התקופתיים והשדרוגים ממועד "קבלת הניידות" (לאחר הרצתה), כולל ביטוח לגלאי.
- המחיר כולל הספקת ספרי הפעלה (Operating Manual) וספרי שירות (Service Manual).
- המציע יספק בנפרד נהלים לתחזוקה מונעת ובדיקה תקופתית הן ברמת המשתמש והן לצוות הטכני.

הערות:

- יש להגיש הצעת מחיר מיצרן אשר אושר ע"י הגורמים המקצועיים במרת"א.
- ש.ר.א.ל תהיה רשאית להגיש הצעה אחת בלבד.

	שם החברה (הסוכן):
שם היצרן (הספק):	הכתובת:
הכתובת:	טלפון ופקס:
טלפון ופקס:	איש קשר:
	דואר אלקטרוני:

תנאים מיוחדים:

1. תנאי האספקה : ממלאי הספק : מחיר במטבע זר/בשקלים ללא מע"מ.
 2. **לידיעת המשתתפים במכרז:**
ביום פתיחת המעטפות מומר מטבע החוץ לש"ח עפ"י ערכי המטבעות הקיימים במועד הגשת המכרז. מרגע זה לצורך קבלת החלטה, ההשוואה היא על בסיס המחירים בשקלים כפי שנקבעו ביום ההמרה.
 3. **הצמדה**
 - 3.1 במידה וההצעה נקובה בשקלים-
 - א. המחירים בהסכם זה יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אך ורק אם ההתקשרות אמורה להימשך מעבר לתקופה של 18 חודשים.
 - ב. ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שנקבע במכרז. מדד הבסיס, יהיה המדד הידוע בתום החודש ה-18 להתקשרות כלומר מדד בגין חודש 10/2016 שיפורסם ביום 15/11/2016 .
 - ג. ההצמדה תתבצע אחת לחצי שנה (בהתקשרויות לרכישת טובין) / אחת לשנה (בהתקשרויות לרכישת שירותים).
 - ד. סכום ההצמדה שיחושב יתווסף (או יופחת, אם חלה ירידה במדד הרלוונטי) לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.
 - ה. ביצוע הצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית.
 1. על אף האמור לעיל, אם במועד מסוים (להלן: "יום השינוי") במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד הרלוונטי ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ביחס למדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות כפי שנקבע במכרז, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום השינוי.
 - 3.2 במידה וההצעה נקובה במטבע זר - תתורגם לשקלים עפ"י שער החליפין היציג (שיפורסם על ידי בנק ישראל) הידוע במועד הפקת החשבוני/ות.
מוסכם בזאת כי פרט לאמור לעיל, שום תנודות ו/או הפרשי הצמדה בשכר עבודה ו/או במחירי חומרים ו/או במיסים ו/או באגרות ו/או בהיטלים על ביצוע העבודות ו/או על החומרים ו/או הציוד אשר הקבלן חייב לספק על פי ההסכם לא ישנו ו/או ישפיעו על מחיר לוח המחירים.
 4. מקום האספקה : מרכז רפואי תל-אביב (בי"ח איכילוב). הובלה ופריקה על חשבון הספק.
 5. תנאי תשלום : שוטף + 90 מיום הגשת חשבונית מס כדין.
- לא תתקבל חשבונית ולא ישולם תשלום לכל גורם שאיננו הגורם שהשתתף במכרז והזוכה בו.

6. מועד האספקה : תוך 30 יום מיום ההזמנה.

- א. עבור כל יום פיגור במועד האספקה ישלם המציע למזמין דמי פיגור מוסכמים בגובה של 0.25% מערך ההזמנה ליום, אלא אם כן שוכנעה ועדת המכרזים שהפיגור נבע מסיבות שאינן תלויות במציע.
- ב. בפיגור שאינו סביר המזמין רשאי לבטל את ההזמנה ולרכוש המוצרים מספק חלופי.

7. הספק מתחייב לספק את השרות/הטובין בכל עת, **לרבות בשעת חרום**.

הספק יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין.

8. על המציע לציין המחירים הנמוכים ביותר שביכולתו להציע לפריט ולסה"כ, אין להתנות מתן הנחה בהיקף רכישה מסוים.

9. על המציע לציין באם הינו יצרן מקומי. תינתן עדיפות של עד 15% ליצרן מקומי.

10. "טובין מתוצרת הארץ" - הכוונה לטובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה; יש לצרף אישור מרואה חשבון המאשר זאת.

11. אם להצעה מצורפים קטלוגים ומסמכים רלוונטיים אחרים לגבי טיב הציוד, נא לצרף המסמכים המצורפים.

12. לא סופקו המוצרים ו/או סופקו מוצרים שאינם בהתאם לדרישות המפרט ועקב כך ההזמנה בוטלה ע"י המזמין, תחולנה על המציע כל ההוצאות שנבעו מהצורך בהזמנה מספק חלופי.

13. למזמין זכות קיזוז דמי הפיגורים מהתשלומים המגיעים למציע.

שם הספק ותפקידו: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

אפיון, מפרט טכני ודרישות לרכישת ניידות רנטגן דיגיטאליות לצילומים**מכרז פומבי מס' 151485**

- אפיון זה מתייחס ל רכישת 2 ניידות לצילומי רנטגן דיגיטאליות, בעלות גלאי גדול, ולחלופין בעלת גלאי שטוח קטן לצילומי ילדים ופגים, מתאים לעבודה באינקובטור.
- הניידות תאפשרנה ביצוע כל סוגי צילומי רנטגן באופן נוח ובטוח הן בתנועה והן בחניה.
 - הניידות על כל מרכיביהן תעמודנה בכל דרישות התקנים הבינלאומיים והישראליים המקובלים ובין השאר בנושאי בטיחות, הגנה מקרינה, חשמל ועוד.
 - הניידות ממונעות תאפשרנה יכולות ניידות גבוהה בשטחי ביה"ח וביצוע צילומים רבים מהמצברים.
 - לניידות יכולות תמרון גבוהה במחלקות של ביה"ח.
 - לניידות יכולות עבודה בתקשורת על חוטי Wireless, קישוריות מלאה עם PACS, RIS של ביה"ח.
- על הניידות והמרכיבים, יכולת עמידה לתנאי עבודה קשים ומורכבים במחלקות ביה"ח.**

פרטי האפיון: הדרישות מניידת הצילומים:

1. **הגנרטור**: גנרטור בעל תדר גבוה בעל הספק של 30 KW לפחות. המציע יציין MAS בשלוש נקודות עבודה: 40 KV, 70 KV, 100 KV. חובה על המציע לציין זמן צילום מינימלי.
2. **במידה וקיים מתקן הפעלה מרחוק (Remote control) חובה להציעו**. יצרן שיספק מתקן הפעלה מרחוק יזכה ביתרון.
3. **השפופרת**: תתאים לנתוני הגנרטור. המציע יציין במפורש גודל מוקד. המציע יציין במפורש גובה מכסימלי מהרצפה אליו מגיעה השפופרת.
4. **הצמצם**: יכולול תאורה הנכבית מאליה. נוח לכיוון ידני. המציע יציין במפורש סוג הצמצם.
5. **קרן הרנטגן**: תסונן להקטנת מנת הקרינה לחולה תוך שמירת איכות התמונה. **חובה להציע את השילוב של כל אמצעי הסינון היעילים ביותר הניתנים להתקנה בציד המוצע.**
6. **מערכת ההדמיה (גלאי) – FD**:
 - א. יש להציע גלאי שטוח בגודל של 35X43 ס"מ (14"X17").
 - ב. לניידת עבור ילדים, יש להציע גלאי שטוח בגודל של 24X30 ס"מ (10"X14").

המציע יציין במפורש גודל הפיקסל ומספר פיקסלים של כל גלאי, עקומת DQE ו-MTF, והזמן מהצילום עד קבלת תמונה על המסך. **התקשורת בין הגלאי לניידת חייב להיות ללא כבלים – Wireless.**

 - לגלאי, **גריד מותאם** או אמצעי אחר לסינון קרינת פיזור בזמן הצילום.

7. **מערכת עיבוד תמונה ספרתית**: המציע יציין במפורש קצב רכישת התמונות ושמירתן בזיכרון, מטריצת הרכישה והתחום הדינמי של הרכישה. המערכת תאפשר אחסון תמונות. יש לתאר ולהציג את הפרמטרים של יחידת הזיכרון העצמית של המערכת. המציע יציין את קיבולת האחסון במטריצת הפיקסל הגדולה ביותר שהוצעה ללא איבוד מידע (LOSSLESS). בשלב אחזור התמונות, המערכת תאפשר הצגת מלוא מאגר הזיכרון בפורמט הפיקסל המקורי וביצוע עיבוד הנתונים שלאחר הבדיקה.

8. **בקרת האיכות**: יש לתאר את בקרת האיכות של הצילום שבוצע לפני שליחתו לרשת. יש לתאר את סוג וגודל המוניטור, זווית הצפייה, המקלדת וכו', על מנת שרנטגנאי יוכל לבצע בקרת איכות מיד עם קבלת התמונה. התחנה תאפשר פיקוד ובקרה על כל פונקציות המערכת לרבות: נתוני חולה מ-RIS, נתוני הגנראטור, נתוני הגלאי, עיבוד תמונות ומידע אחר. יצוינו במפורש נתוני התחנה וביצועיה (דגם, סוג, גודל זיכרון, צריבת CD/DVD וכד'). הניידת תתחבר לרשת מיחשוב של ביה"ח הן בכבל והן באופן אלחוטי.
למערכת ה-PACS תישלח תמונה ברמת PROCEDED IMAGE.

9. **מערכת ניהול נבדקים**: הניידת תכלול מערכת הניהול אדמיניסטרטיבית של המידע אודות הנבדק, ותכיל **לכל המעט** את הפרטים הבאים: שם משפחה ושם פרטי, תאריך לידה, מספר זהות, מין הנבדק ו- ACCESSION NUMBER. הניידת תאפשר קבלת הנתונים הנ"ל ובחירת הנבדק מתוך רשימת הנבדקים הקיימת ב-RIS, והוקלדה מראש ע"י פקידת הקבלה ב-RIS, תוכנה של MWL. המערכת תאפשר קישוריות מליאה למערכת RIS. כמו כן המערכת תאפשר ייצור או קבלה ממערכת ה-RIS מספר ייחודי לכל בדיקה = ACCESSION NUMBER. על המציע **לוודא התאמה מלאה** בין הניידת המוצעת לבין מערכת ה-RIS. המערכת צריכה לכלול תכונה של Modality Work List: MWL. כל מציע **חייב** להציע מערכת ניהול נבדקים נוספת, כמו הקלדה ישירה למערכת, בלתי תלויות במערכת RIS במקרה של תקלה במערכת זו.

10. **חיבור לרשת ו-PACS**: המערכת חייבת לאחסן ולשלוח תמונות ומידע בתקן DICOM III לרשת ה-PACS בחיבור הן באמצעות כבל והן באמצעות חיבור אלחוטי. לאחר משלוח תמונה לרשת, יישאר עותק מהמידע שנשלח אל הרשת על גבי דיסק קשיח של הניידת. יש להגדיר את כמות הזיכרון הקיימת וכמה צילומים ניתן לשמור בדיסק הניידת. DICOM CONFORMANCE STATEMENT תצורף להצעת המחיר עבור המערכת המוצעת. במידת הצורך, יוצעו תחנת עבודה וממשקים חיצוניים תוך פירוט אפשרויות העבודה והחיבור לרשת ול-PACS. על המציע לוודא קישוריות למערכת RIS (נמר) ו-PACS מתוצרת GE CENTRICITY המותקנת במרכז הרפואי. על פי הנחיות יחידת המחשב במרכז הרפואי תל אביב ההצעה חייבת לכלול רכיב הגנה מפני ניסיון כניסה לרשת בית החולים של גורמים לא מורשים דרך מחשב המערכת מסוג SECURITY AGANTE (Firewall חיצוני). הרכיב חייב לעמוד בתקני HIPAA.

11. **רישומי מנות קרינה לנבדקים**: למערכת יכולת רישום באופן אוטומטי מנות קרינה לכל צילום, וסיכום מנות הקרינה שליחתן לתיק הנבדק ל-PACS.

12. **תנאים נוספים לממשק DICOM**: על ספק הצידוד להעביר, בנוסף לנתונים הגולמיים גם פרמטרים ותיקונים מחושבים על מנת לאפשר הצגה ואחסון "תמונה באיכות דיאגנוסטית מוכנה לפענוח". בנוסף, תקשורת ה-DICOM תכלול לפחות את המרכיבים הבאים:

DICOM 3.0 Ethernet connection, DICOM 3.0 Network Interface, DICOM Storage Class,
Storage Commitment Class, 10/100 MB/s Ethernet, DICOM Worklist, Modality Worklist SCU - Fill image from worklist, DICOM print, multiple printer configuration.

13. **הזנת הרשת:** המכשיר יוזן ממתח חד-פאזי של 220 וולט בתדר של 50 הרץ עד 16 אמפר.
14. **משקל ותנועה:** הספק יציין במפורש משקל הניידת ויתאר את אופן ניודה.
15. **אביזרי עזר:** המערכת תכלול את כל אביזרי העזר הרנטגניים המקובלים בשימוש בניידת הצילומים כחלק מהצעת כלל הציוד. העזרים חייבים לכלול בין השאר מתלה לסינור עופרת.
16. **שרות ותמיכה מקצועית:** שרות טכני ותמיכה תפעולית ע"י המציע מהווים תנאי הכרחי לרכישת הניידת המוצעת. המציע יתחייב כי יש לו ידע, היכולת המקצועית, המומחיות והצוות הטכני לתחזק, לתת שרות שוטף לכל השנה למערכת מן הסוג המוצע במכרז זה. המציע יצהיר ויתחייב כי יהיה לו מלאי חלקים וחלקי חילוף על פי המלצת היצרן, אותה עליו לצרף להצעתו וכי הוא מסוגל לתת שרות ותיקונים על פי הוראות היצרן. המציע ימציא מראש לבית החולים מספרי טלפון של מהנדסים וטכנאים מטעמו שיהיו נכונים לקריאה בין השעות 17.00 עד ל- 08.00 בשאר השעות הפנייה תהיה לחברה. כמו כן החברה תמציא לבית החולים מספר טלפון בו ניתן יהיה להשאיר הודעות במשך 24 שעות ובמשך כל ימות השנה, לרבות שבתות וחגים בקשר לתקלות וקלקולים במערכת. המציע יתחייב כי פרק הזמן שבין קבלת קריאת השירות ובין התייצבות איש השרות באתר, לא יעלה על שעתיים.
17. **חומר טכני ונספחים:** להצעת המחיר יש לצרף חומר נלווה מטעם היצרן להבהרת ביצועי הניידת ולהוכחת קיום דרישות האפיון. (פרוספקטים, נתונים טכניים, תוכנות הדגמה וכיוצא בזה).
18. **מחיר הניידת:** יכלול מכירה, אספקה, התקנה **ואחריות מלאה לשנתיים** ממועד "קבלת הניידת" (לאחר הרצתה), כולל ביטוח לגלאי. על היצרן להגדיר את ה - (M.T.B.F) (MEAN TIME BETWEEN FAILURE).
19. **הכשרת הצוות:** המציע ידאג להכשיר מספר רנטגנאים בביה"ח כאן, על מנת שיוכלו להפעיל הציוד באופן עצמאי על כל האפשרויות הקיימות בו.
20. **ניסיון קודם:** המזמין רשאי להעדיף ניידת מתוצרת יצרן אשר לו ניסיון מוכח קודם ביצור, התקנה והפעלה של ניידת כנ"ל באופן מוצלח במרכזים רפואיים גדולים בישראל ובעולם. לשם כך חייב המציע לספק רשימה מפורטת של מקום התקנת המערכת, סוג המכשיר, שם האחראי עמו ניתן ליצור קשר כתובת ומספר טלפון.
21. **מועד הספקה:** בהתאם להודעת ביה"ח.
22. **כל המרכיבים הנ"ל מהווים יחידה אחת שלימה שתאפשר בצוע כל הבדיקות המוגדרת בפתיח לאפיון זה.**
על המציע מוטלת האחריות להציע מערכת שלימה כנדרש בפתיח ובאפיון לרבות יחידות אביזרים מובנים, תוכנות וכו' החיוניים לתפקוד המלא הנדרש, ואפילו לא צוינו במפורש באפיון. בכל מקרה תוצענה רק מערכות איכותיות.

1. **תקני ייצור ובטיחות:** על המציע לצרף את האישורי עמידה בתקנים המחייבים והנדרשים בארה"ב, אירופה וישראל (כגון אמ"ר, IEC, FDA וכו'), המתייחסים למערכות המוצעות על כל רכיביהן:

על המציע לצרף את האישורים דלהלן, המתייחסים למערכות המוצעות על כל רכיביהן :

- 1.1 אישור FDA או CE.
- 1.2 תקן בינלאומי לתאימות אלקטרומגנטית IEC-60601-1-2.
- 1.3 אמ"ר.
- 1.4 אישורי הפעלה מערכת בתקשורת על חוטי בארץ.
2. המציע מתחייב לספק לביה"ח כל שיפור טכנולוגי שיפותח למערכות המוצעות על כל מרכיביהן, במשך 24 חודשים מיום הספקת המערכות וללא כל תשלום נוסף.
3. שינויים טכניים במערכות הנוגעים לשיפור ביצועי המערכות או לבטיחותן, אשר ידרשו לביצוע על ידי היצרן, יבוצעו על ידי המציע לאורך כל חיי המערכות.
4. על המציע לצרף להצעתו התחייבות בכתב של היצרן, להספקה סדירה של חלקי חילוף למערכות המוצעות, וזאת לתקופה שלא תפחת מ- **7 שנים ממועד הפסקת ייצור המערכות** המוצעות על ידי היצרן.
5. המציע יפרט תכונות או אפיונים אשר לדעת המציע טובים מהמצוין באפיון ובמפרט של המערכות, או לחילופין אינם עומדים בהגדרות האפיון והמפרט כאמור. יש לפרט כל אופציה קיימת למערכות המוצעות ברשימה נפרדת ולציין את עלותה בצירוף מפרט טכני וזאת לצורך רכש עתידי אופציונאלי. יש לציין האם ניתן יהיה להתקינה בעתיד. כל אופציה שלא תפורט בנפרד תחשב ככלולה במחיר המערכות המוצעות.
6. יש לצרף עם ההצעות מפרט טכני מלא לכל המערכות המוצעות על כל מרכיביהן.
7. הצעת המחיר תכלול:
 - 7.1 אספקת המערכות המוצעות כולל שחרור מהמכס והובלתן לביה"ח במידה ובביה"ח לא יהיו ערוכים לקליטת המערכת, יאחסן המציע את המערכת ללא תמורה עד למועד התקנתן.
 - 7.2 אספקת כל האביזרים הנלווים הדרושים להפעלת המערכות המוצעות.
 - 7.3 התשלום יתבצע לאחר התקנת המערכות על ידי המציע ובדיקת פעולתן התקינה, ולאחר הדרכת הצוות הרפואי לגבי תפעולן ואופן השימוש בהן וקבלת אישור התקנה סופי בכתב מאת המוסד ומאת הנדסה רפואית, הכול כמפורט במסמכי המכרז.
 - 7.4 המחיר כולל אחריות מלאה וכוללת של המציע למערכות על כל מרכיביהן לתקופה של 24 חודשים, החל ממועד התקנתן והפעלתן הראשונית בביה"ח על ידי המציע ולאחר הדרכת הצוות הרפואי לגבי תפעולן ואופן השימוש בהן (להלן: "**האחריות**"). האחריות כוללת הספקת והובלת חלקי חילוף ככל שיידרש, לרבות החלפת המערכות כולן, או חלק מהן, במערכות חדשות אם הן תתקלקלנה באופן שלא ניתן יהיה לתקן במהלך תקופת האחריות והספקת מערכות חלופיות בתקופת תיקון המערכות, תחזוקה שוטפת, טיפולים ותיקונים במערכות ככל הנדרש, וכן מתן הדרכה, תמיכה, גיבוי ותמיכה על ידי המציע לרבות הגעה למוסד בתוך שעתיים ממועד הקריאה, אם וככל שיידרש בתקופת האחריות, ללא תוספת תשלום.
 - 7.5 הדרכת צוות המפעילים ע"י מומחה, ככל שיידרש ע"י המציע. ההדרכה תיערך בישראל. במקרה של שדרוג או התקנת תוכנות חדשות, תינתן ללא תשלום הדרכה משלימה.

8. המציע מתחייב לספק עם המערכת (ללא תמורה נוספת):
- 8.1 ספרות מלאה הדרושה להפעלה ולתחזוקה מלאה, כולל טיפולים מונעים, כמקובל למהנדסי שירות של היצרן.
 - 8.2 סט תוכנות גיבוי (על גבי תקליטור הניתן להחלפה מיידית).
 - 8.3 תוכנות שרות לרבות Test Key או כל אמצעי אחר למתן שרות מלא ללא מגבלות.
 - 8.4 הוראות הפעלה באנגלית ובעברית.
9. על המציע להציע מחירון ביטוח לשנה כולל עבודה ו כולל שפופרות רנטגן וגלאי, לתקופה שלאחר תקופת האחריות. על המציע לציין, כי המחירים המוצעים על ידו יהיו בתוקף לתקופה שלא תפחת משבע שנים מיום סיום תקופת האחריות. ביה"ח תביא בחשבון את עלות הביטוח בעת בחירת ההצעה הזוכה.
10. על המציע להציע מחיר לשעת עבודה לתקופה שלאחר תקופת האחריות. על המציע לציין, כי המחירים המוצעים על ידו יהיו בתוקף לתקופה שלא תפחת משנתיים מיום סיום תקופת האחריות. ביה"ח תביא בחשבון את עלות שעת עבודה בעת בחירת ההצעה הזוכה.
11. על המציע להציע מחירון לרכישת שפופרת רנטגן וגלאי להחלפה, לתקופה שלאחר תקופת האחריות, כאשר מחיר המחירון יכלול גם אחריות מלאה לתקופה של 12 חודשים החל ממועד הרכישה, ובנוסף לכך, עם תום 12 חודשים כאמור, תינתן אחריות, פרו-רטה, לתקופה נוספת בת 12 חודשים. על המציע לציין, כי המחירים המוצעים על ידו יהיו בתוקף לתקופה שלא תפחת משבע שנים מיום סיום תקופת האחריות. ביה"ח יביא בחשבון את העלויות כאמור בעת בחירת ההצעה הזוכה.
12. על המציע לצרף רשימת חלקי חילוף מלאה למערכות המוצעות, לרבות עלותם כולל עלות האביזרים הנלווים, כמפורט:
- 12.1 רשימה מפורטת של חלקי החילוף והאביזרים שעלותם הינה גבוהה מ-1,000 דולר ארה"ב, כולל מחירם והאחריות הניתנת בגינם.
 - 12.2 על המציע לציין את התחייבותו כי המחיר המוצע על ידו הנו המחיר המקסימאלי אשר יידרש על ידו עבור חלקי חילוף או אביזרים, במשך תקופה שלא תפחת משבע שנים מיום הספקת המערכות.
 - 12.3 על המציע לציין את תקופת האחריות לחלפים ולאביזרים השונים.
 - 12.4 ביה"ח תביא בחשבון את עלות חלקי החילוף והאביזרים בעת בחירת ההצעה הזוכה.
13. המציע יציין, תוך פירוט בסיס המדידה (יום או שבוע), את הנתונים הידועים לו או ליצרן המערכות על אמינות המערכות המוצעות, והשירות הנדרש לשמירה על זמינות גבוהה, מבחינת:
- 13.1 UP-TIME
 - 13.2 MTBF
 - 13.3 MTTR
 - 13.4 תדירות ומשך טיפולים מונעים כנדרש על ידי היצרן.
14. על המציע לציין את מספר המערכות מהדגם המוצע, המופעלות בארץ ובעולם ולצרף רשימת אתרים במרכזים רפואיים גדולים בארצות הברית ובמדינות האיחוד האירופי בהם מותקנות המערכות על מנת שביה"ח תוכל, אם תחפוץ בכך, לקבל מאותם המרכזים חוות דעת אודות המערכות המוצעות.

15. המציע יפרט את יכולת מחלקת השירות שלו למתן שירות אחזקה למערכות המוצעות, גם לתקופה שלאחר תקופת האחריות, תוך התייחסות לנקודות המפורטות:
- 15.1 זמן תגובה של עד 2 שעות מרגע הקריאה בימים א'-ו' בין השעות 00:00-20:00 עפ"י קריאה.
- 15.2 מתן שירות ותמיכה טכנית באמצעות ייעוץ טלפוני מידי 24/7. יש לציין שמות ומס' טלפון.
- 15.3 התחייבות להחזקת מלאי חלפים, להספקת חלפים בתוך פרק זמן מרבי עד 48 שעות, ממועד הפנייה אל הספק (גם בטלפון). התחייבות זו תעמוד בתוקפה לתקופה שלא תפחת מ- 7 שנים ממועד תום ייצור המערכות המוצעות על ידי היצרן.
- 15.4 נא לפרט את הטכנולוגיה של הגלאי הדיגיטאלי נא לצרף מפרט של היצרן ב- EXEL
- 15.5 משקל
- 15.6 נא לפרט את DQE
- 15.7 מה גודל המטריצה של הגלאי נא לפרט.
- 15.8 גודל pixel נא לציין μm ?
- 15.9 עומק pixel, bit ?
- 15.10 נא לפרט את הרזולוציה המרחבית lp/mm ?

16. תחנת העבודה לרכישת ואיבוד התמונות - לצרף מפרט בEXEL :

- 16.1 סוג המעבד.
- 16.2 נא לציין איזה מערכת הפעלה מוצעת.
- 16.3 גודל זיכרון ה - RAM בתחנת העבודה.
- 16.4 כונן קשיח לפחות 500GB .
- 16.4.1 רזולוציה נא לפרט ?
- 16.4.2 נא לפרט Contrast Ratio ?
- 16.4.3 נא לפרט Brightness cd/m^2 לפחות $350 cd/m^2$.
- 16.5 חיבור לרשת בית החולים לפחות 1 GB Ethernet
- 16.6 אופציה לקישוריות אלחוטית .
- 16.7 נדרשת תמיכה בפורמט DICOM
- 16.7.1 DMWL
- 16.7.2 DICOM STORAGE
- 16.7.3 DICOM PRINT
- 16.7.4 נא לצרף DICOM Conformance Statement למסמכי הבקשה.

17. מעבד התמונה :

- 17.1 יכולת עיבוד תמונה נא לפרט, היפוך תמונה שחור ולבן, יכולת קביעת גוונים לפי בחירת המשתמש נא לפרט.
- 17.2 כלי כתיבה נא לפרט (Annotation), חלוקת המסך נא לפרט.
- 17.3 דיסק קשיח נא לפרט את נפחו.
- 17.4 נדרש לפחות 5000 תמונות רנטגניות לאחסון.
- 17.5 ציין את גודל המטריצה המוצגת ועומק הפיקסלים בתמונה.
- 17.6 נדרש כונן CD \ DVD קריאה \ צריבה נא לפרט האם הצריבה גם Viewer DICOM
18. נא לפרט את תנאי הסביבה הנדרשים לפעילות נאותה של מכשיר הצילום כגון : טמפרטורה, לחות ותנאי סביבה.
19. נדרש סמן לייזר לפעילות שיקוף \ צילום לרופא המשתמש.
20. עם הניידת נדרש מפסק רגל לשליטה על מצבי העבודה שיקוף \ צילום.
21. אביזרים להגנה מקרינה :
- 21.1 לצוות יש להציע את כל האביזרים המומלצים על ידי היצרן.
- 21.2 למטופל יש להציע את כל האביזרים המומלצים על ידי היצרן.
- 21.3 דוח קרינה למטופל נדרש בסיום כל פעולה, הדוח יכלול את מנת השטח DAP .
- 21.4 נדרשת אפשרות לשליחת הדוח למערכת ה – PACS בפורמט DICOM.
22. אביזרים : נא לפרט את כל האביזרים ברשימת אופציות שהיצרן מפרסם עם המערכת.
23. כל המרכיבים הנ"ל מהווים יחידה אחת שלמה שתאפשר ביצוע כל הבדיקות המוגדרות בפתיח לאפיון זה.

על המציע מוטלת האחריות להציע מערכת שלמה כנדרש בפתיח ובאפיון לרבות יחידות אביזרים מובנים, תוכנות וכו' החיוניים לתפקוד המלא הנדרש, ואפילו לא צוינו במפורש באפיון. בכל מקרה תוצענה רק מערכות איכותיות.

היות ומדובר בצידוד מסובך ומורכב ביותר מבחינה טכנולוגית, על המציע מוטלת האחריות להגיש הצעה העונה לדרישות הכלליות ולאפיון הנדרש.

מכיוון ועלול להיות מצב בו בשלב העיון בהצעות, בבדיקתן ובעריכת ההזמנה, המזמין לא יהיה מסוגל לעמוד במדויק על משמעותם המלאה של כל פרטי ההצעה על כן מובהר בזאת כי היה ובמשך תקופת האחריות יתברר כי המערכת לא עומדת בדרישות האפיון תהיה חובת היצרן להביא, על חשבון, את כל הצידוד לרמת הדרישות באפיון.

התחייבות המציע - מכרז פומבי מס' 151485

הריני מתחייב בזאת :

1. במידה ולא אקבל מהגורם המקצועי פטור עקב הכרות מוקדמת למכשיר, ידוע לי שהנני נדרש להגיש את המכשיר להדגמה לא יאוחר מ- 7 ימים ממועד הגשת המכרז, לבצע את ההדגמה בתיאום עם הגורם המקצועי ולהעביר ליחידת המכרזים את אישור הגורם המוסמך להדגמה.
2. לעמידה מלאה בדרישות המכרז ללא יוצא מן הכלל.
3. ידוע לי שאי עמידה בדרישות המכרז או חוסר קבלת אישור הגורמים המקצועיים במרת"א להשתתפותנו במכרז, יביא לפסילת הצעתי ו/או אי זכייתי במכרז.
4. ליכולת לוגיסטית.
5. להחזיק מלאי חלפים, להספקת חלפים בתוך פרק זמן מרבי עד 48 שעות, ממועד הפנייה אל הספק (גם בטלפון). התחייבות זו תעמוד בתקופה לתקופה שלא תפחת מ- 7 שנים ממועד תום ייצור המערכות המוצעות על ידי היצרן.
6. בקריאה לשירות, זמן תגובה של עד 2 שעות מרגע הקריאה בימים א'-ו' בין השעות 8:00-20:00 .
7. במידה ולא אוכל לספק את הציוד מכל סיבה שהיא, אפצה את בית החולים בפערי העלויות בין עלות הציוד המוצע ע"י הספק הזוכה לבין עלות הציוד של הספק החלופי המאושר על ידי בית החולים.
8. לבצע תיקונים וטיפולים תקופתיים במהלך תקופת האחריות (אחריות מלאה ל- 24 חודשים), לכל המערכות.
9. הדרכת צוות המשתמשים על שימוש נכון בפריטים שבמכרז.
10. המציע מתחייב לספק לביה"ח כל שיפור טכנולוגי שיפותח למערכות המוצעות על כל מרכיביהן, במשך 24 חודשים מיום הספקת המערכות וללא כל תשלום נוסף.
11. שינויים טכניים במערכות הנוגעים לשיפור ביצועי המערכות או לבטיחותן, אשר ידרשו לביצוע על ידי היצרן, יבוצעו על ידי המציע לאורך כל חיי המערכות.
12. על המציע לצרף להצעתו התחייבות בכתב של היצרן, להספקה סדירה של חלקי חילוף למערכות המוצעות, וזאת לתקופה שלא תפחת מ- 7 שנים ממועד הפסקת ייצור המערכות המוצעות על ידי היצרן.

חתימת המציע / הספק

שם המציע / הספק

תאריך

אישור הגורם המוסמך להדגמה

הרינו לאשר בזאת כי המכשירים הודגמו בפנינו / מוכרים לנו ואישרנו השתתפות המציע במכרז פומבי מס' 151485 לרכישת ניידות רנטגן דיגיטאליות לצילומים.

הגורם המאשר במרת"א

תשקיף משתתף

על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן :

1. שם החברה/הגוף המציע/ה

2. אם המציע הוא חברה - מס' החברה (הרשום ברשם החברות)

3. כתובת המציע :

4. שמות הבעלים : _____ ת.ז. :

טלפון במשרד : _____ פקס : _____

טלפון של מנהל החברה (בבית) : _____

דואר אלקטרוני : _____

5. עובדים קבועים (שכירים) המועסקים ע"י החברה/המציע (במועד הגשת ההצעה) :

5.1 פירוט הכוח המנהלי

5.2 פירוט הכוח הביצועי (נא לפרט בהתאם למקצועות)

5.3 פירוט הכוח הפיקוחי

5.4 פירוט הציוד

6. הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל העובדים המפורטים לעיל עומדים לרשותנו לשם ביצוע הנדרש במכרז.

שם המציע: _____ חתימה וחותמת המציע: _____ תאריך: _____

תנאים כלליים להספקת טובין

1. הגדרת הטובין

הטובין שבהזמנה שיסופקו למזמין יהיו בהתאם לאמור בהזמנה, במפרט, בתרשים ובכל מסמך אחר שיצורפו להזמנה (להלן - "המפרטים") ויהיו זהים לדגמים שנקבעו על-ידי שני הצדדים, ואם לא נקבעו מפרטים, או דגמים, יהיו הטובין המוזמנים ממיטב האיכות, החומר והאומנות המקובלים במדינת ישראל בזמן ההזמנה.

2. חומרים/ציוד/כלי עבודה

כל חומר - בין מעובד ובין בלתי מעובד - כל מבלט ומכשיר, לרבות כל טובין אחרים שהמשרד מזמן לזמן מסרם וימסרם לספק למטרת אספקת הטובין (להלן - "החומרים") וכן המפרטים, והדגמים הינם, יהיו, יחשבו וישארו בבעלות המשרד בלבד, והספק מתחייב לא להשתמש בהם למטרה אחרת, לא להחליפם, לא למכרם, לא למשכנם, לא לשעבדם, לא למסור לאחר את השימוש בהם ולא להוציאם באופן אחר מבעלות המשרד. נמסרו לספק חומרים ליצור הטובין - קבלתם על ידי הספק תשמש הוכחה, כי יהיו בעלי איכות טובה ומתאימה להזמנה. אלא אם כן הספק הוכיח אחרת תוך זמן סביר. כל עוד החומרים ימצאו ברשותו או בפיקוחו, חייב הספק - על חשבונו הוא לאחסנם במקום ובאופן מתאים, לשמור ולהשגיח עליהם. הספק יהא אחראי לאובדן או לנזק לחומרים, או לכל חלק מהם, הנובעים מסיבה כלשהי - בין שהייתה, או שלא הייתה רשלנות מצדו, או מצד כל אדם אחר. כמו-כן לפי דרישת המזמין, ובהתאם להוראותיו יבטח הספק את החומרים. חומרים שהספק מספק למטרת אספקת הטובין האמורים יהיו מאיכות כפי שנקבע במפרט שבהזמנה או בנספח שצורף להזמנה.

3. בדיקת הטובין

מבלי לפגוע בכל תנאי אחר מתנאי ההזמנה - המזמין או בא כוחו, רשאי לבדוק את הטובין המוזמנים בכל שלב משלבי ייצורם, או הספקתם לפני קבלתם, בשעת קבלתם, או אחרי קבלתם, והספק ירשה למזמין לבדוק את הטובין בכל עת מתקבלת על הדעת, ולצורך זה ייתן לו דוגמאות מבלי לדרוש את תמורתן. המזמין רשאי לסרב לקבל את הטובין המוזמנים כולם, או במקצתם - אם לדעתו אינם מתאימים לדגמים ומפרטים, או אם הם יוצרו לא מאותם החומרים שנמסרו לספק על ידי המזמין. הספק אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם אחר שיתגלה בטובין המוזמנים, או בכל חלק מהם הנובעים מטיב העבודה או מטיב החומרים מהם יוצרו, או מאי התאמתם למפרטים, או לדגמים, והוא יפצה את המזמין בעד כל נזק והפסד שנגרמו, או יגרמו לו, מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.

4. מסירת הטובין

הספק ימסור את הטובין על חשבונו ואחריותו, ליחידה, או למחסן הנזכרים בהזמנה, בשעות ולפי סדרי העבודה המקובלים באותו מקום. מותנה בזה בפירוש, כי כל עוד הטובין לא נבדקו ולא אושרו על ידי המזמין, או בא כוחו, הם לא יחשבו כטובין שנמסרו למזמין ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהי לגביהם. המזמין, או בא כוחו רשאים לפסול את הטובין משום שלא יהיו בהתאם להזמנה ומשעשו כן, על הספק יהא לסלק את הטובין על חשבונו ולהחליפם בטובין שיתאימו להזמנה, תוך 48 שעות מעת שנפסלו. או אם המזמין יקבע פרק זמן אחר - תוך אותו פרק זמן. במקרה שהספק לא יסלק במועד את הטובין שנפסלו -

המזמין, או בא כוחו, רשאי לסלקם לפי ראות עיניו ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך. אם הספק לא יחליף במועד את הטובין שנפסלו - את כולם, או במקצתם - המזמין רשאי לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות, או בשתייהן.

- א. לבטל את ההזמנה בכל אופן הנראה לו ולהתייחס אליה כבטלה.
- ב. לרכוש מכל מקור אחר טובין במקום אלו שנפסלו בין מאותו סוג ובין מסוג דומה - ולחייב את הספק בכל הפרש ובכל הוצאה, או תשלום שנגרמו על ידי כך.

5. תעודת משלוח וחשבונית מס

הספק ימציא למזמין חשבונית מס בשלושה העתקים המתייחסת לטובין ויצרף לה תעודת משלוח, בה יצוין מספר ההזמנה.

6. זכויות המזמין

א. אם כתוצאה מהבדיקה הנזכרת בתנאי 4 לעיל, או בכל דרך אחרת, יתברר למזמין כי הטובין המוזמנים - כולם או במקצתם - אינם מתאימים לדגמים ולמפרטים או כי הם לוקים בחסרונות, או בליקויים, וכן אם הטובין המוזמנים - כולם, או מקצתם - לא נמסרו למזמין במועד שנקבע בהזמנה, או במועד שהוארך על ידי המזמין, אם ניתנה אורכה כזאת, וכן בכל מקרה אחר שהספק הפר או לא קיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו: המזמין יהיה רשאי - לפי ראות עיניו ולפי ברירה שבידיו ומבלי לפגוע בזכויות האחרות שבידיו לבטל את ההזמנה, או לצמצם את היקפה, או להזמין על חשבון הספק אצל ספק אחר את אותם הטובין, או טובין אחרים שלדעת המזמין מתאימים לשמש כתחליף לטובין המוזמנים, וכמו כן המזמין רשאי לתבוע את הספק בגין כל נזק שנגרם לו על ידי כך.

ב. מיד לאחר שנמסרה הודעת הביטול למקבל ההזמנה, תחשב ההזמנה בטלה ומבוטלת.

ג. המזמין שומר לעצמו זכות ברירה להמשך התקשרות לתקופה נוספת של שנה.

7. התשלום

תשלום התמורה יתבצע בשקלים חדשים בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 3 בנספח ב' - חלק ב' לעיל. למחירים יתווסף מע"מ כדין.

8. ערבות

לשם הבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הזמנה זו, הספק יפקיד בידי המשרד המזמין ערבות בנקאית, להנחת דעתה של ועדת המכרזים בשיעור של 5% מערך ההזמנה כולל מע"מ כפוף להוראות תכ"מ פרק רכישות, סעיף 3.3.17 (ערבות ביצוע). בנוסף, המזמין יהיה רשאי לנכות מכל סכום שמגיע, או שיגיע לספק מהמזמין או ממשרד ממשלתי אחר - כל סכום שהספק יחויב בתשלומו בהתאם לתנאי ההזמנה כולל פיצוי על נזקים, ובתנאי נוסף שקבלת הערבות על ידי המזמין לא תפגע בזכויותיו האחרות לפי ההזמנה או לפי החוק, והמזמין יהא רשאי לגבות כל סכום שהספק חייב בתשלומו בכל דרך אחרת, המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות הנ"ל, לצורך התשלומים האמורים. הרשאה שניתנה למזמין, כאמור, אינה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה כל עוד הדבר דרוש לביצוע זכויות המזמין שלמענו ניתנה ההרשאה.

9. מסמכים

כל המסמכים המצורפים להזמנה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה, יראו אותם כמשלימים זה את זה. אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים, כוחו של תנאי מיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.

10. שונות

- א. שום ויתור, הימנעות מפעולה, מתן אורכה מצד המזמין, לא יחשבו כויתור על זכויותיו של המזמין לפי הזמנה זו, ולא ישמשו מניעה לתביעה, אלא אם המזמין ויתר במפורש ובכתב.
- ב. מסירת הטובין המוזמנים, כולם, או מקצתם - למזמין, כמוה כהסכמת הספק לקבלת ההזמנה על כל תנאיה.

11. הודעות

כל ההודעות בקשר עם הזמנה זו יהיו בכתב ותימסרנה בדואר רשום לפי הכתובות הנזכרות בהזמנה ותחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן תוך 48 שעות ממועד מסירתן לבית הדואר, כיאות.

באו על החתום: ביום _____ בחודש _____ בשנת _____ 20_____
מצד המזמין: שם _____ תפקיד _____ חתימה _____
מצד הספק: שם _____ תפקיד _____ חתימה _____

* נא למלא פרטי "המשך התקשרות" (האופציה) בכפיפות להוראות התכ"מ המשקי - נסמן 3.7.1.0.1 (ח).

לכבוד המציעים,

הנדון: הקפדה בנושא ערבות בנקאית

הפסיקה האחרונה קובעת שכאשר מצורף נוסח כתב ערבות כנדרש בתכ"מ יש לדאוג כי הערבות המוגשת על ידכם תהיה זהה לנוסח כתב הערבות .

השמטה או הוספה של הערות לניסוח הנ"ל אינן נחשבות כטעות טכנית אלא כפגם מהותי המחייב פסילת הערבות.

וועדת המכרזים נאלצת לפי הנחיות פרקליטות המדינה לפסול ערבויות בהן הנוסח שונה מהנוסח המצורף.

אנא הקפידו!!!

ועדת המכרזים.

שם הבנק/חברת הביטוח: _____

מס' טלפון: _____

מס' פקס: _____

לכבוד

המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

כתב ערבות למכרז

הנדון: ערבות מס' _____

לבקשת _____

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____

(במילים: _____)

מתאריך: _____

(מתאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: _____ (להלן "החייב")

בקשר עם מכרז _____

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____ עד תאריך _____

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו: _____

שם הבנק/חב' הביטוח

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

חתימה וחותמת

שם מלא

תאריך

הנחיות לגבי הנחות

הרינו מביאים לידיעת המשתתפים במכרז, שבעת בדיקת והכנת לוח השוואת ההצעות שהוגשו למכרז, אנו נוהגים על-פי העקרונות הבאים:

א. הנחות/בונוסים הניתנות בהצעות המחיר:

1. אם ניתנת הנחה/בונוס מותנית בגודל הרכישה או בכל דרך אחרת, אין אנו מתייחסים להנחה/בונוס זו, וכאילו שלא ניתנת כלל.
2. במידה וניתנת הנחת בונוס בכמות שאינה מותנת בהיקף הרכישה או בכל דרך אחרת, הנחת כמות זו תשוקלל למחיר שיהיה מחיר מוסכם וסופי לצורך הרכישה (ביצוע ההזמנות).
- ב. כל ההצעות המוגשות במטבע זר, מתורגמות על ידנו לשקלים, לתאריך אחיד.
- ג. אנו נהיה רשאים לשנות את היקף העבודה/הכמויות בגבולות של 30%.

תאריך: _____

אשור רואה חשבון המאשר "טובין מתוצרת הארץ"

אני הח"מ _____ רו"ח, בעל ת.ז מס' _____ מאשר בזאת כדלקמן:

1. אני משמש כרואה חשבון של _____ (להלן: "המציע").
2. קראתי ואני מכיר את תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה 1995 (להלן: "התקנות").
3. הריני לאשר כי הצעת המציע בהצעתו למכרז מס' _____ (להלן: "המכרז לאספקת הטובין") _____ (להלן: "הטובין") מתייחסת לטובין מתוצרת הארץ כמשמעותו בתקנות.
4. אני מאשר כי הטובין הנ"ל הם "מתוצרת הארץ" – טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה.

_____ תאריך
_____ שם מלא
_____ חתימה וחותמת



אגף מחשב

הצהרת סודיות ללא פגות תוקף

אני הח"מ _____ מ.ז. _____

עובד _____

מצהיר ומתחייב בזה כלפי משרד הבריאות – מרכז רפואי תל-אביב:

1. לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, לגלות או להביא לידיעת כל אדם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין בתקופת העסקתי ובין לאחר מכן, כל ידיעה שתגיע אלי בקשר עם או עקב קבלת מידע של/הנוגע/הקשור מרכז רפואי ת"א (להלן מרת"א), או שנובעים עקב או בתוקף עבודתי תוך כדי תקופת ביצוע העבודה, לפני או לאחר מכן, ולרבות כל נושא הקשור למחקר, תהליכים, תחשיבים, נתונים, שרטוטים, מסמכים וכל מידע שנודע לי עליו והקשור לקבלת מידע זה.
2. מובהר בזה כי הגדרת מידע שבכתב התחייבות זה תכלול כל ידע ו/או מידע ו/או חומר מקצועי ו/או טכנולוגי ו/או מסחרי של מרת"א ו/או של אחרים מטעמה, כל עוד לא הפכו להיות נחלת הכלל, וכל מידע הנוגע למרת"א, אשר נמסר לחברה, ו/או לעובדים ו/או הגיע ו/או יגיע לידיהם או לידיעתם, עקב ביצוע השירות, בעל-פה, ברשימות, בדיסקטים, בתיקים, בתוכנות מחשב, בתרשימים, בחוברות, במסמכים ו/ובכל מדיה ואופן שהוא, לרבות כל תוצר, רעיון תכנית או מסמך. מובהר כי המידע יהיה וישאר בכל עת קניינה המלא של מרכז רפואי ת"א.
3. מידע של/הנוגע למרת"א, על כל צורותיו, המועבר למשרדי החברה ו/או לעובדים לא יצא מתחום החברה אלא חזרה למשרדי מרת"א. במידה וקיים צורך להוציא מידע שכזה מחוץ לתחומים אלו, יעשה הדבר אך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ממנהל אבטחת מידע. בבקשה לקבלת ההיתר יובא הנימוק לצורך ע"י גורם ניהולי בחברה. בתום השימוש בחומר שנתקבל ממרת"א תוודא החברה גריסתו או החזרתו למרת"א, בהתאם להנחיות מרת"א.
4. החברה והעובדים יוודאו כי מידע של מרת"א אשר יש להוציאו מתחום המשרדים, בהתאם לתת-סעיף ג' לעיל, יועבר בהקדם האפשרי לתחום משרדי החברה או למשרדי מרת"א, על-מנת לאפשר אחסון ובקרה כנדרש. כמו כן, החברה והעובדים מתחייבים שלא להשאיר חומר של מרת"א ברכב חונה ו/או לאפשר הוצאת חומר לביתם של עובדים, אלא לאחר יידוע וקבלת אישור ממנהל אבטחת המידע במרת"א מראש ובכתב.



אגף מחשב

5. מסמכים הכוללים מידע, המיועדים לתליה על לוחות המודעות בשטח החברה יקבלו את אישור הנהלת החברה בהיבטי אבטחת מידע בטרם תלייתם וכל זאת בכפוף לאישור בכתב מהנהלת מרת"א.
6. מידע אשר אין בו עוד צורך ייגרס במכונת גריסה הממוקמת בשטח העבודה, הגורסת לרוחב פס שאינו עולה על 9 מ"מ. עד לגריסתו של המידע תוודא הנהלת החברה נעילתו כמוגדר. אין להשליך מסמכים הכוללים מידע של מרת"א לפחי האשפה ואין למוסרם למנקים.
7. לא יועבר מידע או כל חלק ממנו, בכל צורה או אופן, בין במישרין ובין בעקיפין, על-ידי החברה ו/או ע"י העובדים אל צד שלישי כלשהו, לרבות גורמים ו/או מועסקים של החברה אשר אינם משולבים בשירות זה, לרבות מידע המגיע בפקס, מסמכים, קלטות, מחשבים ניידים, מדיה מגנטית או אופטית.
8. החברה והעובדים מתחייבים בזאת שלא לקחת ממרת"א ו/או לעיין ו/או לצלם ו/או לשכפל מדיה מגנטית או מסמכים הנמצאים על שולחנות עובדי מרת"א, בעמדות העבודה או בכל שטח אחר שברשות מרת"א, זאת למעט מידע כמתואר שינתן לעובדים במסגרת ולצורך מתן השירות מגורמי מרת"א בתוקף עבודתם.
9. באם החברה מחזיקה ברשותה מאגר מידע של "מרת"א" ובאם מידע זה כולל היבטים של "צנעת הפרט" כפי שמוגדרים בחוק וכן היבטים עסקיים ואסטרטגיים של "מרכז רפואי ת"א" - יחולו על מאגר זה כל דרישות האבטחה כפי שהן מיושמות במאגרי המידע של "מרת"א".
10. ידוע לי כי אני מחויב לשמור על סודיות כלפי מרכז רפואי ת"א, וכי אי מילוי התחייבותי לסוגיות כאמור, עלולה לגרום לי לנזקים, כמו גם למרת"א.
11. ידועה לי חובת שמירת הסודיות מכוח חוק הגנת הפרטיות - התשמ"א 1981- והתקנות שמכוחו.
12. כן ידוע לי, כי אי מילוי התחייבותי על פי האמור לעיל, מהווה עבירה אף לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
13. התחייבותי זו ניתנת בהביני את תוכנה והסכמתי לכתוב בה.
14. ההתחייבותי שבכתב התחייבות זה מוחלטות ובלתי חוזרות ותחייבנה את החברה ואת העובדים הקשורים בעבודת מרת"א, במהלך תקופת השירות ולאחר סיומו, לרבות לאחר סיום העסקת העובד ע"י החברה, ללא הגבלת זמן כלשהי.



אגף מחשב

מובהר כי כל ההתחייבויות שבכתב זה יחולו והינן מחייבות את החברה ואת עובדי החברה, ביחד ולחוד, לרבות מקום בו נרשם מפורשות "החברה", אלא מקום בו עולה מסדר הדברים כי ההתחייבות הינה של החברה בלבד.

15. מעבר לאחריות האישית והפילילית הכרוכה בהפרת סודיות אני מתחייב לשפות את מרת"א בגין כל נזק מכל מן וסוג שהוא שיגרם למרת"א כתוצאה משמוש לא תקין במידע או הפרת התחייבותי.

שם החברה: _____

שם נציג מורשה מטעם הנהלת החברה: _____

מספר זהות: _____

חתימה: _____

חותמת: _____

תאריך: _____