

כ"ב חשון תשע"ו
04 נובמבר 2015

אל:
משתתפי המכרז שבנדון

א.ג.נ.,

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100032770 "סיוע בתפעול המעבדה הלאומית לניטור של רשות המים"

להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס'ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1	מסמכי מכרז	נספח ב'	בסעיף 1 בפרק המקצועי (נספח ב') עמודים 24-26 אני מבקש לפרט את סוג המכשיר שעליו נדרש השרות?	LC-MS-MS: Agilent TripleQuad . LC1200series +MS6410. GC-MS: Agilent GC 6890N+ MS 5973. P&T: O-I HPLC: Varian Prostar 363+ pickering Post column reactor. FIA: Lachat QuikChem QC 8500 IC: Dionex ICS2500+ICS5000 ICP-OES: Varian 720-ES TOC: Vcpm Shimadzu Elisa: infinite F200 TECAN
2	מסמכי מכרז	סעיף 1.3	לסעיף 1.3 בעמוד 2 ברקע להצעת המכרז אני מבקש פירוט של איזה סוג בדיקות וסוג מטריצה מדובר על מנת לתמחר את השירות?	הדוגמאות המגיעות למעבדה ונבדקות לכ-130 סוגי פרמטרים שונים למטריצות של מים עפ"י השיטות המפורטות בסעיף 1 בפרק המקצועי. לא ניתן לצפות מראש לכל תקופת ההתקשרות את כל סוגי המטריצות ואת כל הפרמטרים שידרשו. אלו נקבעים מעת לעת על פי צרכי השעה.
3	מסמכי מכרז	סעיף 3.1.2	אני מבקש לפרט את סעיף 3.1.2 בעמוד 4 במכרז, תחת הכותרת "השירותים הנדרשים מהזוכה במכרז" - האם מדובר על שיטות עבודה המפורטות ב- STANDARD METHODS for the examination of water and	כן. מדובר על פיתוח של שיטות סטנדרטיות על המכשור הקיים במעבדה.

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
			wastewater	
4	הסכם	סעיף 15	בסעיף 15 בחוזה בעמוד 55 ב- "כלים וחומרים" מדוע לא נכלל הסכום של 120000 שקל חדש הנקוב בהצעת מחיר?	נוסח הסעיף לא ישתנה. התמורה בגין ציוד מתכלה תשולם כנגד הזמנה בפועל. לסיפה של סעיף 6 (א) בהסכם יוסף הסעיף הבא: " בנוסף, כנגד מילוי כלל התחייבויותיו על-פי הסכם זה בגין אספקת ציוד מתכלה למעבדה, בכפוף להזמנה ולאספקה בפועל, בהתאם לכל האמור במסמכי המכרז ולכל אמור בס"ק ב'-י"ד להלן, יקבל הספק תמורה בסכום מקסימלי שלא תעלה על 120,000 ₪ (ובמילים: מאה ועשרים אלף שקלים חדשים). לא ניתן לפרט מראש חומרים וכלים הנדרשים לתקופת ההתקשרות. אך יובהר שמדובר בחומרים וציוד מתכלה המתוקצבים בנפרד ע"י הרשות ואינם מהווים חלק מהוצאות תפעול המעבדה כמפורט בסעיף 4 בנספח ב'.
5	הסכם	סעיף 6	בסעיף 6 בחוזה עמוד 50 ב- "התמורות הכספיות" לא מוזכר 120,000 ₪ כהחזר הוצאות?	ר' המענה לשאלה מס' 4 לעיל.
6.	מסמכי מכרז	1.3	בעמוד 2, סעיף 1.3 מופיע: " המעבדה מקבלת כ – 3,500 דוגמאות מים בשנה מאגפי רשות המים שנבדקות לכ- 30,000 פרמטרים שונים בשנה". השאלה: א. בכמה אנליזות מכל סוג מדובר? מאחר וקיים הבדל משמעותי בעלויות ריאגנטים וזמן עבודה בין סוגי האנליזות השונות שהוזכרו במכרז. ב. מה מדיניות רשות המים במכרז זה במידה וכמות הדוגמאות/הפרמטרים יחרוג מהערכה המופיעה במכרז. ג. האם יתכן תרחיש בו יתווספו פרויקטים בהם תידרשנה תכונות ודרישות נוספות מצוות העובדים שלא מופיעות במכרז זה (כגון- עבודה עם חומרים מסוכנים, סיווג בטחוני ועוד). אם כן, מה יקרה במידה והעובדים שנבחרו במסגרת מכרז זה אינם עומדים בדרישות אלה?	א. ר' המענה לשאלה מס' 2 לעיל. שימת לב המציעים לסעיפים 3.2.1 וסעיף 3.3 במסמכי המכרז. ב. הצעת המחיר היא כוללת והנתונים המופיעים במכרז הם בבחינת הערכה על-בסיס ניסיון העבר. הרשות תפעל באמצעים המקובלים עפ"י תקנות חובת המכרזים ובכל מקרה תפעיל את כל סעיפי המכרז וההסכם בהגיונות ובסבירות. ג. המדובר בתרחיש תיאורטי. ר' המענה לסע' ב' לעיל. כמו-כן לעניין שינויים בכוח האדם, ר' סע' 13.1 במסמכי המכרז

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
7.	מסמכי מכרז	פרק מקצועי נספח ב'	בעמוד 27, סעיף 7 מופיע: ההיקף השנתי המשווער המוערך של אספקת חומרים וציוד מתכלה למעבדה ובגין תחזוקה שוטפת, הוא כ- 120,000 ₪. בחוזה המצורף למכרז זה אינו מופיע, מדוע?	ר' המענה לשאלה מס' 4 לעיל.
8.	הסכם		בעמוד 55 סעיף 15 א' מופיע: " כל הכלים והחומרים הדרושים לשם אספקת השירותים נושא מכרז זה, יירכשו על ידי הספק ועל חשבוננו - אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב". מהי הערכת עלות הריאגנטים והכלים?	ר' המענה לשאלה מס' 4 לעיל.
9.	מסמכי מכרז	3.2	בעמוד 4 סעיף 3.2 מופיע: "המציע יעמיד לטובת הפרויקט את כוח האדם המפורט". א. האם פרט לצוות המוזכר במכרז, יש צוות נוסף? תקנים נוספים? ב. אם כן - מי כפוף למי? מה יחסי העבודה/היררכיה בין העובדים השונים והצוות שיבנה במסגרת מכרז זה? ג. מה יקרה בתרחיש בו העובדים האחרים לא יוכלו למלא את תפקידם?	א. המעבדה מתופעלת כיום ע"י 2 שתי עובדות של רשות המים (מנהלת המעבדה וממונה בקרת איכות) ו-4 כימאים במיקור חוץ, 3 מהם מסיימים את העבודה בסוף שנת 2015 והרביעי מסיים את העבודה בסוף שנת 2016. ב. כל עובדי המעבדה כפופים, מנהלית ומקצועית למנהלת המעבדה (כימאית ראשית) ומבחינת דרישות ה- ISO ואבטחת איכות לממונה על בקרת האיכות במעבדה. ג. מסמכי המכרז מפרטים את כל הנדרש מבחינת כוח אדם. לא ניתן להחליף אנשי צוות אלא בתנאים המפורטים בסעיף 13 במסמכי המכרז וסעיף 19 בהסכם.
10.	נספחים	נספח ה' להסכם	בעמוד 67 סעיף 5 מופיע: "לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת". לפי חוק תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות, התשס"א) נקבע כי "מחזיק מעבדה ינקוט במעבדה אמצעי בטיחות וגיהות". לפיכך, מי אחראי על הבטיחות במעבדה (סקר סיכונים, היתר רעלים ומסמכים דומים) - הזוכה במכרז או רשות המים (שהיא מחזיק המעבדה)?	האחראי על הבטיחות במעבדה היא מנהלת המעבדה מטעם הרשות
11.	מסמכי מכרז	פרק מקצועי נספח ב'	בעמוד 26 סעיף 1.9.2 מופיע: " הפעלת מעבדה ניידת ותחזוקת הרכב". על מי חלות הוצאות הרכב השונות? האם רשות המים תאפשר לעובדים שזכו במכרז זה לנהוג ברכב ממשלתי?	ר' סעיף 1.9.6 במפרט המקצועי. הרכב הוא רכב ממשלתי.
12.	מסמכי מכרז	1.2	בעמוד 2 סעיף 1.2 מופיע: "במעבדה פותחו יכולות אנליטיות ייחודיות להפעלת הציוד האנליטי המתקדם שאינן קיימות במעבדות	להלן פרוט המכשור והדגמים: LC-MS-MS: Agilent TripleQuad .

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
			אחרות בארץ". אנא פרטו את רשימת המכשור הקיים, כולל סוגי הדגמים של כל מכשיר. האם במידה ויוכנס מכשור חדש או דגם שונה מהקיים ותידרש הכשרה מקצועית ו/או תוספת כוח אדם ייעודי- על מי חלה עלות זו?	LC1200series +MS6410. GC-MS: Agilent GC 6890N+ MS 5973. P&T: O-I HPLC: Varian Prostar 363+ pickering Post column reactor. FIA: Lachat QuikChem QC 8500 IC: Dionex ICS2500+ICS5000 ICP-OES: Varian 720-ES TOC: Vcpm Shimadzu Elisa: infinite F200 TECAN לעניין שינויים במשימות - ר' המענה לשאלה מס' 6 (ב) לעיל.
13.	מסמכי מכרז	פרק מקצועי נספח ב'	בעמוד 26 סעיף 2, מופיע: "פיתוח שיטות עבודה לציוד קיים וחדש". פיתוח שיטות שאינן סטנדרטיות ידרוש זמן עבודה נוסף משמעותית וכן כוח אדם ייעודי לכך. על מי תחול עלות זו במידה ותידרש?	הכוונה לשיטות סטנדרטיות לציוד הקיים. במידה ויידרש פיתוח שיטות מסוג "home made/based on" לציוד קיים ו/או חדש - ר' המענה לשאלה מס' 6 (ב) לעיל.
14.	מסמכי מכרז	1.4	בעמוד 2 סעיף 1.4, מופיע: " המעבדה לניטור מים מוסמכת משנת 2006 לעבודה לפי תקן ISO17025 ומתוקף כך מחויבת לעבוד תחת פיקוח של הרשות להסמכת מעבדות ולעמוד במבדקים מקצועיים ואיכותיים של הרשות להסמכת מעבדות". מי אחראי על התאמת נהלי העבודה בהתאם ל ISO (Quality Assurance; quality control) ?	האחריות על עמידה בתנאי ISO חלה על רשות המים.
15.	מסמכי מכרז	כללי	ממסמכי המכרז לא ברור כמה אנשי צוות נדרש המציע לספק. על מנת לתמוך את העבודה, אני מבקשת לדעת את כמות השעות הכללית שעל המציע לספק למעבדה או לחילופין את היקף העבודה המדויק הנדרש (כלומר פירוט כמות הבדיקות לכל שיטה ובכל מכשיר כולל סוג הכנת הדוגמאות הנדרש ב-3 השנים).	לא ניתן לפרט את כמות הבדיקות לכל שיטה ולכל מכשיר לכל תקופת ההתקשרות. בנוסף, ר' המענה לשאלות מס' 4 ומס' 9 לעיל. יש להתבסס על האמור במכרז.
16.	מסמכי מכרז	כללי	כמה אנשים מבצעים כיום במעבדה את היקף העבודה הנדרש במכרז.	. ר' המענה לשאלה מס' 9 לעיל.
17.	הסכם	15 א'	בסעיף 15 א' מצוין שחומרים וכלים הדרושים לשם אספקת החומרים יירכשו ע"י הספק ועל חשבונו. אני מבקשת לקבל פירוט של החומרים	<u>ר' המענה לשאלה מס' 4 לעיל.</u>

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
			והכלים על מנת לתמחר אותם.	
18.	הסכם	6'ג'	בסעיף 6 ג' להסכם, מצוין כי 'הספק לא יגדיל את היקף העבודות או יערוך שינויים נוספים על המוסכם במפורש בהסכם זה ובנספחיו, אלא אם קיבל מראש הוראה בכתב לעשות כן ממי שהוסמך לכך על ידי הרשות כמורשה חתימה מטעמה, ובכלל זה חשב הרשות'.	השרות הנדרש במכרז זה מפורט במסמכי המכרז. מעבר לכך, תפעל הרשות בהתאם לכל האמור בתקנות חובת המכרזים.
19.	מסמכי מכרז	כללי	האם ההוראה על הגדלת היקף העבודה ע"י רשות המים (לדוגמא: תוספת מכשיר חדש, תוספת כמות בדיקות, פרמטרים חדשים לבדיקה, פיתוח שיטות חדשות שאינן מופיעות בהסכם וכד') תזכה את המציע בתוספת תקציב בהתאם למטלות הנוספות.	
20.	מסמכי מכרז	כללי	האם במסגרת עזרה בתפעול המעבדה ניתן יהיה להשתמש באנשי המעבדה לבדיקות שאינן קשורות לצרכי הרשות? אם כן האם התמורה עבור בדיקות עלו יועברו לספק?	לא.
21.	מסמכי מכרז	כללי	האם כל התמורה בגדול במכרז זה היא עבור אספקת כ"א מתאים וחומרים וכלים?	פרוט התמורה מופיע בסעיף 8 עבור השרותים המפורטים בסעיף 3 ובנספח ב'. התמורה עבור רכישת חומרים וציוד מתכלה תהא בהתאם לסעיפים 7.3 ו- 8.3.
22.	מסמכי המכרז	סעיף 5.3.3 – עמ' 8	ישנה דרישה לתעודת רישום תאגיד. בהיותי עוסק מורשה, האם די בהמצאת תעודת עוסק מורשה?	כן.
23.	מסמכי המכרז	סעיף 5.3.4 – עמ' 8	אישור, כי המציע אינו רשום ברישומי רשם החברות כחברה מפרה כאמור בסעיף 362 א' בחוק החברות על היותו חברה מפרה. האם בהיותי עוסק מורשה אני מחויב בקיום דרישה זו?	לא.

בברכה,

ועדת מכרזים