

י' כסלו תשע"ו
22 נובמבר 2015

אל:
משתתפי המכרז שבנדון

א.ג.נ.,

**הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100033053
"לאספקת מכשור הידרומטרי"**

להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	מסמכי מכרז		<p>מדי מפלס לבארות:</p> <p>א. מבקשים להגדיר את משקל החיישן הנדרש כולל המשקלות ואם עומדים בדרישה לאפשר להגיש הצעה עם חישן ללא משקלות</p> <p>ב. בניסוח הדרישות אתם משתמשים באותו המקום ב"כבל: ולאחר מכם ב"סרט". מבקשים לאפשר להציע מדי מפלס גם בכבל עגול.</p> <p>ג. במדי מפלס באורך 400 ו-500 מ' אתם מבקשים להציע מנוע ללא צורך בהזנה ממצבר אלא ממקור עצמאי. לדעתנו הדרישה מתאימה ליצרן אחד בלבד ואינה מאפשרת הצעות מתחרות. הבקשה: להסיר המגבלה הזו</p> <p>ד. ברשימת החלפים הנכם מבקשים לספק חיישן עם 1 מ' כבל ואמצעי חיבור ותיקון. מבקשים לאפשר להציע חיישן עם 3 מ' ולהציע את קיט התיקון בסעיף נפרד</p> <p>ה. עד כמה ניתן לסטות מדרישת הקוטר והאורך המירביים המוגדרים, למשל האם הנכם מאפשרים להציע חיישני מדידה בקוטר של 102 מ"מ או יותר ובאורך 140 מ"מ ויותר.</p> <p>ו. מדי לחץ עם אוגרי נתונים:</p> <p>1. הנכם דורשים מבנה קרמי. מבקשים להציע כל מבנה העומד בדרישה הסביבתית כמוגדר במפרט</p> <p>2. הנכם דורשים להציע יחידת שלילת נתונים ניידת. מבקשים לאפשר להציע תקשורת "שן כחולה" (BLUETOOTH)</p>	<p>א. משקל המשקולות כולל החיישן 150 גרם.</p> <p>ב. הדרישה במכרז לכבל דו גידי בצורה של סרט בלבד.</p> <p>ג. אין מניעה להגיש מכשור כמבוקש בשאלה. עם זאת יובהר, כי הצעה שתכלול מנוע ללא צורך בהזנה ממצבר תקבל עדיפות במסגרת אמת המידה לאיכות "נוחות בתפעול המכשיר".</p> <p>ד. אין מניעה להציע חיישן עם כבל ארוך, אולם מעבר לכך לא יהיה שינוי במפרט המקצועי.</p> <p>ה. אין שינוי במפרט המקצועי ביחס לנשאל בשאלה.</p> <p>ו.1. מקובל ובלבד שעומד בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.</p> <p>ו.2. הדרישות המפורטות במכרז לא תשתנה.</p>

	באמצעות סמארטפון, אייפון ואנדרואיד			
טעות הקולמוס תתוקן	בכתב הכמויות, עמ' 23 סעיף 1 כתוב: מכשיר לבדיקת מפלסים בקידוחים 100 מ', צריך להיות: מכשיר לבדיקת מפלסים בבארות 100 מ'	נספח א	מסמכי המכרז	2.
<u>אכן נפלה טעות קולמוס במסמכי המכרז והוא יתוקן בהתאם.</u>	בכתב הכמויות עמ' 41, בפרק המתייחס למכשיר לבדיקת מפלסים שמן / מים 400 מ' אין שורה המתייחסת למנוע של מד המפלס, למרות שבסעיף 2.6.4 המפרט את המכשיר המנוע נדרש במפורש. האם לכלול את מחיר המנוע במחיר המכשיר?	נספח א'	מסמכי המכרז	3.

בברכה,

ועדת מכרזים