



ח' בשבט, התש"פ
03 פברואר 2020

סימוכין: 120238720

לכבוד
משתתפי המכרז

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' 67/2019 – אספקת מזרנים עבור היחידה למכשירי שיקום וניידות במשרד הבריאות - מענה לשאלות הבהרה

1. בהתאם להוראות מכרז מס' 67/2019 שבנדון (להלן: "המכרז"), להלן טבלת שאלות הבהרה אשר הוגשו בקשר עם המכרז והתשובות בגינן.
2. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה וכי הסעיפים מתייחסים לנוסח הקודם שפורסם על ידי המשרד.
3. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים מכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה, אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשרד או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
5. **בכוונת המשרד לפרסם את המכרז מחדש. הנוסח החדש יכלול שינויים ועדכונים בתנאי המכרז לרבות בתנאי הסף. לצורך קבלת נוסח המכרז החדש, על המציעים לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנט של המשרד.**
6. **עד פרסום מכרז חדש אין להגיש הצעה למכרז מספר 67/2019.** פרסום מענה זה לשאלות הבהרה נועד להביא לידיעת המציעים הבהרות ועדכונים שצפויים להיכלל במכרז שיתפרסם. מובהר כי המשרד יהיה רשאי להכניס למכרז החדש עדכונים ותנאים נוספים ככל שיידרש.
7. במסגרת עדכון תנאי המכרז, עודכן גם נספח ד' (מפרטים טכניים). המציע יגיש את המענה לנספח ד' באמצעות קובץ אקסל שיצורף לחוברת המכרז באתר האינטרנט. קובץ האקסל יצורף להחסן הנייד שיוגש.
8. שימת לב המציעים כי פרק "הגשת ההצעות" בחוברת המכרז עודכן. הצעת המחיר (נספח ב' נספח בטבלה 16) תוגש בתוך מעטפה סגורה ונפרדת. אין לציין את הצעת המחיר או פרטים המרמזים באופן גלוי בגוף ההצעה. הצעת המחיר תופיע רק בטופס הצעת המחיר המיועד לכך שיוכנס למעטפת המחיר סגורה.
9. **שימת לב המציעים, שבנוסח המעודכן של חוברת המכרז, יחול עדכון גם בנוסח, במועדים ובתנאי ערבות הגשת ההצעה (נספח ג'). על המציע להקפיד ולהגיש את ערבות הגשת ההצעה בהתאם לנוסח המעודכן בנספח ג'. כנ"ל הוכנסו עדכונים בנוסח ערבות ההסכם (נספח 1 להסכם).**
10. מכתב זה מפורסם באתר האינטרנט של המשרד בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
11. במכרז החדש יעודכנו בין היתר תנאי הסף הבאים: הנחיות בנושא הגשת הצעות על ידי "אשכול חברות" (ראה סעיף 1 במענה לשאלות הבהרה להלן). ניסיון קודם באספקת מזרנים (תנאי הסף בנושא אספקה ללקוחות מוסדיים בוטל, ראה סעיפים 36, 55 במענה לשאלות הבהרה להלן).
12. מכתב זה מפורסם באתר האינטרנט של המשרד בהתאם למפורט במסמכי המכרז.



#	עמוד	סעיף	שאלת המציע	תשובת המשרד
1.	8	9	נבקשכם לעדכן את תנאי הסף במכרז באופן הבא : תנאי הסף למציע יוכלו להתקיים במציע עצמו או בחברה אחות של המציע ובתנאי שקיימת זהות בין בעלי המניות במציע לבין בעלי המניות בחברה האחות.	בהתאם להוראת תכ"ס 7.4.1.2 בנושא "הכנת מסמכי המכרז": ועדת המכרזים רשאית לבחון האם לצורך עמידה בתנאי המכרז ואמות המידה שנקבעו, יהיה ניתן לייחס תנאים או אמות מידה של מציע לחברת האם שלו או לחברה אחרת באשכול החברות שהמציע הוא חלק ממנו. במסגרת בחינה כאמור תתייחס הועדה, בין היתר, לקריטריונים הבאים: החברות האחרות הנמצאות בשליטה מלאה (100%) של המציע. זהות בעלי המניות ונושאי המשרה המרכזיים במציע ובחברות באשכול (הן מבחינה פרסונלית והן מבחינה מהותית - מקצועית). המשמעות של המבנה התאגידי מבחינה תפעולית ועסקית. עריכת דוחות כספיים מאוחדים על ידי אשכול החברות. החליטה ועדת המכרזים לקבוע הוראה בעניין זה, תציין את החלטתה במסמכי המכרז. בהתאם לכך, ועדת המכרזים החליטה לעדכן את תנאי הסף הרלוונטי. יחד עם זאת, לפי החלטת הוועדה, המציע עצמו נדרש לעמוד בעצמו בתנאי הסף של ניסיון באספקת 100 מזרנים בשנת 2019 (ר' סעיף 11.1 בחוברת המכרז). ניתן לייחס תנאי סף זה לחברה אחות / חברת אם - רק בקשר ליתר השנים, למעט 2019. הבהרה בעניין מופיעה בנספח י' בנושא אשכול חברות.



#	עמוד	סעיף	שאלת המציע	תשובת המשרד
2.	28	14.1	זמני אספקה - נדרש להרחיב את זמני האספקה ל- 10 ימים	אין שינוי בסעיף
3.	28	14.2	נדרש להבהיר שלא יחול פיצוי מקום שהעיקוב אינו תלוי בספק המיטות, לדוגמא עקב עיכוב התלוי בלקוח.	במקרים אלה, על הספק לתעד את הסיבות שגרמו לעיכוב באספקה ולהציגן למשרד. החלטה על גביית פיצוי מוסכם מהספק נתונה לשיקול דעת המשרד
4.	29	16.1	שעות העבודה : מניסיונו הנוכחי, אין צורך במתן מענה פרונטלי בימי ו' ישנו מענה טלפוני בלבד, יש להשאיר את המענה כפי שמתקיים היום א-ה 9-17	הדרישה בסעיף זה הינה למענה טלפוני ולא מענה פרונטלי, אין שינוי בתנאי המכרז
5.	29	16.6	יש להחריג שאלות כלליות מהדיווח כגון - כתובת, שעות קבלה, פרטי קשר ועוד	מקובל, ובלבד שהדיווח יכלול את המידע כמפורט בסעיף 16.6
6.	30	16.7	נבקש לבטל דרישה לדיווח נוסף באופן רבעוני, זאת לאור העובד שממילא הדיווח החודשי קיים בכל מקרה	מקובל, ובלבד שהספק העביר את הדיווח החודשי כנדרש
7.	34	23.5	צריך לאפשר זכות פניה לערכאות במידת הצורך. זכות הפניה לבית המשפט היא זכות חוקתית שלא ניתן לשלול אותה.	פניית הספק לבית המשפט אפשרית רק לאחר מיצוי הבירור אצל הממונה כמפורט בסעיף 23 בחוזה
8.	36	25.2	סביר להגביל במסגרת סעיף זה גם קרוב מדרגה ראשונה של בעלים ומנהלים אצל הספק, אולם ביחס לעובדים זה בלתי סביר. לכל ספק יש שורה ארוכה של עובדים זוטרים ואין כל אפשרות לעקוב אחר מקום עבודתם של כל הקרובים שלהם, אפילו מדרגה ראשונה.	אין שינוי בסעיף, מצופה מן הספק לברר בקרב עובדיו האם ישנם קרובי משפחה שעובדים בלשכת בריאות כלשהי.
9.	37	29.1	נדרש להחריג מסעיף זה נזקים כתוצאה משימוש של המזמין שלא על פי הוראות ההפעלה או הבטיחות או בהתאם לייעודו של המוצר.	אין שינוי בסעיף
10.	37	29.2	על פי דרישות חברות הביטוח כיום, התחייבות לשיפוי חייבת להיות כפופה ל- 1. פסק דין חלוט 2. למתן הודעה לספק על התביעה. 3.	אין שינוי בסעיף



#	עמוד	סעיף	שאלת המציע	תשובת המשרד
			למתן הזכות לספק להתגונן בעצמו כלפי התביעה. 4. איסור על פשרה ללא אישור הספק.	
11.	37	29.3	נא להכפיף השיפוי לתנאים בסעיף 29.2	אין שינוי בסעיף
12.	37	29.4	נא להוסיף בסוף הסעיף: "בהתאם לתנאי חוזה זה והוראות השימוש והבטיחות במזרן".	אין שינוי בסעיף
13.	38	32.1	נא להבהיר כי שימוש בקבלני משנה (כדוגמה לצורך הובלות) אינו מהווה המחאה כאמור.	כל שימוש בקבלני משנה מחייב תיאום מראש וקבלת אישור הממונה במשרד הבריאות
14.	41	37	א. מבוקש למחוק את המילים "ולטובת מדינת ישראל - משרד הבריאות" ולהחליפם במילים "ובהתאם להרחבי השיפוי המורחבים להלן". ב. מבוקש כי לאחר המילים "הבריאות את" יתווספו המילים "אישור עריכת". ג. מבוקש כי לאחר המילים "והתנאים הנדרשים" יתווספו המילים "בסעיף ביטוח זה".	הבקשות נדחות
15.	41	37.1.2	א. מבוקש להחליף את גבול האחריות מ- \$ 5,000,000 לגבול אחריות של 20,000,000 ש. ב. מבוקש למחוק את המילה "(שנה)".	א. אין שינוי בסעיף, אולם מובהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח חתום בידי המבטח לכשיוצג. מובהר כי גבול אחריות שיקלי אחר המומר לשער יציג גם יתקבל באישור החתום בידי המבטח לכשיוצג. ב. אין שינוי בסעיף, אולם מובהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח חתום בידי המבטח לכשיוצג ככל ותקופת הביטוח שתצוין תהיה שונה "משנה".
16.	41	37.1.4	א. מבוקש למחוק את המילה "ונטען" ולהחליפה במילה "ונקבע". ב. מבוקש כי בסיפא של הסעיף ימחקו המילים "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו". לחילופין, מבוקש להוסיף לאחר המילים "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו" את המילים "היה וייחשבו כעובדי הספק".	א. אין שינוי בסעיף. ב. אין שינוי בסעיף אולם מובהר כי באישור החתום לכשיוצג תתקבלנה הוספת המילים: "היה וייחשבו כעובדי מי מהמבוטחים". מחיקת המילים: "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו" תתקבל באישור החתום לכשיוצג בכפוף לקבלת הצהרה בכתב מאת הספק לפיה כל השירותים



#	עמוד	סעיף	שאלת המציע	תשובת המשרד
				מבוצעים על ידו וכי אינו מעסיק קבלנים או קבלני משנה כאמור.
17.	42	37.2.2	מבוקש להחליף את גבול האחריות מ- 250,000 \$ לגבול אחריות של 2,000,000 ש.	אין שינוי בסעיף, אולם מובהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח חתום בידי המבטח לכשיוצג. מובהר כי גבול אחריות שיקלי אחר המומר לשער יציג גם יתקבל באישור החתום בידי המבטח לכשיוצג.
18.	42	37.3.1	א. מבוקש למחוק את המילה "וחבות היצרן". ב. מבוקש למחוק את המילים "למכרז וחווה עם מדינת ישראל - משרד הבריאות" ולהחליפם במילים "לסעיף ביטוח זה".	א. אין שינוי בסעיף, אולם מובהר כי היה וספק זוכה יציג אסמכתאות מתאימות לכך שהיצרן מסרב להציג אישור חתום ביחס לביטוח חבות המוצר ובהתאם לבקשה למרות מאמצי הספק הזוכה, אישור ביטוח ע"ש ספק בלבד לעניין ביטוח חבות המוצר בהתאם לנדרש יתקבל. כמו כן תשומת לב הספק כי הצגת ביטוחי היצרן מחו"ל היא חלופה, על הספק לבחון גם את יכולתו לכסות את חבות היצרן בביטוח שלו בהיותו נציג היצרן. אין שינוי בסעיף.
19.	42	37.3.2	מבוקש למחוק את הסעיף.	אין שינוי בסעיף
20.	42	37.3.4	מבוקש למחוק את המילה "(שנה)".	אין שינוי בסעיף, אולם מובהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח חתום בידי המבטח לכשיוצג ככל ותקופת הביטוח שתצוין תהיה שונה "משנה".
21.	42	37.3.5.2	מבוקש כי בסיפא יתווספו המילים "זאת בתנאי כי לא נערך על ידי הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל ושהביטול ו/או אי החידוש לא נבעו בשל אי תשלום פרמיה ו/או מרמה".	אין שינוי בסעיף, אולם מובהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח חתום בידי המבטח לכשיוצג.



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל ומשאבי אנוש
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה
Purchasing, Properties and Logistics Division

#	עמוד	סעיף	שאלת המציע	תשובת המשרד
22.	42	37.3.6	א. מבוקש למחוק את המילים "אחריותם" ולהחליפם במילים "חבות שתוטל עליה". ב. בסיפא - מבוקש שיתווספו המילים "עקב מעשי ו/או מחדלי הספק".	א. אין שינוי בסעיף. ב. אין שינוי בסעיף.
23.	43	37.5.2	מבוקש למחוק את המילים "כמבטחים נוספים" ולהחליפם במילים "הרחבות שיפוי לטובת".	אין שינוי בסעיף.
24.	43	37.5.4	א. מבוקש למחוק את המילים "המבטח מוותר" ולהחליפם במילים "הביטוחים בסעיפים 37.1 (מעבידים) ו-37.2 (צד שלישי) כוללים וויתור". ב. מבוקש למחוק את המילים "תביעה, השתתפות או חזרה".	א. אין שינוי בסעיף. ב. אין שינוי בסעיף.
25.	43	37.5.8	מבוקש להחליף את המילה "ביט" במילה "מנוביט".	אין שינוי בסעיף, אולם מובהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח חתום בידי המבטח לכשיוצג
26.	43	37.5.9	מבוקש כי בסיפא יתווספו המילים "אולם מובהר בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור לגרוע מחובת הזהירות של המבטח ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א - 1981".	אין שינוי בסעיף, אולם מובהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח חתום בידי המבטח לכשיוצג
27.	43	37.5.10	מבוקש למחוק את המילים "העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או" ולהסתפק באישור ביטוח, זאת לאור העובדה שביטוחי המציע אינם נערכים עבור הסכם זה בלבד וכוללים פרטים ומידע בקשר עם פעילותו הכוללת של המציע, ועל כן מבוקש כי עורך המכרז יסתפק באישור על קיום הביטוח חתום על ידי המבטח.	אין שינוי בסעיף.
28.	43	37.5.11	א. מבוקש למחוק את המילים "וכל עוד אחריותו קיימת" ולהחליפן במילים "ולעניין ביטוח חבות המוצר לתקופה נוספת של 3 שנים לאחר מכך". ב. מבוקש למחוק את המילים "שנה בשנה" ולהחליפם במילים "תקופת ביטוח".	א. אין שינוי בסעיף. ב. אין שינוי בסעיף.
29.	43	37.5.12	א. ברישא לסעיף - מבוקש להוסיף את המילים "לבקשת משרד הבריאות". ב. מבוקש למחוק את המילים "העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או" ולהסתפק באישור ביטוח, זאת לאור העובדה שביטוחי המציע אינם נערכים	א. אין שינוי בסעיף. ב. אין שינוי בסעיף. ג. אין שינוי בסעיף.



#	עמוד	סעיף	שאלת המציע	תשובת המשרד
			עבור הסכם זה בלבד וכוללים פרטים ומידע בקשר עם פעילותו הכוללת של המציע, ועל כן מבוקש כי עורך המכרז יסתפק באישור על קיום הביטוח חתום על ידי המבטח. ג. מבוקש למחוק את המילה "שבועיים".	
30.	43 - 44	37.6	מבוקש למחוק את המילים "ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך".	אין שינוי בסעיף.
31.	99	נספח ח' - ביטוח	לפני המילים "בקשר לאספקת מזרונים" נבקש שיתווספו המילים "בין היתר".	אין שינוי בסעיף, אולם מובהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח חתום בידי המבטח לכשיוצג
32.	99	נספח ח' - ביטוח חבות מעבידים	א. סעיף 2 - מבוקש למחוק את המילים "לא יפחתו מ- 5,000,000 דולר" ולהחליפם במילים "בסך 20,000,000 ש"ח". ב. סעיף 2 - מבוקש למחוק את המילה "(שנה)". ג. סעיף 4 - מבוקש למחוק את המילה "ונטען" ולהחליפה במילה "ויקבע". ד. סעיף 4 - מבוקש כי בסוף הסעיף ימחקו המילים "קבלנים", קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו". לחילופין, מבוקש להוסיף לאחר המילים "קבלנים", קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו" את המילים "היה וייחשבו כעובדי הספק".	א. אין שינוי בסעיף, אולם מובהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח חתום בידי המבטח לכשיוצג. מובהר כי גבול אחריות שיקלי אחר המומר לשער יציג גם יתקבל באישור החתום בידי המבטח לכשיוצג. ב. אין שינוי בסעיף, אולם מובהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח חתום בידי המבטח לכשיוצג ככל ותקופת הביטוח שתצוין תהיה שונה "משנה". ג. אין שינוי בסעיף. ד. אין שינוי בסעיף אולם מובהר כי באישור החתום לכשיוצג תתקבלנה הוספת המילים: "היה וייחשבו כעובדי מי מהמבוטחים". מחיקת המילים: "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו" תתקבל באישור החתום לכשיוצג בכפוף לקבלת הצהרה בכתב מאת הספק לפיה כל השירותים מבוצעים על ידו וכי אינו מעסיק קבלנים או קבלני משנה כאמור.
33.	99	נספח ח' - ביטוח צד	א. סעיף 1 - מבוקש כי לאחר המילים "אחריותו החוקית" - יתווספו המילים	



#	עמוד	סעיף	שאלת המציע	תשובת המשרד
		שלישי	א. "של הספק". ב. סעיף 2 - בסיפא - מבוקש למחוק את המילה "שנה". ג. סעיף 2 - מבוקש למחוק את המילים "לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב" ולהחליפם במילים "בסך 2,000,000 ₪".	א. אין שינוי בסעיף, אולם מובהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח חתום בידי המבטח לכשיוצג. ב. אין שינוי בסעיף, אולם מובהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח חתום בידי המבטח לכשיוצג ככל ותקופת הביטוח שתצוין תהיה שונה "משנה". ג. אין שינוי בסעיף, אולם מובהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח חתום בידי המבטח לכשיוצג. מובהר כי גבול אחריות שיקלי אחר המומר לשער יציג גם יתקבל באישור החתום בידי המבטח לכשיוצג.
34.	100	נספח ח' - ביטוח חבות המוצר	א. סעיף 1 - מבוקש למחוק את המילים "וחבותו של היצרן". ב. סעיף 1 - מבוקש למחוק את המילים "למכרז וחווה עם מדינת ישראל - משרד הבריאות" ולהחליפם במילים "לאישור ביטוח זה". ג. סעיף 3 - - סעיף 3 - מבוקש למחוק את המילים "לא יפחת". - סעיף 3 - מבוקש למחוק את המילה "שנה". ד. סעיף 4(ב) - - מבוקש למחוק את המילה "לפחות". - מבוקש כי בסיפא - יתווספו המילים "למעט אם הביטול או אי החידוש נבעו מאי תשלום פרמיה ו/או מרמה ובתנאי כי לא נערך ביטוח אחר המכסה את חבות הספק כאמור בסעיף זה". ה. סעיף 5 - מבוקש שבסיפא יתווספו המילים "עקב מעשי ו/או מחדלי הספק".	א. אין שינוי בסעיף. תשומת הלב של הספק לחלופות המפורטות בסעיפי הביטוח לעניין זה. ב. אין שינוי בנוסח הסעיף, אולם מובהר כי שינוי המילה: "בהתאם" למילה "בקשר" תתקבל באישור הביטוח חתום על ידי המבטח לכשיוצג. ג. אין שינוי בסעיף, אולם מובהר כי התיקונים יתקבלו באישור הביטוח חתום בידי המבטח לכשיוצג. ביחס למחיקת המילה: "שנה" מובהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח חתום בידי המבטח לכשיוצג ככל ותקופת הביטוח שתצוין תהיה שונה "משנה". ד. אין שינוי בסעיף, אולם מובהר כי התיקונים יתקבלו באישור הביטוח חתום בידי המבטח לכשיוצג. ה. אין שינוי בסעיף.



#	עמוד	סעיף	שאלת המציע	תשובת המשרד
35.	100	נספח ח' ביטוח	א. סעיף 2 - - מבוקש למחוק את המילה "ניתנה" ולהחליפה במילה "נשלחה". - מבוקש כי לאחר המילים "של 60 יום" תימחק המילה "לפחות". ג. סעיף 3 - ברישא - מבוקש למחוק את המילים "אנו מוותרים" ולהחליפם במילים "הביטוחים בסעיפים 37.1 (מעבידים) ו-37.2 (צד שלישי) כוללים וויתור". ב. סעיף 6 - מבוקש כי בסיפא יתווספו המילים "רק בגין פעילות המבוטח כלפי המזמין". ג. סעיף 7 - - מבוקש למחוק את המילים "לא יפחתו". - מבוקש למחוק את המילים "ביט" ולהחליפם במילים "מנוביט 2015".	א. סעיף 2 - אין שינוי בסעיף, אולם מובהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח חתום בידי המבטח לכשיוצג. ב. סעיף 3 - אין שינוי בסנוח הסעיף. ג. סעיף 6 - אין שינוי בסעיף, אולם מובהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח חתום בידי המבטח לכשיוצג. ד. סעיף 7 - אין שינוי בסעיף, אולם מובהר כי התיקונים יתקבלו באישור הביטוח חתום בידי המבטח לכשיוצג.
36.	10	11.2.1	מצוין כי חלק מדרישות הסף הינן שהמציע סיפק במהלך כל אחת מהשנים 2016-2018, 50 מזרונים לפחות ללקוחות מוסדיים. אנו מבקשים: א. להקטין דרישה זו ל-20 מזרונים בשנה. או: ב. לכלול בלקוחות המוסדיים עמותות/גמ"חים/חברות.	תנאי הסף ניסיון באספקת מזרונים ללקוחות מוסדיים - בוטל.
37.	6	6.4	אנו חברה שמתמחה בטיפול ומניעה של פצעים קשיי ריפוי. אנו מקפידים ובוחרים אביזרי מניעה כמו מזרונים למניעת פצעי לחץ מהחברות המובילות בעולם. אך איננו עוסקים בייבוא ושיווק של מזרונים רגילים למיטות. כרגע לפי תנאי המכרז הנוכחיים, מאחר ואין באפשרותנו להגיש לקטגוריה נוספת מלבד קטגוריית מזרני סיכון גבוה, אין באפשרותנו לגשת למכרז. נבקש לבחון את האפשרות לשנות את המכרז כפי שהוא היום על מנת שנוכל להציע את המזרנים הסטטיים המצוינים שלנו למניעת	הבקשה נדחית



#	עמוד	סעיף	שאלת המציע	תשובת המשרד
			פצעי לחץ לקטגוריה ד' מבלי להציע מוצרים גם לאחת מהקטגוריות הנוספות.	
38.	74	נספח ד'	1. לאילו מידות צריך לתת הצעת מחיר- מידה 203/93, מידה 195/85 או אחר? – יש הפרש משמעותי בעלויות בין המידות.	אין שינוי בסעיף (על פי רוב, מידות מצע המיטה הן 85 עד 90 ואורך 200 ס"מ, אולם המשרד אינו מתחייב לכך).
39.	81	מפרט טכני - רוחב	2. בקטגוריה ג מבקשים גם מחיר ל- רוחב 110 ו-120 האם יש מחיר מקסימום ואם כן מה המחיר?.	קטגוריה ג' - עמוד 84 של המכרז. קטגוריה זאת תחולק לשתי תת קטגוריות בהתאם לרוחב המזרן: קטגוריה ג'1: מזרן ברוחב 85-93 ס"מ – מחיר התקרה יעודכן ויעמוד על 500 ₪ + מע"מ. קטגוריה ג'2: רוחב נדרש 110 או 120 ס"מ: מחיר תקרה עד 700 ₪ + לא כולל מע"מ.
40.	80	נספח ד'	3. בנספח ד סעיף 4.1 רשום בד בלתי חדיר לנוזלים. בסעיף 4.4 רשום בד נושם, אם כוונתכם לבד נושם שהוא גם בלתי חדיר לנוזלים – חלה סתירה בין שתי ההגדרות, אם כך כוונתכם לבד בלתי חדיר לנוזלים או בד נושם? 4. כנ"ל 5.1+5.4, 7.1+7.4, 12.1+12.4 - כוונתכם לבד בלתי חדיר לנוזלים או בד נושם?	לגבי סעיפים 4.1 ו-4.4 לא קיימת סתירה, סעיפים אלו נשארים ללא שינוי. בשאר הסעיפים לא קיימים שינויים, כלומר בד הוא בלתי חדיר לנוזלים וגם נושם.
41.	80 81	2	כיסוי ניתן לכביסה ב-93 מעלות – ועמוד 80 מפרט של אותו מזרן. 4.10. כתוב כיסוי ניתן לכביסה לפחות 80 מעלות, מה הנכון? כנ"ל במפרטים של המזרנים האחרים באיזה טמפרטורת כביסה צריך לעמוד הבד?	סעיף 4.10 אינו סותר סעיף 2 באמות מידה: כיסוי, אשר ניתן לכביסה ב-93 מע"צ מקבל נקודות איכות
42.	57	14	מחיר מקסימום למזרן קטגוריה א' סטנדרטי, ספוג 15 עם ספוג 32 ק"ג הוא 450 ₪. כך גם מחיר מקסימום למזרן לכבד משקל קטגוריה ג' שבו הספוג משקל סגולי 40 ק"ג (יקר יותר), הוא גם 450 ₪. האם לא אמור להיות הפרש במחיר המקסימום?	קטגוריה ג'1 מזרן לכבדי משקל משקל סגולי 40 ק"ג רוחב 85-93 ס"מ – מחיר תקרה יעודכן ל- 500 ₪ לא כולל מע"מ. שימת לב המציעים לעדכון מידות בקטגוריה ג' (מזרן ברוחב 85/93, מזרן ברוחב 110/120).



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל ומשאבי אנוש
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה
Purchasing, Properties and Logistics Division

#	עמוד	סעיף	שאלת המציע	תשובת המשרד
43.	5	3.11	רשום להבהרה שבשנת 2017 סופקו כ-3,200 מזרנים מהקטגוריות השונות. האם ניתן לקבל פרוט כמה סופקו מכל קטגוריה, ובנוסף כמה סופקו עם מיטות וכמה סופקו ללא מיטות?	הקטגוריה הנפוצה היא מזרן בעובי 12 ס"מ (קטגוריה ב') - אומדן של 95% לפחות מהמזרנים שסופקו
44.	18	31.1.10.3	מופיעה בקשה לאישור על עמידה בדרישות התקן הישראלי, ת"י 5418. בבקשה הבהרה לפי איזו דרגת סיכון בתקן 5418 נדרש האישור.	על המציע להתאים את דרגת הסיכון לפי סוג ואופי המוצר וכן בהתאם לאופן השימוש במוצר בבית הזכאי
45.	6	5.1.2 + סעיף 5.2 למכתבכם מיום 14.8.2019 סימוכין 519961519	מבוקש לדחות בשבועיים את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז. לא ברור מתי תתקבלנה התשובות להבהרות, וכפי הנראה הן תתקבלנה בסמוך לפני ראש השנה. לפיכך, המועד הנוכחי הינו בסמוך לאחר החזרה מחופשות החגים ואינו מאפשר התארגנות נאותה להגשת הצעה - במיוחד לספקים אשר ניגשים ליותר ממכרז אחד. (מדובר בשלושה מכרזים שונים לגביהם נקבע אותו מועד הגשה – 6.11.2019).	מועד אחרון להגשת הצעות נדחה, על המציעים לעקוב אחר ההודעות באתר האינטרנט של המשרד.
46.	11	13	מבוקש לאשר כי במקרה בו המציע הוא היצרן אין למציע זה צורך להמציא מסמך כלשהו ביחס לסעיף 13.2.	אכן אם המציע הוא גם היצרן אזי סעיף 13.2 אינו רלוונטי
47.	74	4	מבוקש לתקן ולרשום במקום "120 ק"ג לפחות" את המילים: "עד 120 ק"ג" או להסביר את הדרישה – מה כושר הנשיאה המקסימלי הנדרש ביחס למזרן.	עודכן במכרז
48.	79	8	כנ"ל	עודכן במכרז
49.	90	6	כנ"ל	עודכן במכרז
50.	75	5.9	הדרישה כי נתן לחטא את המזרן באלכוהול 90% + 2% ספריי או 70% אתנול אינה סבירה שכן ידוע שאלכוהול עלול לפגוע בציפוי פולימריים. מבוקש למחוק את דרישה זו או לפחות לתקנה באופן שלא תסתור את הוראות השמירה על המזרן.	סעיף ללא שינוי



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל ומשאבי אנוש
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה
Purchasing, Properties and Logistics Division

#	עמוד	סעיף	שאלת המציע	תשובת המשרד
51.	80	4.9	כנ"ל	סעיף ללא שינוי
52.	85	12.9	כנ"ל	סעיף ללא שינוי
53.	90	7.9	כנ"ל	סעיף ללא שינוי
54.	75	7.1	לא ברור מדוע סעיף הנוגע לתמחור מצוי במפרט הטכני. בכל מקרה - האם הכוונה לציין עלות כיסוי המזרון בלבד?	אין לציין את הצעת המחיר בנספח ד'. כל נתון הקשור להצעת המחיר יוגש רק בטבלה בנספח ב' סעיף 15.
55.	55 56	10 11	האם יש לפרט שמות לקוחות בהתאם למספר השורות שבטבלה (כפי שכתוב) או יש לפרט שמות לקוחות וכמויות שסופקו עד למספר המצטבר המינימלי שנדרש (100 ללקוחות פרטיים ו- 50 ללקוחות מוסדיים) אף אם לצורך כך יש להוסיף דף מצולם הכולל שורות נוספות. הערה: כמו כן נציין כי ישנו קושי במסירת פרטים אישיים של לקוחות פרטיים לאור זכותם לפרטיות. נבקשכם להביע עמדתכם.	יש לפרט שמות לקוחות עד למספר המצטבר המינימלי שנדרש לכל הפחות, לצורך עמידה בתנאי הסף. יש לצרף נתונים של לקוחות לצורך אימות הנתונים על ידי משרד הבריאות. <u>תנאי סף אספקת מזרנים ללקוחות מוסדיים בוטל.</u>
56.			החלפת מזרן עקב התיישנותו / בלאי / נזק וכד': מה התמורה שהמשרד ישלם לספק עבור הובלת מזרן לבית הזכאי.	אספקת המזרן לבית הזכאי תתבצע ישירות על ידי ספק המיטות או ספק המזרנים בעלות הובלה של 50 ₪ + מע"מ. המכרז עודכן בהתאם.

ב ב ר כ ה ,

אורית אפרתי לב
מנהלת האגף

העתק: תיק מכרז 67/2019