



אגף תקנים 100 לב



- בלמ"ס -

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית  
מחלקת רכישות ומכירות  
מדור רכש אמצעים  
יום שני כ"ה כסלו תש"פ  
23 דצמבר 2019

## עדכון מס' 2 במכרז 1/2019 מכשירי מדידה אלקטרוניים

### א. עדכונים והבהרות במכרז:

#### 1. הבהרה בנושא קביעת זוכי מכרז מסגרת:

- 1.1. המציעים שיקבעו כזוכי מכרז מסגרת יהיו רק המציעים שהגישו את נספח ב'-1 ועמדו בתנאי הסף המוקדמים להשתתפות על פי סעיף 2.2 במכרז.
- 1.2. מציעים שיגישו הצעה עבור מט"ל בלבד על גבי טופס הצעת המחיר בנספח ב' לא יקבעו גם כזוכי מכרז מסגרת.
- 1.3. מציע שיגיש הצעה עבור מט"ל ורוצה להיקבע גם כזוכה מכרז המסגרת, יגיש עם הצעתו את נספח ב'-1 ואת הנספחים המוכיחים את עמידתו בתנאי הסף המוקדמים להשתתפות על פי סעיף 2.2 במכרז.

### ב. עדכונים והבהרות במפרט למט"ל:

#### 1. סעיף 2.4 במפרט:

- 1.1. נוסף תקן בטיחות בלייזר.
- 1.2. להלן נוסח סעיף 2.4 החדש:

להלן רשימת תקנים ישימים שיעשה בהם שימוש על ידי משטרת ישראל במהלך הבדיקה של ערכת מכשירי המדידה המוצעים:

(א) אטימות - *ANSI/IEC60529 - IP Code*.

(ב) בטיחות בלייזר: *IEC60825-1* ו-*FDA-CDRH CFR21 part 1040.10*.

בכל מקום במפרט בו יש התייחסות לתקן בטיחות בלייזר הכוונה היא לכל אחד מהתקנים, ביחד או לחוד, מהתקנים המפורטים בסעיף ב' לעיל בהתאם לפריט המוצע במכרז.

#### 2. סעיף 9.1 במפרט:

- 2.1. להלן נוסח סעיף 9.1 החדש:

הספק הזוכה יידרש למתן אחריות למכשירי המדידה במשך שנתיים לפחות או משך האחריות הניתנת על ידי היצרן – התקופה הארוכה מביניהן.



2. להלן מענה לשאלות/פניות מציעים שהתקבלו לגבי מפרט למט"ל:

תשובה	שאלה/פניה	מספר סעיף במכרז	מס"ד
לא מאושר בשלב זה. על פי סעיף 17.2.6.1 במכרז יקבלו רק המציעים הרלוונטיים בקשה להגשת דוגמא. על פי סעיף 15.2.6 במכרז, רשאית ועדת המכרזים לאפשר השלמה של הדוגמא בפרק הזמן שייקבע על ידה.	מבקשים להאריך את הזמן להגשת הדוגמא בשל הסיבה שספק המייצג יצרן מחו"ל נדרש להמציא רישיונות מתאימים (ייבוא/ייצוא) לאחר קבלת מסמכים חתומים ממשטרת ישראל.	15.2.2	.1

ג. להזכירכם כי המועד האחרון להגשת הצעות מחיר במכרז 1/2019 הינו 12.1.2020 בשעה 16:00.

ד. למעט השינוי האמור לעיל אין שינויים נוספים בתנאי המכרז.

בברכה,

מלאכי בן פורת, פקד  
מדור רכש אמצעים/מרו"מ