

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הכביש
יחידה מזמינה:	חסי' א"ח אלכאנז'ה
תאריך:	12/10/2020

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.


מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1040019986	YUNO 2 EU WITH AUTODRIVE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר: כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים): טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	147,233 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

2 בספטמבר 2020
מספרנו: יש/2020-0432
תיק: 3-1134, 1004

לכבוד
גב' גילי נעים
2 א 1

הנדון: ח.ג. מרכזי/אורטופדיה – חו"ד לרכישת שולחן ניתוחים ייעודי לאפליקציות אורטופדיות

- א. רשימת מכשור לחציון מיום 12.8.2020
ב. דוא"ל דר' בורשטיין מיום 26.8.2020

בהמשך לסימוכין אי פריט 3 ברשימה נדרשת רכישת השולחן שבנדון בכמות 1 יח'.

בסימוכין בי מבהיר דר' בורשטיין הייעוד הספציפי של השולחן, ניתוחי אגן, טראומה והחלפות מפרקים, כאשר שם דגש על יצרן שולחנות הניתוח הקיימים בשימוש בחדרי הניתוח, הן לשימוש הספציפי כמפורט לעיל והן כגיבוי לכל האפליקציות הניתוחיות בחדרי הניתוח. זאת ועוד, היכולת של הסוכן המקומי לתת מענה מידי בעת הצורך על מנת להקטין "זמן מת" של שולחן ניתוח.

שולחנות הניתוח שבשימוש חדרי הניתוח הינם מתוצרת חבי MAQUET.

השולחן הייעודי לנדרש מתוצרת יצרן זה הינו YONO2 שתכונותיו הייחודיות הינן:

- א. חשמלי מודולרי למשקל של עד 454 ק"ג. מתאים לחולה עד 250 ק"ג במצב מתיחה.
ב. גובה מירבי 127 ס"מ.
ג. טרנדלבורג - $43^{\circ} \pm 2^{\circ}$
ד. מתאים לכל סוגי הניתוחים האורטופדיים כגון טראומה כולל זרועות מתיחה משולבות, ניתוחי כתפיים, עמוד שדרה, אגן, מפרקי ירך כולל יישום בטכנולוגיית Minimally Invasive Surgery (MIS)
ה. יכולת שיקוף גבוהה במיוחד לאגן ולעמוד שידרה (סיבי קרבון).

הבהרה: זרועות המתיחה ייעודיות לדגם זה בלבד.

תכונות נוספות:

Lateral tilt $\pm 23^{\circ}$

Lateral tilt with extention bans $\pm 15^{\circ}$

יציבות מירבית, נוחות וגמישות אופטימליים למנתח ולמנותח במגוון האפליקציות הניתוחיות הנדרשות והאפשריות.

Traction Bar – leg abduction 45° (outside)
leg adduction 45° (inside)
UP 15°
down 30°

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



שיבא
תל השומר
עיר הבריאות של ישראל

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

מרכיבים עיקריים של השולחן :

בסיס עם יכולת הנעה חשמלית נוחה.
זרועות מתיחה מקרבון כולל מתאם ואביזר מתיחה
תומכי רגליים
פלטת קרבון ומתאם להרכבת אביזרים כולל עגלה ייעודית
תפסנים מתכווננים מסוגים שונים
פלטת הארכה לבסיס השולחן
תומך ראש
זרועות למסגרת סטרילית
פלטת קרבון לשיקוף לבסיס השולחן

הפריטים הקיימים בשולחן והתואמים לכל שולחנות חדר הניתוח הינם :

תושבת לרגל מתכווננת עם רצועות
תומכי רגלים עם ריפוד
תופסן אוניברסלי לאביזרים
פלטת הארכה לבסיס השולחן
תומך ראש
זרועות למסגרת סטרילית
התקן קיבוע כף רגל (זוג)

רצ"ב הצעת חבי' מדטכניקה נציגת היצרן MAQUET אותה יש לממש על כל פריטים.

לנוכח העובדה כי מדובר ביצרן כל שולחנות הניתוח הקיימים בכל חדרי הניתוח בביה"ח ולנוכח העובדה כי ניתן להשתמש בשולחן לאפליקציות נוספות בחדרי הניתוח תוך יכולת שימוש באביזרים קיימים (ATTACHMENT) בחדרי הניתוח, ולנוכח העובדה כי קיים גיבוי מאסיבי וטוב לשולחנות בחדר הניתוח בעיקר בזמינות חלפים להחזרת השולחנות בעת תקלה במהירות לשימוש, ניתן לראות ביצרן ובנציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

תקופת אחריות 24 חודשים כמקובל.

הטיפול השוטף באמצעות המחי' לשירותים טכניים.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה ביו-רפואית

לוט : תכתובת+הצעה

העתקים : ד"ר דינה אורקין
ד"ר גדעון בורשטיין
ד"ר יורם שדמי
גב' לירון דניאלי-פור
מר שמשון אפללו