

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	אונקופדיה
תאריך:	12/10/20

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

**אל: ועדת המכרזים**

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1040019739	שולחן ניתוח אורטופדי YUNO 2 EU WITH AUTODRIVE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין      \_\_\_\_\_ שירותים      \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד      _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	147,233 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

2 בספטמבר 2020  
מספרנו: יש/2020-0432  
תיק: 3-1134, 1004

לכבוד  
גב' גילי נעים  
כאן

הנדון: ח.נ. מרכזי/אורטופדיה – חו"ד לרכישת שולחן ניתוחים ייעודי לאפליקציות אורטופדיות

- א. רשימת מכשור לחציון מיום 12.8.2020  
ב. דוא"ל דרי בורשטיין מיום 26.8.2020

בהמשך לסיומון א' פריט 3 ברשימה נדרשת רכישת השולחן שבנדון בכמות 1 יח'.

בסיומון ב' מבהיר דרי בורשטיין הייעוד הספציפי של השולחן, ניתוחי אגן, טראומה והחלפות מפרקים, כאשר שם דגש על יצרן שולחנות הניתוח הקיימים בשימוש בחדרי הניתוח, הן לשימוש הספציפי כמפורט לעיל והן כגיבוי לכל האפליקציות הניתוחיות בחדרי הניתוח. זאת ועוד, היכולת של הסוכן המקומי לתת מענה מיידית בעת הצורך על מנת להקטין "זמן מת" של שולחן ניתוח.

שולחנות הניתוח שבשימוש בחדרי הניתוח הינם מתוצרת חב' MAQUET.

השולחן הייעודי לנדרש מתוצרת יצרן זה הינו YONO2 שתכונותיו הייחודיות הינן:

א. חשמלי מודולרי למשקל של עד 454 ק"ג. מתאים לחולה עד 250 ק"ג במצב מתיחה.

ב. גובה מירבי 127 ס"מ.

ג. טרנדלבורג -  $2^{\circ} \pm 43^{\circ}$

ד. מתאים לכל סוגי הניתוחים האורטופדיים כגון טראומה כולל זרועות מתיחה משולבות, ניתוחי כתפיים, עמוד שדרה, אגן, מפרקי ירך כולל יישום בטכנולוגיית (MIS) Minimally Invasive Surgery

ה. יכולת שיקוף גבוהה במיוחד לאגן ולעמוד שידרה (סיבי קרבון).

הבהרה: זרועות המתיחה ייעודיות לדגם זה בלבד.

תכונות נוספות:

Lateral tilt  $\pm 23^{\circ}$

Lateral tilt with extension bans  $\pm 15^{\circ}$

יציבות מירבית, נוחות וגמישות אופטימליים למנתח ולמנותח במגוון האפליקציות הניתוחיות הנדרשות והאפשריות.

Traction Bar – leg abduction  $45^{\circ}$  (outside)  
leg adduction  $45^{\circ}$  (inside)  
UP  $15^{\circ}$   
down  $30^{\circ}$



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

מרכיבים עיקריים של השולחן:

בסיס עם יכולת הנעה חשמלית נוחה.  
זרועות מתיחה מקרבון כולל מתאם ואביזר מתיחה  
תומכי רגליים  
פלטת קרבון ומתאם להרכבת אביזרים כולל עגלה ייעודית  
תפסנים מתכווננים מסוגים שונים  
פלטת הארכה לבסיס השולחן  
תומך ראש  
זרועות למסגרת סטרילית  
פלטת קרבון לשיקוף לבסיס השולחן

הפריטים הקיימים בשולחן והתואמים לכל שולחנות חדר הניתוח הינם:

תושבת לרגל מתכווננת עם רצועות  
תומכי רגלים עם ריפוד  
תופסן אוניברסלי לאביזרים  
פלטת הארכה לבסיס השולחן  
תומך ראש  
זרועות למסגרת סטרילית  
התקן קיבוע כף רגל (זוג)

רצ"ב הצעת חבי מדטכניקה נציגת היצרן MAQUET אותה יש לממש על כל פריטיה.

לנוכח העובדה כי מדובר ביצרן כל שולחנות הניתוח הקיימים בכל חדרי הניתוח בביה"ח ולנוכח העובדה כי ניתן להשתמש בשולחן לאפליקציות נוספות בחדרי הניתוח תוך יכולת שימוש באביזרים קיימים (ATTACHMENT) בחדרי הניתוח, ולנוכח העובדה כי קיים גיבוי מאסיבי וטוב לשולחנות בחדר הניתוח בעיקר בזמינות חלפים להחזרת השולחנות בעת תקלה במהירות לשימוש, ניתן לראות ביצרן ובנציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

תקופת אחריות 24 חודשים כמקובל.

הטיפול השוטף באמצעות המח' לשירותים טכניים.

בברכה,  
ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעה

העתקים: ד"ר דינה אורקין  
ד"ר גדעון בורשטיין  
ד"ר יורם שדמי  
גבי לירון דניאל-פור  
מר שמשון אפללו