

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הכרטיז
יחידה מזמינה:	א"כ"פ נא"ל כ"ל
תאריך:	22/10/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095076675	HAMILTON T-1 VENTILATOR UNIT
7	1040012965	EXPIRATORY VALVE SET INF/NEO
6	1040012957	T1 UNIV-AD/PED & NEO VENTILATION
5	1040010506	LI-ION BATTERY 10.8V 46WH RCHRG
4	1040010258	SUPPORT ARM BASIC QUICK POSITIONING
3	1040010241	COM1 CABLE FOR C1
2	1040010233	HAMILTON T-1 COMMUNICATION BOARD

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י מייל מצ"ב מדרי' יעל חביב

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____


נעים גאולה

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:



ד"ר שדמי בקר טוב,
מסכימה כי יש לרכוש מכשירי הנשמה ניידים מסוג T1 למחלקת שבץ ומחלקת טיפול נמרץ ילדים על פי דרישתם. להערכתי אין צורך במיכרז היות ומדובר בעיסקת המשך לרכישת מנשמים מסוג C1 אותה ביצענו עבור המחלקות לפני מספר חודשים ולמעשה מדובר באותו מנשם עם התאמה להיותו נייד. קיימת חשיבות רבה בניוד חולה מורכב ומונשם שלא לשנות את מדדי ההנשמה. מדובר בסוגיה בטיחותית לחולה ולצוות המטפל.
במנשם מסוג T1 אין צורך לשנות את מדדי ההנשמה היות ומדובר באותו סוג מנשם, רק נייד. ממליצה על קניית 2 המנשמים ללא מיכרז.


ד"ר יעל חביב ידיד
מנהלת היחידה לטיפול נמרץ כללי



דר' חביב שלום

הרצ"ב בהמשך לשיחתך עם דר' שדמי

בברכה
מירי יוסף
הנדסה רפואית
טל' 3388



בוקר טוב,
המנשמים מיועדים לשבץ מוחי ולטיפול נמרץ לב ילדים. בבקשה התייחסותכן לצורך בדגם T1 על מנת שניתן יהיה לממש הרכישה. להזכירכן לשבץ מוחי המכשיר נדרש בתחילת ספט'.
תודה