

כ"ה חשון תשפ"א
12 נובמבר 2020

אל:
משתתפי המכרז שבנדון

א.ג.נ.,

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז פומבי דו שלבי מס' 9/2020/100046722 לאספקת מכשור הידרומטרי עבור רשות המים

1. התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
2. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.
3. אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
4. ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
5. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
6. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

שאלות ספקים והבהרות עורך המכרז

להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:
***לתשומת ליבכם, הצעת המחיר במכרז עודכנה בהתאם למענה לשאלות הבהרה.**

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	פרק מקצועי + נספח ב'	2.4.2	המפרט בפרק ג' (עמ' 49) מציין כי מד הזרם המבוקש כולל 4 פרופלורים. בטבלה בפרק ב' (עמ' 32) הפרופלורים אינם מופיעים – האם יש להכניס את עלותם לשורה (1) מכשיר מד זרם קטן או שורה (5) כיול סטנדרטי לכל הפרופלורים וטבלת מהירות?	ראה הצעת מחיר מתוקנת.
2.	פרק מקצועי	2.4.3	המפרט בפרק ג' (עמ' 49) מציין כי מד	ראה הצעת מחיר מתוקנת.

	הזרם המבוקש כולל 4 פרופלורים. בטבלה בפרק ב' (עמ' 33) הפרופלורים אינם מופיעים – האם יש להכניס את עלותם לשורה (1) מכשיר מד זרם גדול או שורה (5) כיול סטנדרטי לכל הפרופלורים וטבלת מהירות?		+ נספח ב'	
ראה תיקון בהצעת מחיר ובמפרט המקצועי.	המפרט בפרק ג' (עמ' 49) מציין כי נדרש כבל מקשר בין מד הזרם למונה באורך 4 מ'. בטבלה בפרק ב' (עמ' 33) מצוין (שורה 3) כבל באורך 10 מ' – מה נכון?	2.4.3	פרק מקצועי + נספח ב'	3.
ר' סעיף 1.5. ניתן להגיש הצעות רק למוצרים הרלוונטיים למציע. אין צורך למלא הצעה לפריטים שאין בכוונת המציע להגיש הצעה בגינם	במידה ואין באפשרותי להגיש הצעה למוצר זה או אחר, האם פשוט לא להתייחס? האם לציין משהו אחר?	2.2.2	פרק מקצועי	4.
ר' תשובה לשאלה 4	שאלה כללית לגבי מצב בו אני לא יכולה להגיש הצעה עבור חלק מהמוצרים. אודה למענה ע"מ לא לבצע טעויות טכניות בהגשת הצעת המחיר.		כללי	5.
הוספת תנאי הקובע כי פסילת הצעת מחיר עבור מכשיר מסוים לא תביא בהכרח לפסילת הצעות מחיר עבור מכשירים אחרים.			סעיף 7 – הצעת מחיר	6.

בברכה,

ועדת מכרזים