

ועדת פטור משרדית המרכז הרפואי לגליל

אישור התקשרות עם חברת 2PLUS בע"מ להתקנת מערכת לניטור מקררי תרופות

עפ"י נוהל 126 של משרד הבריאות, לפי תקנה 3(2) לתקנות חובת מכרזים -

התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש.

1. המערכת לניטור מקררי תרופות הינה מערכת מודולארית אשר ניתנת להרחבה עפ"י פריסת ה-wifi של ביה"ח.
2. המערכת מתממשקת עפ"י פריסה פונקציונאלית שהרוקח הראשי מגדיר.
3. מערכת זו מתאימה לעמידה בנוהל 126 של משרד הבריאות.
4. קלות התוספת למקררים במערכת הינה קלה משמעותית, הוספה של רגש אלחוטי במקרר/חדר.
5. מערכת זו תוכל להתפתח גם לניטור הלחות במקררי תרופות כאמור עפ"י נוהל 126.
6. בנוסף ניתן להוסיף את כל המקררים של מעבדת גנטיקה, מעבדות מחקר ועוד למערכת.
7. אפשרות תפוצת ההודעות הינה עפ"י המשתמשים על מנת לא להציף את כולם במידע מיותר.
8. ניהול המשתתפים שאמורים לקבל הודעות יהיה על פי החלטת בית החולים, הפלטפורמה לתכנות המערכת תוגדר עפ"י צריכת בית החולים.
9. מערכת זו מכילה עוד 7 פונקציות רפואיות נוספות שיכולות גם להתממשק למערכת המרכזית של ניטור מקררים (כגון: מערכת למניעת חטיפת תינוקות, איתור ציוד רפואי וכד').
10. מערכת זו מותקנת במספר רב של בתי חולים (כגון: הלל יפה, פוריה, רבקה זיו, סורוקה, וולפסון ועוד).
11. מערכת זו נחוצה על מנת למנוע אי דיווחים בזמן אמת ולמנוע נזק של ממש.
12. לשם כך נעשתה פניה דחופה לקבלת הצעות מחיר ל-2 ספקים.
13. למכרז הנ"ל התקבלו הצעות מחיר כפי שיפורט בהמשך בטבלה.
14. אמות המידה שנקבעו לבחירה בהצעה הזוכה הינה מחיר.

| מס"ד | שם הספק                | הצעת מחיר לא כולל מע"מ |
|------|------------------------|------------------------|
| 1    | 2PLUS בע"מ             | ₪ 61,234               |
| 2    | סופקו אינטרנשיונל בע"מ | ₪ 67,880               |

15. מחלקת הנדסה בדקה את הצעות המחיר על מרכיביהם ואישרה כי המחירים הנקובים מתאימים למחיר השוק ועונים על כל דרישותיו של המרכז הרפואי.

16. לאור כל האמור לעיל, ועדת הפטור מאשרת את ההתקשרות עם חברת 2PLUS בע"מ בפטור ממכרז לפי תקנה 3(2) לתקנות חובת המכרזים.

  
באדרה ג. חורי-חוריה, עו"ד  
היועצת המשפטית

  
חזי חי  
מנהל כספים

  
פרופ' מסעוד ברהום, יו"ר  
מנהל המרכז הרפואי

תאריך: 20.10.2020