

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

המריאלי	משרד:
רפואה צעירה	יחידה מזמינה:
26/10/20	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095085775	מע' לבדיקת בלוטת התריס דגם CAPTUS 4000E
2	1007779010	חלפים ותיקונים - בש"ח

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ירדן ביוטק
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	513872606
מספר ספק בשיבא	32300
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד ✓ _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	75,500 שח' + מע"מ

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

21 באוקטובר 2020
מספרנו: מב/2020-0469
תיק: 7016

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש
ב א 1

הנדון: **המכון לרפואה גרעינית –**

חוו"ד לרכישת מערכת לבדיקת בלוטת התריס (Thyroid Uptake system).

א. תכתובת מיום 21.10.2020

ב. הבהרת חברת מדטכניקה מיום 19.10.2020

במכון לרפואה גרעינית מצויה מערכת Thyroid Uptake ישנה ותקולה מדגם Captus-3000 תוצרת חברת CAPINTEC. במערכת זו אשר נרכשה לפני כ-20 שנה נמצאה תקלה אשר איננה ניתנת לתיקון מאחר ולא נתמכת עוד ע"י היצרן בחלפים ושירות, וזאת בהתאם להצהרת נציג היצרן בסימוכין א'.

אי לכך, נדרשת רכישה של מערכת Thyroid Uptake חדשה.

מדובר במערכת מבוססת אנלייזר רב-ערוצי (1024 ערוצים) לביצוע ספקטרוסקופיה גרעינית, המשמשת לבדיקות כגון ספיגת יוד תירואידלית ובדיקות תפקוד נוספות, תוך מנייה (counting) ממחושבת של קרינת גמא מאיזוטופים שונים.

ליצרן CAPINTEC הדגם Captus 4000e אשר הינו הגרסה החדשה והמקדמת לדגם הקיים במכון, הכולל מחשב All-In-One עם מסך מגע צבעוני בגודל "20", מקלדת, עכבר ומדפסת צבע, וכן סל תוכנה ייעודי לביצוע כולל אוטומטי, Wipe test (שאריות רדיואקטיביות) ותקינות MCA (Multi-Channel Analyzer).


בנוסף הדגם כולל עגלה עם זרוע מתכווננת 360 מעלות, לניוד ותפעול נוח של המערכת.

ליצרן CAPINTEC קיים יצרן מתחרה בשם BIODEX, אשר יוצג בעבר בארץ ע"י חברת "מדטכניקה". הוברר כי חברת "מדטכניקה" איננה משמשת עוד כנציגתו המקומית של היצרן BIODEX, וזאת לנוכח הבהרת החברה בסימוכין ב'.

לאור הנ"ל ומאחר ולא ידוע על ספק מקומי אחר למערכת Thyroid Uptake אקוויולנטית לזו מתוצרת CAPINTEC, ניתן לראות ביצרן זה באמצעות נציגתו המקומית חברת "ירדן ביוטק", ספק בלעדי לרכישה זו.

תהרה: היצרן CAPINTEC הינו היצרן הדומיננטי בכל היחידות לרפואה גרעינית בארץ בתחום הנדון ללא מתחרה.

יש לממש הרכישה באמצעות הצעת מחיר מס' PQ20042458 הרצ"ב.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

על ההזמנה לכלול ספרות שרות והדרכה כמקובל.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים לכל מכלולי המערכת, מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל.
תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים (כולל כיוול) בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,
מיטל בילטר-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' לירן דומצבסקי
דר' יורם שדמי