

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	המרכז הרפואי
יחידה מזמינה:	אח"א - איילת
תאריך:	4/11/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1040020208	מונה חלקיקים רציף עם מנגנון התרעה כולל רמזור דגם V7510-22050

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מגיל ביאלר

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אי.די.אס למינאר
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510883218
מספר ספק בשיבא	1104
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	19,442 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

27/10/2020

הנידון: נימוק ספק יחיד

רכש מונה חלקיקים קבוע רציף להקמת מתקן להפקת וקטורים במתקן ABC

במסגרת הקמת מתקן ABC (וואהל לשעבר) התנהל מכרז עבור רכישת מנדפים וצרכי ניטור החלקיקים של המתקן שכלל הקמת מערכת ניטור חלקיקים רציפה ורכש מכשיר נייד לצרכי ניטור בעת פעולה.

הזוכה במכרז הייתה חברת ADS בזכות מחיר נגיש, מוצרים איכותיים, נסיון מול בית החולים ויכולתה המועדפת לספק מונה חלקיקים המוטבע בתוך המנדף אינטגרלית ובכך חוסכת צנרת מיותרת ויכולת עבודה טובה יותר לאופרטור.

הפריט עתידיים להירכש הינם:

- מונה חלקיקים קבוע רציף – חיבור למערכת התראות ותשתיות קיימת שהוקמה ע"י ADS מ.צ. 11999181 הערכת עלות כ-87 אש"ח

כעת במסגרת בקרת שינוי CC-20-03 להקמת מתקן להפקת וקטורים בתוך שטח מתקן ABC יש צורך בהקמת חדר Grade B נוסף הכולל מנדף ביולוגי Grade A.

בהתאם להגדרת מתקן ABC כל עמדת עבודה GRADE A (מנדף), חייבת להכיל מונה חלקיקים נייד על מנת לנטר חלקיקים בתוך המנדף (GRADE A), בסביבה התומכת (GRADE B) ובחדרים המובילים לחדר העבודה.

על מנת לשמור על אחידות מערכתית יש לוודא התאמת המנדפים לצידוד ניטור החלקיקים החדש שירכש לצידוד שנרכש בעבר (שיוכל לתקשר עם בקר FMS תוצרת TSI המותקן ועובד) ולהכניס את הנקודות החדשות גם לתוך מערכת החלקיקים הקיימת ולנהלי המתקן.

לפיכך ובהתאם לרציונל המפורט לעיל ישנו רציונל מספק ומחייב לרכישת הפריט (כפי שצוין מעלה) על מנת לשמור על אחידות צידוד במתקן, אחזקה, חיבור לתשתיות ניטור קיימות ללא התאמות ועוד) וכן צידוד ניטור החלקיקים הנוסף מ-ADS כספק יחיד למקרה זה.

בברכה,

גיל ביאלר
מנהל כבטחת איכות
מתקן ABC