

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הכריאה
יחידה מזמינה:	ח.י.ע.י"ר
תאריך:	8/17/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1098123052	PROTECTION CAP FOR C-MAC
1	1095076626	מערכת וידאו לרינגוסקופ לאינטובציות קשות
2	1040011900	C-MAC VIDEO LARYNGOSCOPE D-BLADE


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	ברסלויער
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511053118
מספר ספק בשיבא	1089
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

9 בנובמבר 2020
מספרנו: יש/2020-0495
תיק: 6-1130, 3501

לכבוד
גבי גילי נעים
כא

הנדון: ח.נ. עיניים – חו"ד לרכישת וידאולרינגוסקופ לאינטובציות קשות

- א. דוא"ל פרופ' ברקנשטט מיום 29.10.2020
- ב. מכתבו יש/2020-0484 מיום 3.11.2020
- ג. דוא"ל פרופ' ברקנשטט מיום 8.11.2020
- ד. דוא"ל רכש מיום 9.11.2020

בעקבות השגת חבי מדלייף על החלטת פרופ' ברקנשטט כי דגם C-MAC תוצרת STORZ הינו המכשיר התואם ביותר לשימוש בחדרי הניתוח עקב היקף השימוש, יכולת חיבור לברונכוסקופים ויכולת הצפייה המעולה, נבדק דגם VLRM תוצרת חבי HogeMed סין.

בסימוכין א' מבהיר פרופ' ברקנשטט עמדתו לגבי התאמת שלושת דגמי היצרנים המוכרים.

מאחר וחבי VERATHON עברה נציגות מקומית, חבי תרופארם שהחלה בשיווק דגם חדש שטרם נבדק מעשית – מוצרי חברה זו אינם רלבנטיים לפי שעה (השגה של הנציגות החדשה נדחתה ע"י ועדת המכרזים).

מסימוכין ב' הובהר כי הפרש העלויות בין המכשיר המוצע ע"י חבי מדלייף לבין המכשיר מתוצרת STORZ אינו גדול ועומד על 11% (4902 ש"ח). עלות דגם C-MAC 10,816 יורו שהם 43,264 ש"ח כאשר עלות דגם VLRM הינה 11,280 דולר שהם 38,352 ש"ח.

לנוכח עובדה זו הבהיר בסימוכין ג' פרופ' ברקנשטט עמדתו כי יש לרכוש דגם C-MAC על כל המשתמע מכך.

יש להעביר מסר זה לוועדת המכרזים על מנת לקבל אישורה להיות יצרן דגם C-MAC, חבי STORZ, ספק בלעדי לרכישה עקב הפרש עלויות קטן בין דגם סיני שאינו מוכר דיו, ללא ניסיון מספק בהיקף פעילות מסיבי ורציף כאשר לדגם המוכר והידוע בין היתר גם יכולת אינטגרטיבית עם מכשור נוסף כגון ברונכוסקופים הקיימים בשימוש בבית החולים.

ברכה,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתקים: פרופ' ח. ברקנשטט
ד"ר ד. אורקין
ד"ר י. שדמי
גבי ל. דניאלי-פור