

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הבניין	משרד:
מחלקת מניפת סביבית	יחידה מזמינה:
23/12/20	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095086492	CORIOLIS AIR SAMPLER

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	תמר ציוד למעבדות
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510617327
מספר ספק בשיבא	2274
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	31,000 יורו+מע"מ כולל מתכלים וריאגנטים
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

ד ח ו ר

14 בדצמבר 2020
מספרנו : מב/2020-0544
תיק : 8010

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש
כ א 1

הנדון : מעבדה למניעת זיהומים –

חו"ד לרכישת מכשיר דוגם אוויר ביולוגי (Biological Air Sampler).

דוא"ל מיום 9/14.12.2020

בהתאם לסימוכין, עבור המעבדה למניעת זיהומים נדרשת רכישה של המכשיר הנדון בכמות של 2 יח'.

מדובר במכשיר לאיסוף של דגימות אוויר המשמש לאיתור ובידוד של זיהומים וויראליים חידקיים ופטרייתיים, באופן המאפשר גידולם והפקה של חומצות גרעין. המכשיר הינו בעל קצב זרימת אוויר מינימלי של 100 ליטר לדקה.

הדרישה הינה לרכישה של שני מכשירים, כאשר מכשיר אחד ישמש את המעבדה לעבודה עם זיהומים חידקיים ופטרייתיים והמכשיר השני יהיה ייעודי לעבודה עם COVID-19.

נבחנו ע"י משתמש הקצה דגמי המכשור הבאים :

- Coriolis u Air Sampler מתוצרת BERTIN – משווק ע"י חברת "תמר".

- MD8 Airport Portable Air Sampler מתוצרת Sartorius – משווק ע"י "סרטוריוס ישראל".


בסימוכין הובהר ע"י דר' כרמית כהן כי הדגם המועדף על המעבדה הינו זה מתוצרת BERTIN הפועל בשיטה של איסוף הדגימות לנוזל משמר, המאפשרת גידול התאים והפקת חומצות גרעין בצורה יעילה וטובה יותר בהשוואה לזו של הדגם המתחרה.

למען הסר ספק, גידול התאים לצורך הפקת חומצות גרעין באמצעות הדגם המתחרה נעשה בשיטת פילטר גיל הניתן להנחה ע"י צלחת גידול, אשר נמצאה ע"י משתמש הקצה בעלת יעילות פחותה.

מהנימוקים המקצועיים המצוינים לעיל, יש לראות ביצרן BERTIN באמצעות חברת "תמר" ספק בלעדי לרכישה זו.

יש לממש הרכישה באמצעות הצעת מחיר מס' 20103511 על כל סעיפיה, כאשר כל סעיף בהצעה ימומש בכמות 2 יח'. הצעת המחיר כוללת את המכשיר והריאגנטים והכלים המתכלים הדרושים להפעלה ראשונית והתחלת עבודה עם המכשיר.

על ההזמנה לכלול ספרות שירות והפעלה כמקובל.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

יש לדרוש תקופת אחריות של שלא פתחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

הבהרה: פרופ' רגב הבהירה הצורך הדחוף במכשור.

בברכה,
מיטל גליסטר-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעות מחיר

העתקים: פרופ' גילי רגב-יוחאי
ד"ר כרמית כהן
ד"ר יורם שדמי