

1. המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הבריאות	ק"ח שיסא
חדר ניתוח	
8.1.2020	

ק"ח מחקרים _____

___X___ מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

לב מלאכותי + אביזרים

___X___ לא

___K___

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ ביצוע עבודה

_____ שירותים

___X___ טובין

גאמדה 1768	
511383374	
ספק חוץ _____	___X___ ספק יחיד
	4 מש"ח
	12 חודשיים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)
נא להתייחס לסעיפים הבאים:


1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).**
2. **ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).**
3. **נימוקים והערות נוספות.**

<p>מכשיר ה"לב המלאכותי" (LVAD) מסוג HeartMate 3 המיוצר על ידי חברת Abbott ומשווק בארץ באמצעות חברת גמידה נחשב כיום למכשיר המתקדם והטוב ביותר מסוגו בעולם, וזאת על סמך מספר מחקרים בינלאומיים רחבי-היקף, ולכן אין לו תחליף.</p>

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

 <p>פרופ' יעקב לביא מנהל היחידה להשתלות לב, המרכז הרפואי שיבא מ.ב. 6122 המרכז והמחלקה לרפואת לב תל-השומר</p>	<p>מנהל היחידה להשתלות לב, המרכז הרפואי שיבא</p>	<p>פרופ' יעקב לביא</p>
--	---	------------------------