

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

29 בדצמבר 2020
מספרנו: יש/2020-0559
תיק: 0022A

לכבוד
גב' גילי נעים
כאן

הנדון: חו"ד לרכישת צב"ד לבדיקת אולטראסאונד למדידת נפח שלפוחית שתן

צב"ד לבדיקת אולטראסאונד למדידת נפח שלפוחית שתן נשלח לכיול על פי הנחיות היצרן והתוצאה כי עקב גילו אינו ניתן להמשך שימוש. המכשיר יושבת.

רצ"ב הצעת חב' תרופארם לרכישת מכשיר חלופי מתוצרת יצרן האולטראסאונד חב' VERATHON המחוייב לרכישה על מנת לאפשר בדיקת המכשור מתוצרת יצרן זה המצוי בשימוש בבית החולים בכמות של 14 יח'. יש לממש הצעת המחיר הרצ"ב.

ניתן לראות את היצרן ונציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

למען הסר ספק לא ניתן לרכוש הצב"ד מיצרן חלופי כלשהו זולת יצרן המכשור.

תקופת אחריות 24 חודשים. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

ההזמנה תכלול ספרות הפעלה ושירות.

בברכה,
ד"ר יורם עדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר