

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הג'ג'א
יחידה מזמינה:	כאולוגיה
תאריך:	12/1/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095062923	CARDIAC OUTPUT PARAMETER MODULE
5	1040020570	A REUSABLE INJECTATE TEMP PROBE CO-SET 2.4M23001
4	1040020562	A ICE BATH TEMPERATURE PROBE23002
3	1040020554	M1646A PICCO TEMPERATURE PROBE
2	1040020547	M1643A CARDIAC OUTPUT CABLE 4.8M
6	1040008849	INTELLIVUE FMS-4

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
-----------------	----------



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

6 בינואר 2021
מספרנו: יש/2021-0004
תיק: 1120, 1013

לכבוד
גב' גילי נעים
פ א 1

הנדון: טראומה – חו"ד לרכישת מודול PICCO

דוא"ל דר' יורם קליין מיום 31.12.2020

בהמשך לסימוכין נדרשת רכישת המודול שבנדון בכמות 3 יח'.

מע' הניטור הקיימת בטרואמה הינה מתוצרת PHILIPS וכוללת את דגמי המוניטורים הבאים: MP80, MX80, MX550 (בהליך רכישה).

רצ"ב הצעת חב' מדטכניקה לרכישת מודול PICCO (M1012A) תוצרת PHILIPS אותה יש לממש לכמות 3 יח'.

ההצעה בתצורתה נותנת מענה לכל דגמי המוניטורים.

יש לממש ההצעה על כל סעיפיה וניתן לראות היצרן PHILIPS ונציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה מאחר ולא ניתן לרכוש המודול מספק בלעדי זולת ספק המוניטורים המצויים בשימוש.

אחריות 24 חודשים כמקובל.

בברכה,
דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעה+תכתובת

העתקים: דר' יורם קליין
פרופ' מרדכי גוטמן
פרופ' ארנון אפק
דר' יובל לוי
דר' יורם שדמי
גב' אורנה רחמיניוב
גב' ליאת כהן