

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הרפ"א
יחידה מזמינה:	רפ"א
תאריך:	25/2/21

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
31	1099010670	.SENSOR SPO2 ADULT REUS
21	1099010670	.SENSOR SPO2 ADULT REUS
5	1099010670	.SENSOR SPO2 ADULT REUS
30	1099010654	CABLE 3M PRESSURE F/ADULT
20	1099010654	CABLE 3M PRESSURE F/ADULT
8	1099010654	CABLE 3M PRESSURE F/ADULT
24	1098705247	'STANDARD WALL CHANNEL 19
17	1096115761	CABLE 5 LEAD GRABBER
16	1096115753	LEAD SHIELDED GRABBER
25	1096100888	ARM SUPPORT KIT M-SERIES MP20/30MP40/50 GCXAG-0018-21
12	1095085288	INTELLIVUE MX550 PATIENT MONITOR
27	1095084463	INTELLIVUE X3
13	1095084463	INTELLIVUE X3
10	1095083135	INTELLIVUE MICROSTREAM EXTENSION
3	1095083127	INTELLIVUE MMX
1	1095077020	INTELLIVUE INFORMATION CENTER IX
2	1095076774	INTELLIVUE MX450 PATIENT MONITOR
15	1040020844	M1663A CBL 10 LEAD ECG TRUNK AAMI/IEC 2M
32	1040019572	M1943AL SPO2 8-PIN D-SUB ADAPTER CABLE 3M
22	1040019572	M1943AL SPO2 8-PIN D-SUB ADAPTER CABLE 3M

M1943AL SPO2 8-PIN D-SUB ADAPTER CABLE 3M	1040019572	4
B06 ADD DUAL IBP , TEMP	1040018202	11
EASY CARE ASSORTMENT KIT - 6 SIZES	1040017980	33
EASY CARE ASSORTMENT KIT - 6 SIZES	1040017980	23
EASY CARE ASSORTMENT KIT - 6 SIZES	1040017980	9
C12 CONVENTIONAL 12 LEAD ECG	1040017964	14
CM UTILITY BASKET M SERIES OR VHM ARM8.9	1040013468	26
M1672A 3-LEAD SET ICU GRABBER IEC	1040010415	29
M1672A 3-LEAD SET ICU GRABBER IEC	1040010415	19
M1672A 3-LEAD SET ICU GRABBER IEC	1040010415	7
M1669A 3-LEAD ECG PATIENT TRUNK CABLE AAMI/IEC	1040010407	28
M1669A 3-LEAD ECG PATIENT TRUNK CABLE AAMI/IEC	1040010407	18
M1669A 3-LEAD ECG PATIENT TRUNK CABLE AAMI/IEC	1040010407	6

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

מדטכניקה	שם הספק:
520036195	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
1773	מספר ספק בשיבא
1773	ספק זה הינו:
_____ ספק יחיד	_____ ספק חוץ
\$354,300 + מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:
24 חודשים	תקופת ההתקשרות

2/..

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

7 בפברואר 2021
מספרנו: 0054-2021-יט
תיק: 2001, 1120-9

לכבוד
גב' גילי נעים
מר גיל דר
מח' רכש

הנדון: מלר"ד – חו"ד לרכישת מערכות ניטור תוצרת פיליפס

דוא"ל מיום 20.1.2021

בהמשך לסימוכין (הרצ"ב) הצורך בפריטי המכשור מבוסס כולו על מעי ניטור מתוצרת PHILIPS מאחר וכל המוניטורים הקיימים במלר"ד הינם מתוצרת יצרן זה ויש לשמור על אחידות המכשור והאביזרים.

להלן פירוט מרכיבי המערכות הנדרשות:

א. תחנות מרכזיות:

- (1) תחנה מרכזית + שרת אנטרפרייז (על פי דרישת מעי מידע/אבטחת מידע) הכוללת תחנה דגם CENTERIX כוללת יכולת קליטת 12 לידים.
השרת (H41 SERVER) ימוקם בחוות השרתים של מעי מידע.
- (2) תחנה דגם HS1 בכמות 2 יח' עבור מתחם אדום + השחייה.
התחנות יחוברו לשרת וכוללות 50 רשיונות.
לכל תחנה 2 מסכים בגודל 24" ושתי מדפסות.

ב. מוניטורים:

- (1) עבור מתחם אדום דגם MX450 בכמות 10 יח' (שיתוספו ל-6 מוניטורים קיימים) – סה"כ יהיו 16 מוניטורים.
הבהרה: עבור מתחם אדום יתווסף מודול X3 בכמות 3 יח' שיחובר לדגם MX450.
- (2) עבור השחייה דגם MX550 בכמות 6 יח' שיתוספו לדגם MX800 הקיים, כך שסה"כ יהיו 7 מוניטורים.
בנוסף יתווסף מודול X3 בכמות 5 יח' לחולים קרדיאליים. מודול זה יכלול 3 גלים, 12 leads, Temp.+IBP, תוכנה להעברות כולל סוללה + SpO2 של פיליפס.
- (3) עבור חדרי הלם דגם ETCO2 + X3 – בכמות 5 יח'.

הבהרות:

- בחדרי ההלם מצוי דגם MX800. מכל מוניטור יוצא מודול M3001A ובמקומו יוכנס דגם ETCO2+X3

- מודול X3 כולל 3 גלים, Temp.+IBP, תוכנה להעברות, כבל חיבור מודול-מוניטור.

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387
2

רצ"ב הצעת חבי מדטכניקה למימוש הנ"ל כאשר :

פריטים 1-14 – תחנות מרכזיות

פריטים 15-27 – מוניטור MX450 + אביזרים, מודול MMX, תוכנה, SpO2 פיליפס, Temp.+IBP

פריטים 28-29 – מודול ETCO2 (הכולל Temp.+IBP) הניתן לחיבור למודול X3

פריטים 30-33 – מוניטור דגם MX550.
הבהרה: מודול לא נדרש כי יילקח מדגם MX450 בכמות 2 יח' (עקב התקנת מודול X3).

פריטים 34-50 – מודול X3 עבור השהייה לחולים קרדיאליים + אביזרים

פריטים 51-53 – התקן תלייה לקיר (זרוע + מתלה + סלסלה) – בכמות 16 יח' (10 מתחום אדום + 6 השהייה)

פריטים 54-66 – מודול X3 בכמות 8 יח' (חדרי הלם 5 יח' + מתחם אדום 3 יח')

המימוש יהיה לכל פריטי הצעה.

מאחר וכאמור כל מערכות הניטור במלר"ד הינן מתוצרת פיליפס והמוצע מאפשר חיבור מוניטורים מתוצרת פיליפס המצויים במלר"ד, ניתן לראות ביצרן ובנציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

למען הסר ספק לא ניתן לחבר לקיים בפועל מערכות ניטור אחרות זולת מע' ניטור מתוצרת פיליפס.

אחריות שנתיים מיום ההתקנה בפועל. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

ספרות הפעלה ושרות יסופקו כמקובל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעה+תכתובת

העתקים: ד"ר אבי עירוני
ד"ר יורם שדמי
גב' הינדי אנגלרד
מר גיא פאר
מר יזי יוסף