

**המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא**

**תל- השומר**

הבריאה	משרד:
אורי אוליאני	יחידה מזמינה:
17/2/21	תאריך:

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095086815	CLINICAL AEP SOFTWARE INCL. CE-CHIRP AND ECOCHG
1	1095086807	DATABASE SOFTWARE ECLIPSE INCL OTOACCESS
5	1040020778	EABR TRIGGER KIT ECL. 1.1
4	1040020760	DD45 SHIELDED HEADSET
3	1040020752	B81 HEADSET COMPLETE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	מדטון הדים
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511092033





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

9 בפברואר 2021  
מספרנו: יש/2021-0060  
תיק: 1139, 7001

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' רכש

הנדון: מכון אודיאולוגי – חו"ד לרכישת ABR נייד

מכתב פרופ' הנקין מיום 3.2.2021

1. בהמשך לסימוכין אושרה רכישת המכשיר שבנדון בכמות 1 יח'. המכשיר יחליף מכשירי ABR דגם Navigator Pro תוצרת Biologic/Natus משנים 2006/7.
2. בסימוכין מבקשת פרופ' הנקין לרכוש מכשיר נייד המאפשר ביצוע הבדיקות הבאות: ABR כללי ו-ABR ספציפי הנקרא P-300 (קליטת תגובות המתקבלות לאחר 300msec ממועד הגירוי האקוסטי).

בנוסף נדרש מכשיר הניתן להרחבה עתידית על מנת לאפשר ביצוע בדיקות נוספות כגון ABR, AOE, BIOMAP באופן מודולרי על מנת למנוע הצורך ברכישת מכשור נפרד לכל בדיקה נוספת שעלותו גבוהה ללא כל צורך.

פועל יוצא לדרישות הינו רכישת מכשיר מסוג ABR נייד בעל לפחות שני ערוצים, שמאפשר קליטה עתידית לכל האמור לעיל.

נבדקו שני דגמי מכשור:

  - Eclipse תוצרת Interacoustics
  - Duet תוצרת Intelligent Hearing System

תוצאות הבדיקה והמסקנה מובאות בסימוכין.

יש לממש הרכישה בהתאם למסקנות פרופ' הנקין המקבלות משנה תוקף מאחר וחדגם המבוקש מצוי בשימוש בעקבות רכישתו באמצעות אוני' ת"א.

לא ניתן לפעול בצורה יעילה ונכונה בשני מכשירים שונים. האחידות במיכשור הינה חיונית בכל מקרה.

רצ"ב הצעת המחיר אותה יש לממש על כל סעיפיה כאשר בהתאם לנסיבות המיוחדות המפורטות בסימוכין ניתן לראות ביצרן Interacoustics ובנציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

אחריות 24 חודשים. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

ספרות שרות והפעלה יכללו בהזמנה.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעה

העתקים: פרופ' יעל הנקין  
ד"ר יורם שדמי